



**تنويه صادر عن اللوازم العامة لمناقصة رقم (MOH-GSD/Arab Bank/2019/96)
موضوع المناقصة : شراء وتوريد ماكينات غسيل الكلى لصالح وزارة الصحة.**

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وبناء على اسفسارات الشركات يرجى اخذ المواصفات والشروط التالية بعين الاعتبار حيث سيتم اعتمادها عند دراسة وتقييم العطاء:

- يمكن تقديم عرض سعر لجهاز (Hemodialysis unit) لا يحتوي على (Double pump) ، وذلك حسب المواصفات الرئيسية للجهاز والتي طلب فيها ان تكون الماكينة (Single pump). وعليه فان التسعير والتقييم الاساسي للجهاز سيكون بناء على (Single pump) واذا توفر بالجهاز double pump فعلى الشركات تسعيره بشكل منفصل priced separately ولن يدخل بالتقييم.
- بخصوص كيفية احتساب سعر التقييم (Evaluation price) ، فإن ذلك سيتم حسب المعادلة التالية:

Evaluation price = Machine price + online KT/V price + Blood pressure monitor price + (Bicarbonate bag price X 2 secessions/day X 7 days/week X 4 weeks/ month X 12 months/Year X 5 years)

Or

Evaluation price = Machine price + online KT/V price + Blood pressure monitor price + (Bicarbonate bag price X3360)

ويعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة وسيتم اعتماده عند تقييم للمناقصة.

محمد ربيع
مدير عام اللوازم العامة
رئيس لجنة العطاءات المركزية
16-10-2019

