



إحالة مبدئية لمناقصة رقم (MOH-GSD/MOF/2022/251)

تطوير وتحديث أجهزة معالجة المياه في المستشفيات الحكومية على حساب موازنة المشاريع التطويرية لصالح وزارة الصحة.

- سبب الإحالة: الأقل تكلفة والمستجيب جوهريا للشروط والمواصفات.
- البنود المحالة على شركة التوريدات الطبية.

TECHNICAL NOTES	DELIVERY TIME	Warranty	T. Price(NIS) including site preparation , without 3d filter (after 3% discount)	Unit Price NIS including site preparation, without 3d filter	Site Preparati on / Installati on NIS	3d stage (filter) price NIS	U. PRICE NIS	Q	COO	MODEL	Manuf acture	item
According to specs (RO capacity 2450 L/H at 6 C °, at 15 C °more than 3000 L/H) With two stages activated carbon filter and Site Preparation Configuration no. 2 (45360 NIS)	4-6 Months	3 Years	1,175,420	1,211,773	45,360	30,067	1,196,480	1	Germany	EcoRO Dia II 2450 HT	B Braun	Item 1 Medical Hemodi alysis Water Treatm ent Plant (2500L/ HR) For Jenin

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 1 من 3

رائد التميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قادوس/ وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل

عضو

عضو

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس

من تاريخ 2023/ 05 / 10 ولغاية 2023/ 05 / 16



احالة مدنية

(MOH-GSD/MOF/2022/251): رقم المناقصة:

According to specs: According to specs: RO capacity at 6C°, With two stages activated carbon filter and Site Preparation /Configuration no. 1 (63000NIS)	4-6 Months	3 Years	1,010,995	1,042,263	63,000	30,067	1,009,330	1	Germany	EcoRO Dia II 2100 HT	B Braun	Item 2 Medical Hemodi-lysis Water Treatm-ent Plant (2000L/HR) For Qalqily ah
According to specs: RO capacity at 6C°, With two stages activated carbon filter and Site Preparation/ Configuration no. 1 (41580NIS)	4-6 Months	3 Years	933,133	961,993	41,580	30,067	950,480	1	Germany	EcoRO Dia II 1800 HT	B Braun	Item 3 Medical Hemodi-lysis Water Treatm-ent Plant (1500L/HR) For Tulkare m
According to specs: RO capacity at 6C°, With two stages	4-6 Months	3 Years	801,233	826,013	18,900	30,067	837,180	1	Germany	EcoRO Dia II 1200 HT	B Braun	Item 4 Medical Hemodi-lysis

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 2 من 3

رائد التميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قاتوس/وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/الامانة العامة لمجلس الوزراء

عضو تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل

من تاريخ 2023/ 05 / 10 ولغاية 2023/ 05 / 16

عضو

عضو

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس



احالة مدنية

رقم المناقصة: (MOH-GSD/MOF/2022/251)

activated carbon filter and Site Preparation/ Configuration no. 2 (18900 NIS)											Water Treatment Plant (1000L/HR) For Tubas
3,920,781	اجمالي احالة المناقصة على شركة التوريدات الطبية قبل الخصم بالشئقل وشامل لضريبة القيمة المضافة.										
3,500,000	اجمالي احالة المناقصة على شركة التوريدات الطبية بعد الخصم بالشئقل وشامل لضريبة القيمة.										
3,500,000	اجمالي الاحالة بالشئقل وشامل لضريبة القيمة المضافة.										

• يجب على الشركة المحال عليها توفير شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لكافة البنود المطلوبة قبل عملية التوريد.

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ناصر الخطيب

رئيس لجنة العطاءات المركزية

صفحة 3 من 3

رائد التميمي/وزارة المالية فادي مصلح/وزارة الاقتصاد جمال قانوس/وزارة الاشغال العامة والإسكان بسام دويكات/الامانة العامة لمجلس الوزراء

تعرض نتيجة الإحالة لمدة 5 أيام عمل

عضو

عضو

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس

من تاريخ 2023/ 05 / 10 ولغاية 2023/ 05 / 16