


دولة فلسطين



وزارة المالية
 مديرية اللوازم العامة

الوثيقة القياسية لمناقصة رقم

(MMSD-GSD/MOF/2023/24)

شراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية
لصالح مديرية الخدمات الطبية العسكرية



القدس - دولة فلسطين

الملحق: الدعوة إلى المناقصة

الجهة المشترية: مديرية الخدمات الطبية العسكرية من خلال مديرية اللوازم العامة.

رقم المناقصة: (MMSD-GSD/MOF/2023/24)

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية.

1. تود مديرية الخدمات الطبية العسكرية ومن خلال مديرية اللوازم العامة استخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممولة من قبل وزارة المالية لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد (MMSD-GSD/MOF/2023/24) شراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية.
2. تدعو مديرية اللوازم العامة ولصالح مديرية الخدمات الطبية العسكرية المناقصين ذوي الأهلية إلى تقديم عطاءات بالظروف المختوم لشراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية.
3. يستتم المناقصة العامة من خلال طلب عطاءات تنافسية محلية وفقاً لمقتضيات قانون الشراء العام رقم 8 لعام 2014 ولاتهته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الأهلية، والمؤهلات المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز هي: القدرة المالية والخبرة الفنية في مجال الأطراف الصناعية.
4. يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية اللوازم العامة (www.gs.pmo.gov.ps) أو من خلال البوابة الموحدة للشراء العام (www.shiraa.gov.ps) بعد دفع رسوم غير مسترددة مقدارها (300) شيقل لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم (49/219000)، ويتم إرفاق وصل الدفع (فيشة الإيداع) مع العطاء المقدم، كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات إضافية لجميع وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً من أيام الأحد إلى الخميس.
5. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة (11:30) صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2023/4/3، والعطاءات الإلكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صلاحية العطاءات سارية لمدة 150 يوماً من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
6. يجب أن يكون مرفقاً مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقاً للنموذج المدرج في وثائق المناقصة على أن يكون موقع حسب الأصول من الشخص المخول بالتوقيع عن المناقص ويعتبر هذا الإقرار كبديل الزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة وسيتم رفض أي عطاء لا يحتوي على اقرار الضمان.
7. العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها، وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء المحدد للتسليم بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.



.8. رسوم الاعلان في الصحف على من ترسو عليه المناقصة .

.9. العنوان المذكور هو:

صندوق العطاءات المركزية- دائرة العطاءات

وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة

رام الله، الماصيون، مجمع الوزارات - مبنى القدس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، الطابق السادس .

هاتف: 02-2987112 / فاكس: 02-2987056

رئيس لجنة العطاءات المركزية



تمهيد

لقد تم تحضير هذه الوثائق القياسية لمناقصة توريد اللوازم من قبل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام لاستخدامها من قبل كافة الجهات المشترية وفقاً لأحكام قانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، في شراء اللوازم وفقاً لأسلوب المناقصة العامة، ويمكن تكييف هذه الوثيقة أيضاً مع متطلبات المناقصات الدولية.

من أجل تبسيط إعداد وثائق المناقصات لكافية عمليات شراء اللوازم، تحتوي هذه الوثيقة القياسية على بنود للاستخدام دون تغيير كما في القسم الأول "التعليمات للمناقصين"، والقسم السادس "سياسة الدولة اتجاه ممارسات الفساد والاحتيال"، والقسم الثامن "الشروط العامة للعقد"، ولا يحق للجهة المشترية إدخال أية تعديلات أو تغيرات على هذه الأقسام إطلاقاً، أما البيانات والمعطيات الخاصة بكل عملية شراء وعقد فيجب أن توضح باستخدام كل من القسم الثاني "جدول بيانات المناقصة"، والقسم السابع "جدول المتطلبات"، والقسم التاسع "الشروط الخاصة للعقد" لإظهار الظروف والشروط الخاصة بالمناقصة، كذلك يحتوي القسم الرابع "نماذج العطاء" على النماذج المطلوب استخدامها.

لا تعتبر الحروف المطبوعة بالشكل المائل سواءً في مربعات أو بين قوسين أو في الحواشي في هذه الوثيقة جزءاً من النص، فهي تحتوي على توجيهات وتعليمات للجهات المشترية لمساعدتها في إعداد وإصدار وثائق المناقصة ولا يجوز أن تبقى في الوثيقة المائية.

تستخدم هذه الوثيقة في حال عدم حدوث أي تأهيل مسبق قبل طرح المناقصة.



الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم

وصف مختصر

الجزء الأول - إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقصين

يقدم هذا القسم معلومات تساعد المناقصين على إعداد عطاءاتهم، كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم العطاءات وفتحها وتقديرها وإحالة العقود، ويجب استخدام أحكام هذا القسم دون أي تعديل.

القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة

يحتوي هذا القسم على معلومات محددة خاصة بكل مناقصة، فهو يكمل ويحدد وبعدل معطيات القسم الأول - التعليمات للمناقصين.

القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهلات

يتضمن هذا القسم المعايير المستخدمة في تحديد العطاء الأقل تكلفة ومدى مطابقته للمواصفات واستجابته جوهرياً للشروط، والمؤهلات التي يجب توفرها في مقدم العطاء لإنجاز العقد.

القسم الرابع: نماذج العطاء

يتضمن هذا القسم نماذج تقديم العطاءات، وجداول الأسعار، وكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء الذي يجب أن يقدم مع العطاء مصحوباً بتفويض من المصنع (إن كان مطلوباً).

القسم الخامس: الدول ذات الأهلية

يتضمن هذا القسم معلومات عن الدول ذات الأهلية.

القسم السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

يقدم هذا القسم للمناقصين السياسة المرجعية للدولة فيما يتعلق بمكافحة ممارسات الفساد والاحتيال المتعلقة بالمناقصة.

الجزء الثاني - متطلبات التوريد


القسم السابع: جدول المتطلبات

يتضمن هذا القسم قائمة اللوازم، جداول التسلیم والتغليف، المواصفات الفنية والمخططات التي تصف اللوازم التي سيتم توریدها.

الجزء الثالث - شروط ونماذج العقد

القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

يتضمن هذا القسم الشروط العامة التي تنطبق على كل عقد، والتي يجب استخدامها دون تعديل.



القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

يتضمن هذا القسم الشروط الخاصة بكل عقد وأحكام محددة تعديل أو تكمل الشروط العامة المدرجة في القسم الثامن وتقوم الجهة المشترية بإعداد هذا القسم.

القسم العاشر: نماذج العقد

يحتوي هذا القسم على نماذج خطاب الإحالات (كتاب القبول) واتفاقية العقد وللذان عند استكمالهما يتضمنان التصحيحات والتعديلات على العطاء الفائز والمسموح بها حسب التعليمات للمناقصتين والشروط العامة والخاصة للعقد.

في حالة اشتراط تقديمها فإن نموذج "كفالة حسن التنفيذ" و"كفالة الدفعية المقدمة" يتم إكمالها وتقديمها من مقدم العطاء الفائز فقط بعد إحاله العقد.

الملاحق: خطاب الدعوة إلى المناقصة

يتضمن الملحق نموذج لخطاب الدعوة إلى المناقصة.



وثائق المناقصة

لشراء اللوازم

شراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية

رقم المناقصة العامة المحلية: (MMSD-GSD/MOF/2023/24)

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية

الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح الخدمات الطبية العسكرية

تاريخ الإصدار: 2023/3/5

جهة التمويل: الموازنة العامة - وزارة المالية



الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم

جدول المحتويات

.....	الملاحق: الدعوة إلى المناقصة.
3.....	الجزء الأول: إجراءات المناقصة
4.....	القسم الأول: التعليمات للمناقصين
4.....	أ. أحكام عامة
8.....	ب. محتويات وثائق المناقصة
9.....	ت. إعداد العطاءات
15.....	ث. تسليم وفتح العطاءات
17.....	ج. تقييم ومقارنة العطاءات
21.....	ح. إحالة العقد
24.....	القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة
29.....	القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل
30.....	1. هامش الأفضلية المحلية (الفقرة 33 من التعليمات للمناقصين)
30.....	2. التقييم (الفقرة 34 من التعليمات للمناقصين)
31.....	3. التأهل (الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)
32.....	القسم الرابع: نماذج العطاء
33.....	النموذج 1: نموذج معلومات المناقص
34.....	النموذج 2: نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة
35.....	النموذج 3: نموذج خطاب العطاء
35.....	النموذج 4: نماذج جدول الأسعار
47.....	النموذج 5: جدول الأسعار والتنفيذ - الخدمات المتعلقة باللوازم
49.....	النموذج 6: تقويض المصنع
50.....	النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)

51.....	النموذج 8: إقرار ضمان العطاء
52.....	القسم الخامس - الدول ذات الأهلية
53.....	القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال
55.....	الجزء الثاني: متطلبات التوريد
56.....	القسم السابع: جدول المتطلبات
57.....	ملاحظات حول إعداد جدول المتطلبات
58.....	قائمة اللوازم وجدول التسليم
58.....	قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ
74.....	المواصفات الفنية
75.....	المخططات
99.....	الفحوصات والتفتيش
101.....	الجزء الثالث: العقد
102.....	القسم الثامن: الشروط العامة للعقد
115.....	ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال
117.....	القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد
119.....	القسم العاشر: نماذج العقد
120.....	نموذج خطاب الاحالة (خطاب قبول العطاء)
121.....	نموذج اتفاقية العقد
122.....	نموذج كفالة حسن التنفيذ
123.....	كفالة بنكية للدفعة المقدمة



الجزء الأول: إجراءات المناقصة




القسم الأول: التعليمات للمناقصين

6.....	أ. أحكام عامة
6.....	نطاق المناقصة 1
6.....	مصدر التمويل والدفع 2
6.....	ممارسات الفساد والاحتيال 3
6.....	أهلية المناقصين 4
8.....	أهلية اللوازم 5
8.....	ب. محتويات وثائق المناقصة
8.....	أجزاء وثائق المناقصة 6
9.....	توضيح وثائق المناقصة 7
9.....	تعديل وثائق المناقصة 8
9.....	ت. إعداد العطاءات
9.....	تكليف إعداد وتقديم العطاء 9
10.....	لغة العطاء 10
10.....	الوثائق التي يتكون منها العطاء 11
10.....	خطاب العطاء وجدائل الأسعار 12
10.....	العطاءات البديلة 13
11.....	أسعار العطاءات والخصومات 14
12.....	عملة العطاء 15
12.....	الوثائق التي تؤكد مطابقة اللوازم 16
13.....	الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهلات المناقص 17
13.....	فترة صلاحية العطاءات 18
13.....	ضمان دخول المناقصة 19
15.....	شكل وتوقيع العطاء 20
15.....	ث. تسليم وفتح العطاءات



15.....	إغلاق وتعليم وتسليم العطاءات.....	21
16.....	الموعد النهائي لتسليم العطاءات.....	22
16.....	العطاءات المتأخرة.....	23
16.....	سحب وتعديل وتعديل العطاءات.....	24
16.....	فتح مظاريف العطاءات.....	25
17.....	ج. تقييم ومقارنة العطاءات.....	
17.....	السرية.....	26
17.....	توضيح العطاءات.....	27
18.....	الانحراف والتحفظ والحذف.....	28
18.....	تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة.....	29
18.....	عدم المطابقة، الأخطاء والحذف.....	30
19.....	تصحيح الأخطاء الحسابية.....	31
19.....	التحويل إلى عملة واحدة.....	32
20.....	هامش الأفضلية المحلية.....	33
20.....	تقييم العطاءات.....	34
21.....	مقارنة العطاءات.....	35
21.....	تأهيل المناقصين.....	36
21.....	حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات.....	37
21.....	ح. إ حالـة العـقد.....	
21.....	معايير الإحالـة.....	38
22.....	حق الجهة المشترية في تغيير الكميات عند الإحالـة.....	39
22.....	التـبليـغ بـحالـة العـقد.....	40
22.....	كـفالـة حـسن التـنفيـذ.....	41
22.....	توقيع العـقد.....	42



أ. أحكام عامة

نطاق المناقصة

1

- تصدر الجهة المشترية المشار إليها في جدول بيانات المناقصة وثائق هذه المناقصة لتوريد اللوازم المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، وتم تحديد اسم ورقم هذه المناقصة العامة في جدول بيانات المناقصة، كما يحدد هذا الجدول اسم ووصف وعدد الرزم في حال تم تجزئه المناقصة إلى رزم.

عند ورودها في وثائق المناقصة:

- أ. تعبير "خطياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الخطى (اليد، البريد، الفاكس، البريد الإلكتروني) في حال إقراره من المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مع إثبات استلامها.



ب. تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح وحسب السياق.

ت. "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

مصدر التمويل والدفع

2

- ترغب الجهة المشترية في استخدام جزء من الأموال المخصصة لها من خلال مصدر التمويل المحدد في جدول بيانات المناقصة لتنفيذ المشروع المحدد في جدول بيانات المناقصة، وذلك لتسديد الدفعات المستحقة والمترتبة عن العقد (موضوع الدعوة).

ممارسات الفساد والاحتيال

3

- في إطار العقود المفولة وأو المدارة من قبلها، تلزم دولة فلسطين كافة الجهات المشترية والمناقصين، والموردين، والمقاولين ومزودي الخدمة والمستشارين بالتقيد بأعلى المستويات الأخلاقية خلال كل من عملية تقديم العطاءات وتقديرها وإحالة العقد وتنفيذها كما هو مبين في القسم السادس من هذه الوثائق.

- امتثالاً لهذه السياسة، يتلزم المناقصون ويلزموه وكلاههم (سواء أصبح عنهم المناقصون أم لا) والمقاولين من الباطن، والمستشارين من الباطن، ومزودي الخدمة، والموردين وأي أفراد يتبعونهم، بالسماح للجهة المشترية بفحص جميع الحسابات، والسجلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من المراحل سواء كانت متعلقة بعملية التأهيل السابق، أو تقديم العطاءات، أو تنفيذ العقد (في حالة الإحالات)، ويكون لها الحق في تدقيقها من قبل أية جهة معينة أو مفوضة من قبل الدولة أو الجهة المشترية.

أهلية المناقصين

4

- قد يكون المناقص منشأة فردية، أو شركة/مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للدولة تخضع للفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، أو يكون ائتلافاً بين أكثر من شركة/مؤسسة خاصة إما في إطار اتفاقية قائمة أو بنية إبرام مثل هذه الاتفاقية مصادق عليها من قبل كاتب العدل، وفي حالة الائتلاف يجب أن يكون جميع الأعضاء مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين وفقاً لشروط العقد، ويلزمه الائتلاف بتسمية المفوض بتمثيل الائتلاف نيابة عن جميع أعضائه خلال

عملية تقديم العطاءات وفي حالة إحالة العقد على الائتلاف وخلال تنفيذ العقد، وليس هناك حد لعدد أعضاء الائتلاف ما لم يذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.

يجب أن لا يكون للمناقص أي تضارب في المصالح، حيث سيتم استبعاد أي مناقص يثبت أنه في حالة تضارب في المصالح، ويعتبر المناقص في حالة تضارب للمصالح مع جهة أو أكثر في إجراءات هذه المناقصة في أي من الحالات التالية:

أ. يديره مناقص آخر أو يدير هو أي مناقص آخر أو يكون تحت إدارة مشتركة مع مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب. يحصل حالياً أو حصل سابقاً على أي دعم من مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

ت. يشترك مع مناقص آخر بنفس المفهوم القانوني لهذه المناقصة.

ث. لديه علاقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عطاء المناقص الآخر، أو التأثير على قرارات الجهة المشترية بشأن هذه المناقصة؛

ج. يشارك في هذه المناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهو ما سيؤدي إلى استبعاد جميع العطاءات التي شارك فيها هذا المناقص، ولكن ذلك لا ينطبق على وجود نفس المورد من الباطن في أكثر من عطاء.

ح. إذا كان أحد المستشارين الذين شاركوا في إعداد التصميم أو المواصفات الفنية لهذه المناقصة من الجهات التابعة للمناقص.

خ. قيام أي من الجهات التابعة للمناقص بالتعاقد (أو بضد التعاقد) مع الجهة المشترية كمهندس لإشراف على تنفيذ العقد.

د. إذا كان سيقوم بتوفير اللوازم، أو الأشغال، أو الخدمات غير الاستشارية وهو على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمستشار الذي قدم الخدمات الاستشارية لإعداد أو تنفيذ المشروع المحدد في الفقرة (1.2 ت. م) في جدول بيانات المناقصة، سواء كان أحدهما تابع للأخر مباشرة أو كانا تحت إدارة مشتركة.

ذ. للمناقص علاقة تجارية أو علاقة أسرية وثيقة مع الكوادر الفنية في الجهة المشترية (أو الجهة المخولة بتنفيذ المشروع) الذين: (أ) شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الوثائق أو إعداد المواصفات أو تقييم العطاءات لهذه المناقصة، أو (ب) سوف يشاركون في تنفيذ المشروع أو الإشراف على تنفيذه.

يمكن للمناقص أن يكون من حملة الجنسية لأى دولة باستثناء الدول المشار لها في الفقرة 7.4 من التعليمات للمناقصين، ويعتبر المناقص حاملاً لجنسية دولة ما إذا كان تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل بمقتضى قانونها وكما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس (أو ما يعادلها من مستندات التأسيس أو التكوين) ومستندات التسجيل بحسب مقتضى الحال، وتنطبق هذه القاعدة أيضاً على المتعاقدين والمستشارين من الباطن المحتملين لكل أجزاء العقد.

سيتم استبعاد أي مناقص مدرج في قائمة الحرمان (القائمة السوداء) التي يعودها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام من المشاركة في المناقصة لعدم الأهلية، ويكون غير ذي أهلية لحالات العقد عليه أو للحصول على منفعة (مالية أو غير ذلك) من عقد ممول من المال العام، خلال فترة الحرمان المحددة، وتكون هذه القائمة متاحة على العنوان الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة.

يحق للمناقصين من الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة في فلسطين المشاركة في هذه المناقصة إذا استطاعت إثبات أنها: (أ) مستقلة قانونياً ومالياً، و (ب) تعمل بموجب القانون التجاري، و(ج) ليست شركات أو مؤسسات تابعة للجهة المشترية،

ويجب على الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة إثبات أهليتها للجهة المشترية من خلال الوثائق ذات الصله، بما في ذلك قانون تأسيسها وغيرها من المعززات التي تطلبها الجهة المشترية.

دوله فلسطين
وزارة المالية والتخطيط



05-03-2023



القسم الأول: التعليمات للمناقصين

8

6.4 يجب أن لا يكون المناقص خاصاً لعقوبة الحرمان من المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة لخلاله بالشروط الواردة في إقرار ضمان العطاء في مناقصة سابقة.

7.4 تنتفي الأهلية عن الشركات والأفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس، بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة.

8.4 يجب على المناقص إثبات استمرار أهليته بما يتواافق مع متطلبات الجهة المشترية وكلما طلبت ذلك.

5 أهلية اللوازم

1.5 يجب أن لا يكون منشأ أي من اللوازم التي سيتم توريدها بموجب العقد من أي دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس.

2.5 لأغراض هذه الفقرة يشمل تعريف "اللوازم" الأموال المنقولة أياً كان نوعها ووصفتها والخدمات المتعلقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، كما يشمل تعريف "الخدمات المتعلقة بها" خدمات مثل التأمين والتركيب والتدريب والصيانة.

3.5 مصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم استخراج المواد أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنيعها منها أو فيها، أو التي تنتج من خلال التصنيع أو المعالجة أو التجميع سلعاً تجارية تختلف في صفاتها الأساسية عن مكوناتها.

بـ. محتويات وثائق المناقصة

6 أجزاء وثائق المناقصة

1.6 تكون وثائق المناقصة من ثلاثة أجزاء تحتوي على جميع الفصول المذكورة أدناه، ويجب أن تقرأ هذه الأجزاء مقتربة مع أي ملحق يصدر وفقاً لفقرة 8 من التعليمات للمناقصين.

الجزء الأول - إجراءات المناقصة

القسم الأول: التعليمات للمناقصين.

القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.

القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل.

القسم الرابع: نماذج العطاء.

القسم الخامس: الدول ذات الأهلية


القسم السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

الجزء الثاني - متطلبات التوريد

القسم السابع: جدول المتطلبات

الجزء الثالث: العقد

القسم الثامن: الشروط العامة للعقد



القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

القسم العاشر: نماذج العقد

- تعتبر الدعوة الى المناقصة التي تصدرها الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين الدعوة والأجزاء الأخرى لوثائق المناقصة تسود الأخيرة.
- لا تعتبر الجهة المشترية مسؤولة عن اكتمال وثائق المناقصة والرد على طلبات التوضيح وإرسال محضر الاجتماع التمهيدي (إن وجد) أو الملحق لوثائق المناقصة مالم يتم الحصول على هذه الوثائق من الجهة المشترية مباشرة.
- على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط والمواصفات الموجدة في وثائق المناقصة، وأن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق.

7 توضيح وثائق المناقصة

- على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطياً على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة في حالة الحاجة للتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أن ترد خطياً على أية استفسارات ترد إليها قبل الموعد النهائي لاستلام الاستفسارات المحددة في جدول بيانات المناقصة، وعلى الجهة المشترية إرسال نسخة عن الرد على تلك الاستفسارات لكل من حصل على وثائق المناقصة مباشرة منها بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره، وعلى الجهة المشترية نشر هذه التوضيحات والردود على الموقع الإلكتروني المذكور في جدول بيانات المناقصة، وإذا تطلب الأمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه الاستفسارات، فعلى الجهة المشترية أن تقوم بذلك وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة 8 والفقرة 22.2 من التعليمات للمناقصين.

8 تعديل وثائق المناقصة

- للجهة المشترية تعديل وثائق المناقصة، عن طريق إصدار ملحق بها في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات.
- يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، ويرسل خطياً إلى كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية وفقاً للفقرة 6.3، وتقوم الجهة المشترية بنشر الملحق على البوابة الموحدة للشراء العام.
- للجهة المشترية تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة 22.2 من التعليمات للمناقصين، وذلك لإعطائهم فرصة لأخذ التعديلات الواردة في الملحق بعين الاعتبار، ويتم إشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية خطياً بهذا التأجيل، والإعلان عن هذا التأجيل على البوابة الموحدة للشراء العام.

ت. إعداد العطاءات

9 تكاليف إعداد وتقديم العطاء

- يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن تتحمل الجهة المشترية بأي حال من الأحوال مسؤولية أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتائج المناقصة.



لغة العطاء 10

يجب أن يكون العطاء وجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في جدول بيانات المناقصة، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعززة والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة، ولغایات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.

الوثائق التي يتكون منها العطاء 11


يتكون العطاء الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية:

- أ. خطاب العطاء معبأ وفق الفقرة 12 من التعليمات للمناقصين،
- ب. جدول أو جداول الأسعار معبأ وفق الفقرة 12 و 14 من التعليمات للمناقصين،
- ت. كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفق الفقرة 19 من التعليمات للمناقصين،
- ث. العطاءات البديلة إن كان مسموحاً بها وفق الفقرة 13 من التعليمات للمناقصين،
- ج. كتاب تفويض يخول الموقع على العطاء بإلزام المناقص وفق الفقرة 20 من التعليمات للمناقصين،
- ح. الوثائق التي تثبت أن اللوازم المعروضة هي من مناشيء ذات أهلية، وفقاً للفقرة 16 من التعليمات للمناقصين،
- خ. الوثائق التي تثبت أهلية المناقص لتقديم العطاء، وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين،
- د. الوثائق التي تثبت مؤهلات المناقص وقدرتها على تنفيذ العقد في حال تمت إحالة العقد عليه، وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين،
- ذ. الوثائق التي تثبت تطابق اللوازم المعروضة مع تلك المطلوبة في وثائق المناقصة وفقاً للفقرة 16 و 30 من التعليمات للمناقصين،
- ر. أية وثيقة أخرى محددة في جدول بيانات المناقصة.

بالإضافة للمتطلبات الواردة في الفقرة 1.11 من التعليمات للمناقصين، فإن العطاء المقدم من ائتلاف شركاء يجب أن يكون مصحوباً باتفاقية الائتلاف أو بخطاب موقع من كافة أعضاء الائتلاف ومصادق عليه من قبل كاتب العدل يعلن فيه الأعضاء عن نيتهم لإبرام اتفاقية ائتلاف في حالة أحيل العقد على الائتلاف، ويرفق به مسودة اتفاقية الائتلاف.

خطاب العطاء وجدائل الأسعار 12

يقوم المناقص بتحضير خطاب العطاء وجدائل الأسعار باستخدام النماذج الموجودة في القسم الرابع - نماذج العطاء، ويجب تعيئة هذه النماذج بالكامل دون أي تغيير في النص، ولن تقبل أية بدائل إلا وفقاً للفقرة 1.20 من التعليمات للمناقصين، كما يجب تعيئة كافة الفراغات بالمعلومات المطلوبة.



العطاءات البديلة 13

لا تؤخذ العطاءات البديلة بعين الاعتبار إلا إذا ذكر غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.

1.13

- 14 أسعارات العطاءات والخصومات
- يجب أن تتطابق الأسعار والتعديلات (بالزيادة أو الخصم) المقدمة في خطاب العطاء وجدول الأسعار مع المتطلبات المحددة أدناه.
- يجب أن تذكر وتسعر كافة الرسم والبنود بشكل مستقل في جدول الأسعار.
- يكون المبلغ الذي يظهر في خطاب العطاء المعيناً وفقاً للفقرة 1.12 من التعليمات للمناقصين، هو المبلغ الإجمالي للعطاء، باستثناء أية خصومات مقدمة.
- على المناقص أن يذكر أية خصومات وأن يوضح كيفية ومنهجية استخدامها في خطاب العطاء، المعيناً وفقاً الفقرة 1.12 من التعليمات للمناقصين.
- يجب أن تكون الأسعار ثابتة خلال تنفيذ العقد ولا تخضع لأية مراجعة، ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة لسعر كعاء غير مستجيب ويتهم رفضه عملاً بالفقرة 29 من التعليمات للمناقصين، ولكن في حالة كان السعر قابلاً للمراجعة أثناء تنفيذ العقد وفقاً لجدول بيانات المناقصة، وقدم عطاء بسعر ثابت فلا يجوز رفضه، وإنما تعتبر مراجعة السعر له مساوية للصفر.
- توضّح الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين ما إذا كانت المناقصة تطرح للبنود أو للرسم المنفرد أو لمجموعة من الرسم، وفي حالة طرح المناقصة للرسم، يجب تقديم الأسعار لجميع البنود الواردة في كل رسمة ولـ 100% من الكميات المحددة لكل بند، إلا إذا ذكر عكس ذلك في جدول بيانات المناقصة، وعلى المناقصين الذين يرغبون بتقديم خصم على الأسعار أن يوضحوا نسبة الخصم على كل مجموعة من الرسم أو نسبة الخصم على كل رسمة من الرسم المكونة لمجموعة بما يتوافق مع الفقرة 4.14 من التعليمات للمناقصين، وبشرط أن تسلم العطاءات لجميع هذه الرسم وتفتح في نفس الوقت.
- تحكم المصطلحات EXW,CIP,CIF, DDP ومتى لها إلى القواعد الواردة في الطبعة الحالية من الـ INCOTERMS والمحددة في جدول بيانات المناقصة، وهي النشرة التي تصدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس.
- يجب أن تقدم الأسعار كما هو محدد في جداول الأسعار المبينة في القسم الرابع- نماذج العطاء، ويطلب تحليل بيانات السعر فقط لغایات تسهيل المقارنة بين العطاءات من قبل الجهة المشترية، لكن هذا لا يحرم الجهة المشترية من التعاقد وفقاً لاي من الشروط المعروضة، وللمناقصين أثناء تحضير عروض أسعارهم حرية استخدام أي من وسائل النقل لشركات النقل المسجلة في أي بلد ذي أهلية، وفق القسم الخامس- البلدان ذات الأهلية، وللمناقص كذلك الحصول على خدمات التأمين من أي بلد ذي أهلية وفقاً للفصل الخامس- البلدان ذات الأهلية، ويجب تقديم الأسعار على النحو التالي:
- أ. بالنسبة للوازيم المصنعة في فلسطين:
1. سعر الوازيم خارجة من المصنع (EXW) بتفرعاتها المتاحة من الـ INCOTERMS وحسب مقتضى الحال، بما في ذلك جميع الرسوم الجمركية والضرائب التي دفعت بالفعل أو ستدفع على المدخلات والمواد الخام المستخدمة في تصنيع أو تجميع الوازيم.
 2. الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على الوازيم إذا تم إحالة العقد على لباقطالية والتخطيط

دولسة فلسطين

الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على الوازيم إذا تم إحالة العقد على لباقطالية والتخطيط

05-03-2023

الادارة العامة للوازيم العامة

دائرة العطاءات المركزية



3. سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية الأخرى الازمة لنقل اللوازم إلى الموقع النهائي المحدد في جدول بيانات المناقصة.
- b. بالنسبة للوازم المصنعة خارج فلسطين:

 1. سعر الوازم وفقاً للمصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وأصله للمكان المحدد في فلسطين وكما هو مبين في جدول بيانات المناقصة؛
 2. في حالة نص جدول بيانات المناقصة على اعتماد مصطلح DDP، تقدم الأسعار شاملة الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الأخرى التي ستكون مستحقة الدفع على الوازم إذا تم إحالة العقد على المناقص.
 3. الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على الوازم إذا تم إحالة العقد على المناقص.
 4. سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية الأخرى الازمة لنقل الوازم من مكانها الأصلي إلى الموقع النهائي المحدد في جدول بيانات المناقصة؛

- ت. بالنسبة للخدمات المتعلقة بالوازم، غير وسائل النقل الداخلية والخدمات الازمة لنقل الوازم إلى الموقع النهائي، إذا تم تحديد مثل هذه الخدمات في جدول المتطلبات:

 1. سعر كل بند من البنود المكونة للخدمات المتعلقة بالوازم (بما في ذلك أية ضرائب مفروضة).

عملة العطاء 15

- 1.15 بناء على رغبة المناقص يسمح له بتقديم السعر بأي عملة قابلة للتحويل إلا إذا ورد خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة، وفي حال تقديم عطائه بالعديد من العملات الأجنبية القابلة للتحويل فلا يجوز أن يزيد عددها عن ثلاثة.
- 2.15 يجب على المناقصين أن يحتسبوا جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بالعملة المحددة في جدول بيانات المناقصة.

الوثائق التي تؤكد مطابقة الوازم 16

- 1.16 لإثبات أهلية الوازم طبقاً للفقرة 5 من التعليمات للمناقصين، على المناقص أن يبعي المعلومات عن بلد المنشأ للوازم المقدمة في جداول الأسعار المدرجة في القسم الرابع - نماذج العطاء كما يقدم مع عطائه شهادات المنشأ لتلك الوازم.
- 2.16 لتأكيد مطابقة الوازم لوثائق المناقصة على المناقص أن يقدم ضمن عطائه الدلائل التي تؤكد مطابقة الوازم المقدمة للمواصفات الفنية والمعايير المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات.
- 3.16 يمكن أن تكون هذه الدلائل على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات، ويجب أن تتضمن وصفاً مفصلاً للمواصفات الفنية والأدائية الأساسية الوازم، بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة، وأن يقدم المناقص تقريراً بالاختلافات والاستثناءات والانحرافات عن أحكام القسم السابع - جدول المتطلبات.

- 4.16 على المناقص أن يقدم أيضاً لائحة بجميع التفاصيل، بما في ذلك الموارد المتاحة، والأسعار الحالية لقطع الغيار، والمعدات الخاصة الضرورية لاستمرار عمل الوازم بعد استخدامها من قبل الجهة المشترية إن كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة وللفترة المحددة في هذا الجدول.



يجب أن تكون المواصفات الفنية والأدائية والمواد والمعدات والإشارة إلى الأسماء التجارية / أو أرقام الأدلة المصورة المحددة من قبل الجهة المشترية في جدول المطلبات وصفية لا حصرية، وللمناقص أن يعرض مواصفات أخرى للجودة والعلامات التجارية وأرقام الأدلة المصورة، بشرط أن تتحقق نفس كفاءة البند المذكورة في القسم السابع - جدول المطلبات.

17 الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهلات المناقص

لإثبات أهلية المناقص وفقاً للفقرة 4 من التعليمات للمناقصين، فإن عليه تعينه نموذج خطاب العطاء الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.

يجب أن تتحقق الوثائق المقدمة من قبل المناقص كإثبات لمؤهلاته وقدرتها على تنفيذ العقد في حالة قبول عطائه الشروط التالية:

أ. على المناقص في حال لم يكن مصنعاً أو منتجًا للوازم التي تقدم بها أن يقدم تفويضاً من الجهة المصنعة وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء، يوضح أن المصنع أو المنتج لهذه اللوازم قد وافق على أن يقوم المناقص بتوريدها إلى فلسطين إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة.


ب. على المناقص إذا لم يكن عاملًا في فلسطين أن يكون ممثلاً بوكيل معتمد فيها ومؤهل للقيام بعمليات الصيانة وتوفير وتخزين قطع الغيار بحسب ما هو مذكور في المواصفات وشروط العقد إذا كان ذلك مطلوباً في جدول بيانات المناقصة.

ت. يجب أن تتوفر في المناقص جميع المؤهلات والمعايير المنصوص عليها في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل.

18 فترة صلاحية العطاءات

يجب أن تستمر صلاحية العطاءات للفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات الذي تحدده الجهة المشترية وفقاً للفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين، وسيتم رفض أي عطاء رفضه فترة صلاحيته أقل من ذلك باعتباره غير مستوفي لشروط المناقصة.

قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صلاحية عطائهم تمديد فترة صلاحية هذه العطاءات لمدة إضافية محددة، وينبغي أن يكون طلب التمديد والإجابة عليه خطيان، وإذا تم طلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 19 من التعليمات للمناقصين، يتم تمديد الكفالة أو الإقرار أيضاً لفترة مماثلة، وللمناقص الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد كفالة دخول المناقصة أو تطبيق عقوبة الحرمان المنصوص عليها في إقرار ضمان العطاء، وليس للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق في تعديل عطائه



19 ضمان دخول المناقصة

يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه نسخة أصلية لكتفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء، وفق ما هو مطلوب في جدول بيانات المناقصة وبالنسخة الأصلية، وفي حالة طلب كفالة دخول المناقصة يجب أن تكون دائمية للعطاءات المركبة في جدول بيانات المناقصة.

في حالة طلب إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 1.19، فيجب أن يكون وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.

- إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، يجب أن تكون قابلة للصرف عند الطلب، وتقدم على الشكل الذي يناسب المناقص من بين الأشكال التالية: كفالة بنكية غير مشروطة، أو شيك بنكي مصدق، أو أي شكل ضمان آخر كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، على أن:
- تصدرها بنك معتمد ومن بلد ذي أهلية، وفي حالة الكفالات الصادرة عن مؤسسة مالية موجودة خارج فلسطين فيجب أن تكون لها مؤسسة مالية مراسلة داخل فلسطين، لتمكن من تفعيل الكفالة.
 - في حالة الكفالة البنكية، يجب أن تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم الرابع "نماذج العطاء"، أو أي نموذج مماثل آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية قبل تسليم العطاء.
 - تكون سارية المفعول للفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء الأصلية أو أي تمديد، في حالة تم التمديد وفقاً للفقرة 2.18 من التعليمات للمناقصين.
- إذا كان ضمان دخول المناقصة مطلوباً بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، لن يتم قبول أي عطاء لا يشمل هذا الضمان المستحب بشكل جوهري، ويعتبر العطاء في هذه الحالة مخالف للشروط.
- إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة 1.19 أعلاه، فيجب إعادة هذه الكفالات للمناقصين فور أن يقوم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين.
- تعاد كفالة دخول المناقص الفائز فور تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة وتوقيع العقد.
- يمكن أن تصادر كفالة دخول المناقصة أو تتفزّن بند إقرار ضمان العطاء في الحالات التالية:
- إذا قام المناقص بسحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبله في خطاب العطاء، أو أي تمديد وافق عليه.
 - إذا رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه.
 - إذا فشل المناقص الفائز في:
 - تقديم كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين، أو
 - توقيع العقد وفقاً للفقرة 42 من التعليمات للمناقصين.
- يجب أن تكون كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء المقدم من ائتلاف شراكة باسم الائتلاف، وإذا لم يكن الائتلاف قد تأسس بشكل رسمي وقت تقديم العطاء، تقدم الكفالة أو إقرار ضمان العطاء باسم جميع أعضاء الائتلاف المذكورين في خطاب التوبيا المذكور في الفقرتين 1.4 و 2.11 من التعليمات للمناقصين.
- إذا كانت كفالة دخول المناقصة غير مطلوبة، وتم الاكتفاء بإقرار ضمان العطاء في جدول بيانات المناقصة بموجب الفقرة 1.19 من التعليمات للمناقصين، وفي حالة:
- طلب المناقص سحب عطائه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة في خطاب العطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات، أو
 - رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائه، أو
 - فشل المناقص في توفير كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 41 من التعليمات للمناقصين أو توقيع العقد وفقاً للفقرة 42 من التعليمات للمناقصين.

يتم حرمانه من المشاركة في كل عمليات الشراء العام التي تقوم بها كافة الجهات المشترية في فلسطين للفترة الزمنية المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة.

- | | |
|--|-----------|
| شكل وتوقيع العطاء | 20 |
| على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء والمذكورة في الفقرة 1.11 من التعليمات للمناقصين وبعلمها بكلمة "الأصل"، كما يجب أن تكون العطاءات البديلة - إذا سمح بتقديمها وفقاً للفقرة (13) من التعليمات للمناقصين- مميزة بوضوح ومكتوب عليها "البديل"، كما يجب على المناقص أن يسلم العدد المحدد في جدول بيانات المناقصة من النسخ غير الأصلية وبعلمها بكلمة "نسخة"، وفي حال وجود أي اختلاف بين النسخ والأصل يتم اعتماد الأصل. | 1.20 |
| يجب أن تكون النسخة الأصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمعن، وموثقة من قبل الشخص المفوض بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض خطى وفق ما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، ويجب طباعة أسماء ووظائف الأشخاص الموقعين على التفويض تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات أو تعديلات، من قبل الشخص الذي وقع على العطاء أو حتى بالأحرف الأولى. | 2.20 |
| إذا كان المناقص إئتلافاً، فيجب على المفوض بتمثيل الإئتلاف أن يوقع العطاء نيابة عن الإئتلاف ليكون ملزماً قانوناً لجميع أعضاء الإئتلاف كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانوناً لأعضاء الإئتلاف. | 3.20 |
| لا تعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أو كتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديليها إلا إذا وقعت من قبل الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء. | 4.20 |

ث. تسليم وفتح العطاءات

- | | |
|---|-----------|
| إغلاق وتعليم وتسلیم العطاءات | 21 |
| على المناقص وضع الوثائق الأصلية للعطاء، والنسخ، والعطاءات البديلة في حال كان مسموحاً بها وفقاً للفقرة 13 من التعليمات للمناقصين في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تبين فيما إذا كانت النسخ التي بداخلها أصلية أو نسخاً أو عطاءات بديلة، وتوضع هذه المغلفات فيما بعد في ملف واحد. | 1.21 |
| يجب أن تحمل المغلفات الداخلية: | 2.21 |
| أ. اسم وعنوان المناقص. | |
| ب. اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين. | |
| يجب أن يحمل الملف الخارجي: | 3.21 |
| أ. اسم وعنوان الجهة المشترية. | |
| ب. اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة 1.1 من التعليمات للمناقصين. | |
| ت. تحذيراً بعدم فتح الملف قبل تاريخ ووقت فتح العطاءات. | |
| لا تحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع أية مغلفات أو فتحها مبكراً إذا كانت لا تحمل الإشارات المطلوبة أو غير مغلقة كما هو مطلوب. | 4.21 |



- الموعد النهائي لتسليم العطاءات** 22
- يجب تسلیم العطاءات الى الجهة المشترية من خلال التسلیم باليد أو بالبريد العادي أو المسجل في العنوان المحدد في جدول بيانات المناقصة، قبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في جدول بيانات المناقصة، ويمكن للمناقصین تقديم عطاءاتهم إلكترونياً إذا كان ذلك منصوصاً عليه في جدول بيانات المناقصة، وفي هذه الحالة يجب على المناقصین الذين يسلمون عطاءاتهم الكترونياً اتباع إجراءات التسلیم الإلكتروني المحددة في جدول بيانات المناقصة.
- للجهة المشترية الحق بتأجیل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طریق تعديل جدول بيانات المناقصة بما يتواافق مع الفقرة 3.8 من التعليمات للمناقصین، وفي هذه الحالة تصبح حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصین خاضعة للموعد الجديد.
- العطاءات المتأخرة** 23
- لن تقبل الجهة المشترية أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقاً للفقرة 22 من التعليمات للمناقصین، ويعتبر أي عطاء يصل بعد الموعد المحدد متأخراً، ويتم رفضه ويعاد إلى صاحبه دون فتحه.
- سحب وتعديل وتعديل العطاءات** 24
- للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطاءه بعد تسلیمه، وذلك بإشعار خطی موقعاً من قبل الشخص المفوض بالتوقيع مصحوباً بالتفویض وفقاً للفقرة 2.20 من هذه التعليمات، ويجب أن يُرفق التعديل أو الاستبدال مع الإشعار الخطی، ويجب أن تكون جميع الإشعارات:
- أ. قد أعددت وقدمت وفقاً للفقرتين 20 و 21 من التعليمات للمناقصین (إلا أن إشعارات الانسحاب لا تتطلب نسخة)، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مغلفاتها علامات واضحة "انسحاب"، "استبدال"، "تعديل"؛ و
- ب. تم استلامها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفقاً للفقرة 22 من التعليمات للمناقصین.
- تعاد العطاءات غير مفتوحة لأصحابها، في حالة الانسحاب وفقاً للفقرة الفرعية 1.24 من التعليمات للمناقصین.
- لا يحق للمناقص سحب أو استبدال أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وتاريخ انتهاء صلاحية العطاء المحدد في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.
- فتح مظاريف العطاءات** 25
- باستثناء الحالات المذكورة في الفقرتين 1.23 و 1.24 من التعليمات للمناقصین، تقوم **الجهة المشترية** بفتح ونقل عطاءات كما هو محدد في الفقرة 3.25 من التعليمات للمناقصین في جلسة علنية في التاريخ والوقت والمکان المحددين في جدول بيانات المناقصة بحضور المناقصین أو ممثلهم المفوضین الراغبین في الحضور، وفي حالة سمح بتقديم العطاءات إلكترونياً حسب الفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصین يتم فتحها وفق الإجراءات المحددة في جدول بيانات المناقصة.
- فتتح في البداية الملففات التي تحمل كلمة "انسحاب" وتقرأ علينا، فيما يعاد المخلف الذي يحمل العطاء إلى صاحبه دون فتحه، ولا تعتبر مذكرة الانسحاب سارية المفعول إلا إذا كان هناك تفویض رسمي بذلك، ويجب قراءة هذا التفویض علينا في جلسة فتح العطاءات، بعد ذلك تفتح الملففات التي تحمل كلمة "استبدال" وتقرأ علينا ويتم اعتماد العطاء البديل الذي يجب أن

يكون موقعاً من المفوض بذلك بدل العطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه، ولا يتم الاستبدال إلا في حالة وجود مذكرة استبدال تحمل تفويضاً رسمياً تقرأ علينا في جلسة فتح العطاءات، ثم تفتح الملففات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ علينا، ولا يعتمد التعديل إلا إذا كان هناك مذكرة مكتوبة به تحمل تفويضاً رسمياً، ولا تدخل في عملية التقييم إلا العطاءات التي فتحت وقررت خلال جلسة فتح العطاءات.

تفتح مظاريف العطاءات الأخرى واحداً تلو الآخر، حيث يقرأ اسم المناقص، وينظر فيما إذا كان هناك مذكرة تعديل، وتقرأ الأسعار الكلية المقدمة، وكل رزمة (إن وجدت)، بما فيها الخصومات والعطاءات البديلة، وينظر وجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء إذا كان مطلوباً، وأية تفاصيل أخرى ترى الجهة المشترية أن من المناسب ذكرها، ويتم توقيع خطاب العطاء وجدول الأسعار من قبل اللجنة وفقاً لما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، ولا يدخل في تقييم العطاء إلا الخصومات والعطاءات البديلة التي تقرأ علينا في جلسة فتح العطاءات، ولا يجوز مناقشة مزايا العطاءات ولا رفض أي من العطاءات المقدمة خلال جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة وفقاً للفقرة 1.23 من التعليمات للمناقصين.

تقوم لجنة العطاءات أو لجنة الشراء المختصة بإعداد محضر لفتح العطاءات يتضمن بالحد الأدنى اسم المناقص وفيما إذا كان هناك سحب أو استبدال أو تعديل، سعر العطاء لكل رزمة إذا كان ذلك هو الحال، بما في ذلك الخصومات والعطاءات البديلة، وجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء أيهما كان مطلوباً، وتطلب الجهة المشترية من ممثلي المناقصين الحاضرين للجلسة التوقيع على المحضر، ولا يؤثر غياب توقيع أحد المناقصين على صحة المحضر أو تأثيره، وتوزع نسخة من المحضر على جميع المناقصين الذين سلموا عطاءاتهم في الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجودة في المحضر على البوابة الموحدة للشراء العام.



ج. تقييم ومقارنة العطاءات

- | | |
|---|----|
| <p>لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين والتوصية بحالة العقد للمناقصين أو لأي شخص آخر ليس له دور رسمى بهذه العملية حتى تعلن نتائجها إلى المناقصين.</p> <p>قد تتسبب أية محاولة من قبل المناقص للتتأثير على الجهة المشترية أو لجنة العطاءات أو لجنة الشراء أو لجنة التقييم في عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العقد في استبعاد العطاء المقدم منه.</p> <p>مع مراعاة الفقرة 2.26 من التعليمات للمناقصين، في حالة أراد أي مناقص الاتصال بالجهة المشترية لشأن يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد، فإن عليه أن يخاطها خطياً فقط.</p> | 26 |
|---|----|

توضيح العطاءات

- | | |
|--|------|
| <p>يحق للجهة المشترية وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن تطلب من أي مناقص توضيح ما جاء في عطائه ومنحه مهلة معقولة للرد ، ولا يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب من قبل الجهة المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح والإجابة عليه خطيان، ولا يتم السماح أو تقديم أو عرض أي تغيير للأسعار، سواء بالزيادة أو بالنقصان، إلا إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي تكتشفه الجهة المشترية خلال عملية التقييم وفقاً للفقرة 31 من التعليمات للمناقصين، ولا يجوز للجهة المشترية أيضاً أن تطلب من أي مناقص أو تسمح له بتقديم أو عرض أي تغيير في مضمون عطائه.</p> | 1.27 |
|--|------|

2.27 إذا لم يقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلها فقد يتم رفض عطاء هذا المناقص.

28 الانحراف والتحفظ والحذف

- 1.28 خلال تقييم العطاءات تطبق التعرifات التالية:
- "الانحراف" هو مخالفة المتطلبات المحددة في وثائق المناقصة.
 - "التحفظ" هو وضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات وثائق المناقصة.
 - "الحذف" الفشل في تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.

29 تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة

1.29 يعتمد قرار الجهة المشترية فيما إذا كان العطاء مستجيباً للشروط على محتويات العطاء نفسه وفقاً لما هو محدد في الفقرة 11 من التعليمات للمناقصين.

2.29 العطاء المستجيب جوهرياً للشروط هو العطاء المستوى لجميع متطلبات وثائق المناقصة دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري، والانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري هو الذي:

- في حال قبولة:

- يؤثر بطريقة جوهيرية على نوعية أو جودة أو أداء اللوازم المحددة في العقد.
 - يعد بشكل جوهري وبما لا يتواافق مع وثائق المناقصة، من حقوق الجهة المشترية أو واجبات المناقص التعاقدية.
- ب. في حالة تعديله، يؤثر بشكل غير عادل على الوضع التنافسي للمناقصين الآخرين الذين تقدموا بعطاءات مستجيبة جوهرياً ومستوفية للشروط.

3.29 سوف تقوم الجهة المشترية بتقييم الجوانب الفنية للعطاء وفقاً للفقرتين 16 و 17 من التعليمات للمناقصين، ولا سيما لضمان أن جميع متطلبات القسم السابع - جدول المتطلبات قد تم الوفاء بها دون انحراف أو تحفظ أو حذف جوهري.

4.29 يتم رفض العطاء من قبل الجهة المشترية إذا لم يكن مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، ولا يسمح بالتالي جعله مستجوباً عن طريق تصحيح الانحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري.



30 عدم المطابقة، الأخطاء والحذف

1.30 إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشترية أن تغض النظر عن أخطاء و/o خطأ في عطاءات غير جوهرية.

2.30 إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشترية أن تطلب من المناقص أن يقدم المعلومات أو الوثائق الضرورية خلال فترة زمنية محددة، وذلك لتصحيح الانحرافات غير الجوهرية أو النواقص في العطاء والمتعلقة بمتطلبات التوثيق، ويجب أن لا تتعلق هذه الانحرافات أو النواقص بأي شكل من الأشكال بالأسعار المذكورة في العطاء، وقد يؤدي عدم تمكن المناقص من تقديم المعلومات المطلوبة إلى رفض عرضه.

3.30 إذا كان العطاء مستجيبةً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح الانحرافات القابلة لليقىاس الكافي والتي تتعلق بسعر العطاء، ولأغراض المقارنة فقط يعدل سعر العطاء ليعكس سعر البند المنسي أو غير المطابق للمواصفات.

31 تصحيح الأخطاء الحسابية

1.31 في حالة كان العطاء مستجيبةً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية وفق الشروط التالية:

أ. إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر الإجمالي يؤخذ بسعر الوحدة ويعدل السعر الإجمالي طبقاً لذلك، واستثناءً على هذا إذا رأت الجهة المشترية أن هناك خطأً لا ليس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يحتسب الإجمالي ويصحح سعر الوحدة.

ب. إذا كان هناك خطأً في مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ الإجمالية الفرعية، تعتمد المبالغ الإجمالية الفرعية ويصحح المجموع.

ت. إذا كان هناك تعارض بين السعر المحدد بالكلمات والسعر المحدد بالأرقام، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات، إلا إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتعتمد القيمة الرقمية وفقاً للبندين الفرعيين (أ) و(ب) أعلاه.

ث. إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر الوحدة رقمًا غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.

ج. إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو الأسعار بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة الأصلية.


ح. إذا قدم المناقص تعديلاً على عطائه سواء بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا المبلغ كنسبة من السعر المقصود قبل التصحيح واعتمادها كخصم أو زيادة.

خ. إذا لم يقم المناقص بتغيير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة والإجمالي بصورة غير واضحة وتشكل معها التباس في احتساب إجمالي المبلغ، يتم التصحيح ك الآتي:

1. تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين المشاركون في المناقصة لغاية الحصول على قيمة إجمالية لهذا العرض.

2. إذا بقى العرض الذي طبق عليه البند (1) أعلى أقل العروض سعراً، واتجهت النية للإhaltة عليه، يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين الآخرين لتحديد القيمة الإجمالية التي سيحال بها العرض.

2.31 تقوم الجهة المشترية بإجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم إبلاغه بهذه التصحيحات، وإذا لم يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها الجهة المشترية يتم رفض عطائه، وللجهة المشترية أن تقرر في هذه الحالة مصادرة كفالته أو تطبيق الإجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.



32 التحويل إلى عملة واحدة

1.32

لأغراض التقييم والمقارنة يتم تحويل عمليات العطاءات إلى عملة واحدة كما هو مبين في جداول أدلة التقييم العامة دائرة العطاءات المركزية

33 هامش الأفضلية المحلية

يتم إعطاء هامش أفضلية محلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين وفق الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.

34 تقييم العطاءات

سوف تقوم الجهة المشترية باستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه الفقرة في تقييم العطاءات، ولن يتم استخدام أية معايير أو منهجيات تقييم أخرى.

سوف تقوم الجهة المشترية باعتماد الآليات التالية خلال التقييم:

أ. سوف يتم التقييم على أساس البنود أو الرزم على النحو المحدد في جدول بيانات المناقصة وسعر العطاء كما هو مقدم وفقاً للفقرة 14 من التعليمات للمناقصين.

ب. تعديل الأسعار لتصحيح الأخطاء الحسابية وفقاً للفقرة 1.31 من التعليمات للمناقصين.

ت. تعديل الأسعار بسبب الخصومات التي يقدمها المناقصون وفقاً للفقرة 3.14 من التعليمات للمناقصين.

ث. تحويل المبلغ الناتج من تطبيق الفقرات من (أ) إلى (ت) أعلاه، إذا كان ذلك مناسباً، لعملة واحدة وفقاً للفقرة 32 من التعليمات للمناقصين.

ج. تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غير الجوهرية والقابلة للقياس وفقاً للفقرة 3.30 من التعليمات للمناقصين.

ح. يتم تحديد عوامل التقييم الإضافية في القسم الثالث - معايير التأهيل والتقييم.

لا يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم العطاءات تأثير مراجعة الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد.

3.34

إذا كانت وثائق المناقصة تسمح بتقديم أسعار منفصلة لرزم مختلفة، فإن منهجية تحديد التكلفة المقيدة الأدنى لمجموعات الرزم المختلفة بما في ذلك أي خصم يتم تقديمه في خطاب العطاء سيتم توضيحها في القسم الثالث "معايير التأهيل والتقييم".

4.34

لا يأخذ تقييم الجهة المشترية للعطاءات في الاعتبار:

أ. ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) وغيرها من الضرائب المشابهة والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا أحيل العقد على المناقص؛ في حالة اللوازم المصنعة في فلسطين؛

ب. الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الأخرى والضرائب الأخرى المشابهة المفروضة على استيراد اللوازم، والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم، إذا تمت إحالة العقد على المناقص، وذلك في حالة اللوازم المصنعة خارج فلسطين وقد استوردت بالفعل أو التي سيتم استيرادها.

ت. أي تأثير لمراجعة الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد.

5.34



يمكن أن يشمل تقييم الجهة المشترية للعطاء عوامل أخرى بالإضافة إلى سعر العطاء وفقاً للفقرة 14 من التعليمات للمناقصين، وقد تتعلق هذه العوامل بمواصفات أو أداء أو شروط توريد اللوازم، ويجب أن يلخص المعايير والشروط العامة إن وجدت، على شكل قيم مالية لتسهيل عملية المقارنة بين العطاءات، إلا إذا ذكر غير ذلك في الفقرة 14 من التعليمات بين تلك المبنية في القسم الثالث (معايير التقييم والتأهيل)، ويجب أن تكون المعايير والمنهجيات التي سيتم استخدامها وفقاً لفقرة 2.34 (ح) من التعليمات للمناقصين.

6.34

مقارنة العطاءات

35

على الجهة المشترية أن تقارن بين الأسعار المقيدة لجميع العطاءات المستجيبة جوهرياً والتي تم احتسابها وفقاً للفقرة 2.34 من التعليمات للمناقصين لتحديد العطاء المقيم الأقل تكلفة، وتتم المقارنة بالنسبة للوازم المستوردة بناء على سعر العطاء المقيد على أساس المصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وفقاً للفقرة 8.14-2 (أ) من التعليمات للمناقصين، وعلى أساس السعر خارج المصنع EX-Works إضافة إلى سعر النقل البري والتأمين حتى الوجهة النهائية للوازم المصنعة داخل فلسطين، بالإضافة إلى أسعار التركيب والتدريب وأية خدمات أخرى مطلوبة، ولا يأخذ تقييم الأسعار في الحسبان الضرائب أو الجمارك أو الرسوم المترتبة على اللوازم المستوردة أو ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) والضرائب الأخرى المترتبة على بيع وتوسيط اللوازم.

تأهيل المناقصين

36

على الجهة المشترية أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، مؤهلاً لتنفيذ العقد وفقاً للمعاير المبينة في القسم الثالث - معاير التقييم والتأهيل.


يتم تحديد ذلك من خلال فحص الوثائق المثبتة لمؤهلات المناقص والتي قدمها المناقص وفقاً للفقرة 17 من التعليمات للمناقصين.

يعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً مسبقاً لإحالة العقد عليه، وعكس ذلك يؤدي إلى استبعاد عطائه، وفي هذه الحالة تقوم الجهة المشترية بدراسة العطاء المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان المناقص مؤهلاً لتنفيذ العقد.

حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات

37

للجهة المشترية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، كما أن لها الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات المقدمة في أي وقت قبل إحالة العقد وفقاً للحالات التي حددها قانون الشراء العام ولاتها التنفيذية، دون تحمل أية مسؤولية قانونية اتجاه المناقصين، ويجب إعادة كفالات دخول المناقصة إلى المناقصين في أسرع وقت في حالة إلغاء المناقصة.



إحالة العقد


ح.

معايير الإحالة

38

مع مراعاة الفقرة 1.37 أعلاه، تقوم الجهة المشترية بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم الأقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، والذي ثبت أنه مؤهل لتنفيذ العقد بصورة مرضية.

<p>39</p> <p>حق الجهة المشترية في تغيير الكميات عند الإجالة</p>	<p>تحتفظ الجهة المشترية عند إجالة العقد بحق تغيير الكميات المحددة في القسم السابع - جدول المطلبات، سواء بالزيادة أو النقصان، على أن لا يتجاوز ذلك التغيير النسبة المحددة في جدول بيانات المناقصة، دون أي تغير في سعر الوحدة أو أية شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة.</p>
<p>40</p> <p>التبليغ بإحالة العقد</p>	<p>يجب على الجهة المشترية وقبل فترة كافية من انتهاء صلاحية العطاء إبلاغ جميع المناقصين خطياً بقرار الإحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء الأقل تكلفة والمطابق جوهرياً للمواصفات والشروط المحددة في وثائق المناقصة والمستوفى لمعايير التأهيل، ولا يشكل هذا البلاغ خطاب إجالة للعقد.</p> <p>إذا لم يطعن أي مناقص في قرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ، تصبح الإحالة نهائية وتقوم الجهة المشترية بإبلاغ المناقص الذي أحيل عليه العقد خطياً بأنه قد تم قبول عطائه، ويحدد هذا الخطاب (المسمى "خطاب الإحالة") المبلغ الذي ستدفعه الجهة المشترية إلى المورد مقابل توريد اللوازم (المسمى "قيمة العقد")، وفي نفس الوقت ستقوم الجهة المشترية أيضاً بنشر نتائج المناقصة على لوحة الإعلانات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مع تحديد الرمز (العقود) وعددها وكذلك اسم المناقص الفائز وقيمة العقد.</p> <p>يشكل خطاب الإحالة (خطاب القبول) عقداً ملزماً للطرفين إلى حين إعداد العقد النهائي وتوقيعه.</p>
<p>3.40</p> <p>بعد إبلاغ المناقصين بالإحالة المبدئية وفقاً للفقرة 1.40 من التعليمات للمناقصين، يجب على الجهة المشترية الرد خطياً على أي مناقص يتقدم بطلب خطى لمعرفة الأسباب التي حالت دون اختياره وذلك خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.</p>	<p>4.40</p>
<p>41</p> <p>كفالة حسن التنفيذ</p>	<p>على المناقص أن يقدم خلال الفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة وفي خطاب الإحالة كفالة حسن التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في القسم العاشر - نماذج العقد، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية، وفي حالة إصدار الكفالة من قبل مؤسسة مالية أجنبية يجب أن يكون لديها مؤسسة مالية مراسلة معتمدة تعمل داخل دولة فلسطين.</p> <p>يعتبر الإخلال في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً لإلغاء الإحالة ومصادرة كفالة دخول المناقصة أو تنفيذ بنود إقرار ضمان العطاء، وفي هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تحيل العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيد التالي في الترتيب والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة وشرطه أن ثبتت قدرة المناقص على تنفيذه.</p>
<p>42</p> <p>توقيع العقد</p>	<p>بعد استلام خطاب الإحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ على المناقص أن يقوم بتوقيع العقد أمام الجهة المشترية خلال الفترة المنصوص عليها في جدول بيانات المناقصة من تاريخ خطاب الإحالة.</p>



- 2.42 مع مراعاة الفقرة 1.42 أعلاه، وإذا تعذر توقيع العقد بسبب أية قيود على التصدير تفرض بموجب لوائح التجارة الخاصة بالبلد المصدر، وتعزى هذه القيود للجهة المشترية أو الدولة أو استخدام المنتجات/اللوازم أو الأنظمة أو الخدمات المتعلقة باللوازم والتي سيتم توريدتها، يصبح المناقص الفائز غير ملزم بعطائه شريطة أن بين للجهة المشترية أعلى قدر من الاهتمام والحرص، بقيمه بطلب كل ما يلزم من موافقات واستثناءات وتراخيص أساسية هامة لتصدير هذه المنتجات واللوازم وأنظمة والخدمات بموجب شروط العقد.
- 3.42 تعلن الجهة المشترية خلال فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من توقيع العقد نتائج الإحالة على لوحة الإعلانات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام، مبينة رقم المناقصة وأرقام الرزم بالإضافة إلى المعلومات التالية:
- أ. اسم كل مناقص اشتراك في المناقصة.
 - ب. أسعار العطاءات كما تمت قراءتها في الجلسة العلنية لفتح مظاريف العطاءات.
 - ت. اسم وسعر كل عطاء قد تم تقييمه.
 - ث. أسماء المناقصين الذين تم رفض عطاءاتهم وأسباب الرفض.
 - ج. اسم المناقص الفائز وسعر عطائه، فضلاً عن مدة وملخص نطاق العقد.



القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة


البيانات التالية الخاصة باللوازم المراد توريدها تكمل وتلحق وتعديل الشروط الواردة في التعليمات للمناقصين، وفي حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة في هذه البيانات.

أ. أحكام عامة	رقم الفقرة في التعليمات للمناقصين
اسم الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح مديرية الخدمات الطبية العسكرية.	1.1
رقم المناقصة: (MMSD-GSD/MOF/2023/24) أسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية.	1.1
مصدر التمويل: الموازنة العامة / وزارة المالية.	1.2
العدد الأقصى لأعضاء الائتلاف: (2).	1.4
يصدر المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام قائمة الحرمان (القائمة السوداء) التي تتضمن أسماء الشركات المحظوظ عليها المشاركة في المناقصات الممولة بمال العام، ويمكن الاطلاع على هذه القائمة على بوابة الموحدة للشراء العام: shiraa.gov.ps	4.4
ب. محتويات وثائق المناقصة	
<p>لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، هو:</p> <p>العنوان: الماصيون - مجمع الوزارات - مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة.</p> <p>رقم الطابق: الطابق السادس.</p> <p>المدينة: رام الله.</p> <p>الدولة: فلسطين</p> <p>هاتف: 02-2987112/3</p> <p>فاكس: 02-2987056</p> <p>رقم الموبايل: 0593108130</p> <p>الموقع الإلكتروني لنشر التوضيحات والردود:</p> 	1.7

<p>مديريّة اللوازم العامة www.gs.pmoif.ps البوابة الموحدة للشراء العام shiraa.gov.ps آخر موعد لتقديم الاستفسارات: 2023/3/26</p>	
ت. إعداد العطاء	
<p>لغة العطاء: العربية.</p> <p>تعتمد اللغة العربية في المراسلات بين الجهة المشترية والمناقصين.</p> <p>تعتمد اللغة العربية لأغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة.</p> <p>على المناقص أن يقدم الوثائق الإضافية التالية:</p> <p>أ. في حال كان المناقص شركة مسجلة يجب إرفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد.</p> <p>ب. في حال كان المناقص منشأة فردية (تاجر) يجب ارفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة التجارة والصناعة (شهادة تاجر ثبت طبيعة عمله).</p> <p>ت. صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة الاملاك في وزارة المالية.</p> <p>ث. السيرة الذاتية للشركة.</p> <p>ج. شهادة خلو طرف من الإدارة العامة لضريبة الدخل.</p> <p>ح. شهادة خلو طرف من الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة دائرة العطاءات المركزية</p> <p>خ. صورة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة.</p> <p>د. شهادة خصم من المصدر من ضريبة الدخل مسارية المفعول.</p>	1.10
العطاءات البديلة لن تؤخذ بعين الاعتبار.	1.13
الأسعار المقدمة غير قابلة للمراجعة.	5.14
<p>الأسعار المقدمة للرزم يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 100 % من البنود الواردة في كل رزمة.</p> <p>الأسعار المقدمة لكل بند من بنود الرزمة يجب أن تتضمن ما لا يقل عن 100 % من الكميات المطلوبة لهذا البند من الرزمة.</p> <p>(لا ينطبق)</p>	6.14

طبيعة الـ Incoterms المعتمدة لهذه المناقصة هي INCOTERMS 2010	7.14	
تقديم الأسعار للوازム المصنعة خارج فلسطين بموجب مصطلح DDP واصلاً إلى مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم.	(أ) 8.14	
الوجهة النهائية (موقع الاستخدام): مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم.	(ت) 8.14	
الأسعار المقدمة يجب أن تكون بالدولار شاملة ضريبة القيمة المضافة.	1.15	
على المناقص أن يقدم جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بالدولار.	2.15	
العمر الافتراضي المتوقع أن تعمل فيه الوازلم (لأغراض توفير قطع الغيار): 3 سنوات.	4.16	
تفويض الجهة المصنعة - مطلوب.	(أ) 2.17	
خدمات ما بعد البيع - مطلوبة.	(ب) 2.17	
مدة صلاحية العطاء 150 يوماً تقويمياً من الموعد النهائي لتسليم العطاءات.	1.18	
يجب أن يشمل العطاء على إقرار ضمان العطاء بحسب النموذج الموجود في القسم الرابع - نماذج العطاء.	1.19	
أشكال الكفالات الأخرى المقبولة - (لا ينطبق).	3.19	
تكون كفالة دخول المناقصة سارية المفعول لفترة 30 يوماً بعد انتهاء فترة صلاحية العطاء (لا ينطبق)	(ت) 3.19	
إذا اقترف المناقص أي من التصرفات الواردة في البنود (أ) إلى (ت) من هذه الفقرة، سوف يتم حرمانه من المشاركة في كافة عمليات الشراء العام لفترة 12 شهر.	9.19	
يجب تسليم (1) نسخة غير أصلية بالإضافة إلى الأصلية من العطاء.	1.20	
التفويض الخطي للشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يتضمن: كتاب تفويض خطى موقع من المخول بالتوقيع عن المناقص (حسب شهادة التسجيل الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني)، يفوض ويخلو الشخص المقترن منه بالتوقيع على أوراق العطاء والعقد فيما بعد الإحالة بالإضافة لشهادة تسجيل الشركة-عقد تأسيس الشركة وصورة عن هوية المفوض بالتوقيع.	2.20	
ث. تسليم وفتح العطاءات		
دولة فلسطين وزارة المالية والتخطيط  05-03-2023  администраة العامة للوازلم العامة دائرة العطاءات المرئية	لأغراض تسليم العطاءات: إلى: صندوق العطاءات - دائرة العطاءات	1.22

<p>العنوان: الماصيون - مجمع الوزارات - مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة.</p> <p>رقم الطابق: الطابق السادس.</p> <p>المدينة: رام الله.</p> <p>الدولة: فلسطين</p> <p>هاتف: 02-2987112/3</p> <p>فاكس: 02-2987056</p> <p>الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو: يوم الاثنين الموافق 3/4/2023</p> <p>الوقت: 11:30 صباحاً</p> <p>لا يحق للمناقصين تسلیم عطاءاتهم عبر البريد الإلكتروني.</p>	
<p>سيتم فتح العطاءات في العنوان والتاريخ والوقت التالي:</p> <p>العنوان: الماصيون - مجمع الوزارات - مبنى القدس - وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة.</p> <p>رقم الطابق: الطابق السادس.</p> <p>المدينة: رام الله.</p> <p>الدولة: فلسطين</p> <p>التاريخ: 2023/4/3</p> <p>الوقت: 11:30 صباحاً</p> 	1.25
<p>خطاب العطاء وجدول الأسعار يجب أن توقع وتعتمد من قبل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بفتح العطاءات كالتالي:</p> <p>(أ) تقوم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية بفتح العطاءات في جلسة علنية في الوقت والمكان وال التاريخ المحدد في جدول بيانات المناقصة وذلك بحضور المناقصين أو من يمثلهم.</p> <p>(ب) تقرأ في البداية الملففات التي تحمل علامة "الانسحاب" على الملا ويعاد الملف إلى صاحبه دون فتحه.</p> <p>(ج) تقرأ بعدها الملففات التي تحمل علامة "استبدال" على الملا ويتم استبدالها بالعطاء الأول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.</p> <p>(د) تفتح الملففات التي تحمل علامة "تعديل" وتقرأ على الملا.</p> <p>(هـ) المظاريف التي فتحت وتمت قراءتها خلال جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في التقييم.</p> <p>(و) تفتح المظاريف واحداً تلو الآخر ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات (إن وجدت) ويعلن عن وجود إقرار ضمان.</p>	3.25

ج. تقييم ومقارنة العطاءات	
1.32	العملة التي يتم استخدامها لأغراض تقييم العطاءات المختلفة ومقارنتها بهدف تحويل أسعار العطاءات المقدمة بعملات مختلفة إلى عملة واحدة هي: الدولار. سعر صرف العملات المعتمد هو ما تنشره سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ فتح المناقصة.
1.33	سيتم إعطاء هامش أفضليّة للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين بنسبة 15%.
2.34 (ا) (الإحالات على أساس البند)	سيتم تقييم العطاءات لكل بند ويتشكل العقد من البنود المحالة على المناقص الفائز.
6.34	<p>سيتم تعديل سعر العطاء باستخدام المعايير التالية من بين المعايير الموجودة في القسم الثالث - معايير التقييم والتأهيل:</p> <p>أ. التغييرات في جدول تسليم اللوازم :نعم ، وسيتم التعامل مع العطاءات التي تزيد عن مدة التوريد كما يلي مع ضرورة أن لا تتجاوز المدة المقدمة 120 يوم :</p> <ul style="list-style-type: none"> • سيتم إضافة 3 % من قيمة العرض عن كل أسبوع زيادة عن مدة التوريد (90 يوم) لغايات المقارنة والتقييم ، وفي حال الإحالات يتم الإحالات على السعر المقدم ضمن العرض الأصلي والذي قرأ عند فتح العطاءات. ب. تكلفة استبدال المكونات الرئيسية ، قطع الغيار الإلزامية والخدمات المتعلقة باللوازم (نعم) • يتم إضافة تكلفة المواد الاحتياطية الإلزامية والأجزاء القابلة للاستبدال وخدمات ما بعد البيع إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط، ويتم احتساب التكلفة بموجب القوائم المقدمة من المناقص والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة للوازم لأغراض الصيانة ول فترة العمر التشغيلي للوازم المحددة في الفقرة (4.16) من جدول بيانات المناقصة. <p>تكلفة توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للمعدات المقدمة في العطاء في فلسطين (نعم) إذا نصت الفقرة 6.34 (ت) من جدول بيانات المناقصة على قيام المناقص بعرض تكلفة لتوفير خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع الغيار في فلسطين، يتم إضافة تكلفة توفير هذه الخدمات إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط.</p>
1.39	<p>ح. إ حالة العقد</p> <p>نسبة الزيادة في الكميات المطلوبة لا تتعدي 25%.</p> <p>نسبة النقصان في الكميات المطلوبة لا تتعدي 9.25%.</p>
1.42 & 1.41	الفترة الزمنية لتقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد هي: 14-28 يوم من تاريخ إلاغ الإحلالقرة العطاءات المركزية
دولسة فلسطين وزارة المالية والخطيب  05-03-2023 администрации للوازم العامة	

القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل

يستكمل هذا القسم التعليمات للمناقصين، ويحتوي على المعايير التي تستخدمها الجهة المشترية لتقدير العطاءات وتحديد ما إذا كانت المؤهلات المطلوبة متوفرة لدى المناقص الفائز، ولن تستخدم أية عوامل أو طرق أو معايير أخرى لهذا الغرض.

المحتويات

1. هامش الأفضلية المحلية.
2. معايير التقييم.
3. متطلبات التأهيل اللاحق.



هامش الأفضلية المحلية (الفقرة 33 من التعليمات للمناقصين)

لأغراض مقارنة العطاءات، سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة في فلسطين بنسبة 15 % ما لم ينص على خلاف ذلك في جدول بيانات المناقصة.

3. التقييم (الفقرة 34 من التعليمات للمناقصين)

آلية التقييم: سيتم الإحالة على الشركة الأقل تكلفة والمستجيبة جوهرياً للشروط والمواصفات.

معايير التقييم (الفقرة 6.34 من التعليمات للمناقصين)

يمكن للجهة المشترية عند تقييمها للعطاءات أن تأخذ بعين الاعتبار بالإضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً للفقرة 8.14 من التعليمات للمناقصين، واحداً أو أكثر من العوامل التالية المحددة في الفقرة 2.34 من هذه التعليمات وفي جدول بيانات المناقصة الذي يشير إلى هذه الفقرة، مستخدمةً المعايير والأساليب التالية.

أ. جدول التسلیم:

يجب أن تسلم اللوازم الموجودة في قائمة اللوازم خلال المدة الزمنية (بعد "أقرب موعد للتسليم" وقبل "آخر موعد للتسليم") المحددة في القسم السابع - جدول المتطلبات، ولن تعطى أفضلية للوازم المسلمة قبل "أقرب موعد للتسليم"، وستعامل العطاءات التي ستسلم اللوازم بعد "آخر موعد للتسليم" على أنها غير مستجيبة، وضمن هذه المدة المحددة ولغايات التقييم فقط، سيتم إجراء تعديل على أسعار العطاءات التي تعرض تسليم اللوازم بعد "أقرب موعد للتسليم" ، وذلك باستخدام المعامل المحدد في الفقرة 6.34 (أ) في جدول بيانات المناقصة.

ب. تكلفة استبدال المكونات الرئيسية، وقطع الغيار الإلزامية، والخدمات المتعلقة باللوازم:


1. يتم إضافة تكلفة المواد الاحتياطية الإلزامية والأجزاء القابلة للاستبدال وخدمات ما بعد البيع إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط، ويتم احتساب التكلفة بموجب القوائم المقدمة من المناقص والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة للوازم لأغراض الصيانة ول فترة العمر التشغيلي للوازم المحددة في الفقرة (4.16) من جدول بيانات المناقصة.

2. تقوم الجهة المشترية بإعداد قائمة بالاحتياجات من الأجزاء السريعة الإسهماتك والعالية التكلفة وقطع الغيار الإلزامية والكميات التخمينية خلال فترة العمر التشغيلي للوازم المحددة في الفقرة (4.16) من جدول بيانات المناقصة، ويقوم المناقصون بتعديل القائمة وتقديمها ضمن عطاءاتهم ثم يتم إضافة التكلفة الإجمالية لبيانو القائمة إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط.

ت. توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في فلسطين للمعدات المقدمة في العطاء:

إذا نصت الفقرة 6.34 (ت) من جدول بيانات المناقصة على قيام المناقص بعرض تكلفة لتوفير خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع الغيار في فلسطين، يتم إضافة تكلفة توفير هذه الخدمات إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط.

ث. التكلفة المتوقعة لتشغيل وصيانة المعدات:



بناءً على تكفة التشغيل والصيانة المتوقعة للمعدات، يتم إضافة هامش تعديل إلى سعر العطاء لأغراض المقارنة بين العطاءات فقط، إذا نصت على ذلك الفقرة 6.34 (ث) من جدول بيانات المناقصة، ويتم تحديد هامش التعديل هذا بموجب المنهجية المشار إليها في تلك الفقرة.

ج. أداء وانتاجية المعدات:

يتم إضافة هامش تعديل في التكفة، محسوب على أساس أداء وكفاءة المعدات المقترحة من المناقص في عطائه بالمقارنة مع كفاءة وأداء المعدات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، إذا نصت الفقرة 6.34 (ج) من جدول بيانات المناقصة على ذلك ووقة المنهجية المحددة بالفقرة ذاتها.

ح. آلية معايير إضافية أخرى:

في حالة الحاجة إلى إضافة معايير أخرى للمفاوضة والمقارنة بين العطاءات تتم الإشارة إليها في الفقرة 6.34 (ج) من جدول بيانات المناقصة.

العقود المتعددة (الفقرة 4.34 من التعليمات للمناقصين)

2.2

يحق للجهة المشترية أن تقوم بحالات أكثر من عقد على المناقص الذي يقدم بالعطاءات المقيمة الأقل تكلفة لمجموعة من الرزم والذي يستوفي جميع المعايير المطلوبة في مرحلة التأهيل اللاحق كما هو مبين في هذا القسم الثالث والفقرة 1.36 من التعليمات للمناقصين - تأهيل المناقصين).

وفي هذه الحالة، على الجهة المشترية أن:

أ. تقيم فقط الرزم الذي تتضمن أسعاراً لا يقل عن النسبة المحددة في الفقرة 6.14 من التعليمات للمناقصين من البند لكل رزمة، وما لا يقل عن النسبة المحددة في نفس الفقرة 6.14 من الكميات المطلوبة لكل بند.

ب. تأخذ بعين الاعتبار:

1. العطاءات المقيمة الأقل تكلفة لكل رزمة.

2. التخفيض (الخصم) في السعر لكل رزمة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها المناقص في

3. التأهيل (الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين)

متطلبات التأهيل (الفقرة 1.36 من التعليمات للمناقصين)

1.3

بعد تحديد العطاء المقيم الأقل تكلفة وفقاً للفقرة 2.34 من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية بإجراءات التأهيل اللاحق للمناقص وفقاً الفقرة 36 من التعليمات للمناقصين باستخدام المتطلبات المحددة فقط، ولن تستخدم آلية متطلبات غير مشمولة في النص أدناه في تقييم مؤهلات المناقص.

أ. القدرة المالية:

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي ثبت قدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية التالية: كشف حساب بنكي مصدق من محاسب قانوني لآخر ثلاث سنوات.

ب. الخبرة والقدرة الفنية:

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي توضح أن لديه القدرة على تحقيق متطلبات الخبرة التالية: قائمة بمواعع تم تركيب أحجزة بها.

ت. على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات والكتالوجات التي توضح أن اللوازم التي يعرضها تفي بمتطلبات الاستخدام،



القسم الرابع: نماذج العطاء

جدول النماذج

33.....	النموذج 1: نموذج معلومات المناقص
34.....	النموذج 2: نموذج معلومات الشركاء في ائتلاف الشراكة
35.....	النموذج 3: نموذج خطاب العطاء
35.....	النموذج 4: نماذج جدول الأسعار
47.....	النموذج 5: جدول الأسعار والتنفيذ - الخدمات المتعلقة باللوازم
49.....	النموذج 6: تفويض المصنع
50.....	النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)
51.....	النموذج 8: إقرار ضمان العطاء



النموذج 1: نموذج معلومات المناقص

[لا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

التاريخ:

صفحة _____ من _____

رقم المناقصة:

1. الاسم القانوني للمناقص:
2. في حالة كان المناقص ائتلاف شراكة، يجب إدراج الاسم القانوني لكل شريك:
3. الدولة المسجل فيها المناقص:
4. سنة تسجيل المناقص:
5. العنوان الرسمي للمناقص في الدولة المسجل فيها:
6. معلومات عن الممثل المفوض للمناقص: الاسم: _____ العنوان: _____ الهاتف/الفاكس: _____ البريد الإلكتروني: _____
7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة]. <input type="checkbox"/> وثائق وشهادات تسجيل أو إنشاء الشركة المسماة في الخانة الأولى، وفق الفقرة الفرعية 3.4 من التعليمات للمناقصين. <input type="checkbox"/> وثائق تثبت استقلالية الشركة/المؤسسة قانونياً ومالياً وخصوصيتها للقانون التجاري، وفقاً للفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/المؤسسة مملوكة من قبل حكومة فلسطين. <input type="checkbox"/> شهادة براءة ذمة من الضرائب. <input type="checkbox"/> رخصة مهن ممارسة المفعول. <input type="checkbox"/> شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة. <input type="checkbox"/> شهادة العضوية في غرفة التجارة. <input type="checkbox"/> وثيقة إذن استيراد (إذا كان مطلوباً). <input type="checkbox"/> وثائق أخرى.


النموذج 2: نموذج معلومات المناقص إذا كان ائتلاف شراكة

[على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه]

التاريخ:

رقم المناقصة:

صفحة _____ من _____

1. الاسم القانوني للمناقص:
2. الاسم القانوني للشركاء في الائتلاف:
3. الدولة/الدول المسجل فيها شريك الائتلاف:
4. تاريخ تأسيس أعضاء الائتلاف:
5. العنوان الرسمي لأعضاء الائتلاف في الدولة/الدول المسجلين فيها:
6. معلومات عن الممثل المفوض للائتلاف: الاسم: العنوان: الهاتف/الفاكس: البريد الإلكتروني:
7. مرفق نسخ عن الوثائق الأصلية من: [ضع إشارة بجانب الوثائق الأصلية المرفقة] <input type="checkbox"/> وثائق وشهادات تسجيل لكل شريك مسعي في الخانة الثانية، وفق الفقرة 3.4 من التعليمات للمناقصين. <input type="checkbox"/> اتفاقية الائتلاف الرسمية، أو اتفاقية بنية الائتلاف لغايات المشاركة في المناقصة مصدقة من كاتب العدل. <input type="checkbox"/> وثائق ثبت استقلالية الشركة/المؤسسة قانونياً ومالياً والتزامها بالقانون التجاري، وفق الفقرة 5.4 من التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/المؤسسة أحد أعضاء الائتلاف مملوكة للحكومة. <input type="checkbox"/> الهيكل التنظيمي وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتفاصيل الملكية.



النموذج 3: نموذج خطاب العطاء

[على المناقص تعبيء هذا النموذج وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه، ولا يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، ولا يقبل أي استبدال]

التاريخ :

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية لصالح مديرية الخدمات الطبية العسكرية

رقم المناقصة : MMSD-GSD/MOF/2023/24

رقم العطاء البديل :

إلى :

نحن الموقعون أدناه نقر بأننا:

أ. قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك الملحق الصادرة وفقاً للفقرة (8) من التعليمات للمناقصين [أدخل رقم وتاريخ إصدار كل ملحق])؛ وليس لدينا أية تحفظات عليها.

ب. نحن نفي بمتطلبات الأهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (4) من التعليمات للمناقصين؛

ت. لم يسبق وأن تم إيقافنا أو الإعلان بأنّا غير مؤهلين تنفيذ الإقرار ضمان العطاء لأية مناقصة في فلسطين وفقاً للفقرة (6.4) من التعليمات للمناقصين؛

ث. نحن نعرض تزويد اللوازم التالية بما يتوافق مع وثائق المناقصة وجدول التسليم المحدد في قائمة المتطلبات [أدخل وصفاً ملخصاً للوازم]¹؛

ج. المبلغ الإجمالي لعطائنا، باستثناء الخصومات المقدمة أدناه هو:

1. في حال توريد اللوازم رُزْم واحدة [قم بـيادخال المبلغ الإجمالي للعطاء بالكلمات والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملات المختلفة]-

2. في حال توريد اللوازم رُزْم متعددة، فإن القيمة الإجمالية لكل رُزْم من اللوازم، [قم بـيادخال المبلغ الإجمالي لكل رُزْم بالكلمات والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملات المختلفة]-

3. في حال توريد رُزْم متعددة من اللوازم، فإن المبلغ الإجمالي لتنفيذ كافة الرُزْم [قم بـيادخال المبلغ الإجمالي لكافة الرُزْم بالكلمات والأرقام، موضحاً المبالغ بالعملات المختلفة]-

ح. الخصومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي:



أفي حالة التقدم بسعر لأكثر من رزْمة، اذكر السعر بالأرقام والكلمات لكل رزْمة على حدة

1. الخصومات: إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات التالية. [حدد بالتفصيل كل خصم مقدم وعلى أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول المطلبات]:
2. منهجية تطبيق الخصومات: تطبق الخصومات باستخدام منهجية التالية: [حدد بالتفصيل منهجية التي ستستخدم في تطبيق الخصومات]:
- خ. تستمر صلاحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة 1.18 من التعليمات للمناقصين، من الموعد النهائي لتسليم العطاءات المحدد وفق الفقرة 1.22 من التعليمات للمناقصين، ونلتزم به طوال فترة صلاحية العطاء؛
- د. إذا تمت إحالة العقد علينا سنقوم بإحضار كفالة حسن التنفيذ وفقاً للفقرة 1.41 من التعليمات للمناقصين، والفقرة 16 من الشروط العامة للعقد وحق الانتهاء من تنفيذ العقد؛
- ذ. ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة 2.4 من التعليمات للمناقصين؛
- ر. لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك المتعاقدين من الباطن أو الموردين لأي جزء من هذا العقد، فاقدى الأهلية من قبل حكومة دولة فلسطين، بمقتضى القانون الفلسطيني والأنظمة واللوائح الرسمية وفقاً للفقرة 4.4 من التعليمات للمناقصين؛
- ز. إننا ندرك أن خطاب الإحالة (كتاب القبول) الغطي الموجه من قبل الجهة المشترية تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛
- س. إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء الأقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه.

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:

التاريخ:



النموذج 4: نماذج جدول الأسعار

[على المناقص تعين نموذج جدول الأسعار وفق التعليمات الموضحة أدناه، قائمة البنود في العمود الأول من جدول الأسعار يجب أن تتطابق مع قائمة اللوازم المحددة من قبل الجهة المشترية في جدول المتطلبات.]



جدول أسعار اللوازم المصنعة في فلسطين (غير مطلوب)

التاريخ:								
رقم المناقصة:								
رقم الصفحة من								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
رقم البند	وصف اللوازم	تاريخ التسليم	الوحدة	الكميات	وحدة السعر	الى الوجهة النهائية	الضرائب والرسوم	السعر الإجمالي لكل بند $(8+7+6) * 5=9$
السعر الإجمالي للوازم:								

اسم المناقص:


توقيع المناقص:

التاريخ.....




جدول أسعار اللوازم المصنعة خارج فلسطين

التاريخ: _____	اسم المناقصة: شراء وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية لصالح مديرية الخدمات	الطبيعة العسكرية	رقم المناقصة : MMSD-GSD/MOF/2023/24	رقم الصفحة _____ من _____				
1 رقم البند	2 وصف اللوازم	3 تاريخ التسليم	4 الوحدة	5 الكميات	6 وحدة السعر DDP	7 ثمن النقل الداخلي والتأمين الى الوجهة النهائية	8 الضرائب والرسوم	9 السعر الإجمالي لكل بند $(8+7+6) * 5 = 9$
	SACH foot with toes , L24			10	PCS			
1	SACH foot with toes , R24			10	PCS			
2	SACH foot with toes , L 25			10	PCS			
3	SACH foot with toes , R25			10	PCS			
4	SACH foot with toes , L 26			15	PCS			
5	SACH foot with toes , R 26			15	PCS			
6	SACH foot with toes , L 27			15	PCS			
7	SACH foot with toes , R 27			15	PCS			
8	SACH foot with toes , L28			5	PCS			
9	SACH foot with toes , R28			5	PCS			
10	SACH foot with toes , L29			2	PCS			
11	SACH foot with toes , R29			2	PCS			
12	Single axis foot with toes, R24			15	PCS			
13	Single axis foot with toes, L 24			15	PCS			
14	Single axis foot with toes, R25			15	PCS			
15	Single axis foot with toes, L25			15	PCS			
16	Single axis foot with toes, R26			15	PCS			
17								



				15	PCS		Single axis foot with toes, L26	18
				15	PCS		Single axis foot with toes, R27	19
				15	PCS		Single axis foot with toes, L27	20
				3	PCS		Single axis foot with toes, R28	21
				3	PCS		Single axis foot with toes, L28	22
				15	PCS		Dynamic foot R25	23
				15	PCS		Dynamic foot L25	24
				15	PCS		Dynamic foot R26	25
				15	PCS		Dynamic foot L26	26
				15	PCS		Dynamic foot R27	27
				15	PCS		Dynamic foot L27	28
				100	PCS		Sach Foot Adapter complete with screw, (stainless stail)	29
				60	PCS		Single Axies foot Adapter, size 22-25 cm (stainless stail)	30
				60	PCS		Single Axies foot Adapter, size 26-30 cm (stainless stail)	31
				30	PCS		Connection plate	32
				30	PCS		Connection cap	33
				100	PCS		Tube clamp adapter, (stainless stail)	34
				100	PCS		Tube adapter (stainless stail)	35
				10	PCS		Tube clamp adapter, Movable , (stainless stail)	36
				10	PCS		Tube clamp adapter, with pyramid head, (stainless steel)	37
				10	PCS		Double adapter, stainless stail, Height, 70mm	38
				10	PCS		Double adapter, stainless stail, Height, 80 mm	39
				10	PCS		Double adapter, Double Pyramid head, stainless stail, Height 32mm	40
				10	PCS		Socket adapter with pyramid reciver, stainless stail	41
				15	PCS		Socket adapter with pyramid reciver, rotatable, stainless stail	42
				10	PCS		Lamination anchor with pyramid adapter, (four short legs)	43
				10	RCS	دوّلة فلسطين وزارة المالية والتخطيط	Lamination anchor with pyramid receiver, rotatable, stainless steel	44
				10	RCS	دوّلة فلسطين وزارة المالية والتخطيط	Lamination anchor with pyramid adapter, rotatable	45




				1	PCS		Modular single Axies hip joint with internal extention assist, stainless steel	46
				10	PCS		Modular single axies Knee joint with lock and extention assist stainless steel	47
				1	PCS		Modular single axies Knee joint with lock and extention assist and protective sleeve, S.S stainless steel	48
				1	PCS		Modular Polysentric Knee joint (HABERMANN with integrated extention assist) S.S	49
				20	PCS		Modular Polysentric Knee joint with Hydraulic swing phase control, S.S	50
				3	PCS		Modular Polysentric Knee joint for knee disarticulation with Hydraulic swing phase control, S.S	51
				5	PCS		Rotation adapter	52
				100	Pcs		Shuttle Lock with pyramid adapter for BK, S.S	53
				25	PCS		Shuttle Lock with adjustment screw for AK, S.S	54
				1	PCS		Shuttle Lanyard system lock complete set	55
				15	PCS		Foam cover, R36 cm	56
				15	PCS		Foam cover, L36cm	57
				15	PCS		Foam cover, R40 cm	58
				15	PCS		Foam cover, L40 cm	59
				15	PCS		Foam cover , R44 cm	60
				15	PCS		Foam cover , L44 cm	61
				100	block		Foam cover BK (block)	62
				100	PCS		Nylon cosmetic stockings , skin color AK	63
				100	PCS		Nylon cosmetic stockings , skin color BK	64
				20	set		Valve set suspension system complete with tube	65
				100	PCS		Silicon liner for AK with distell connector thickness 3 mm , size :320 mm, 340m, 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 450mm, 500mm, 550mm.	66
				100	PCS		Silicon gel liner for BK with distell connector thickness 3 mm , size :200 mm, 220m, 235mm, 250mm, 265mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm.	67




				50	PCS	Silicon liner for AK with distell connector thickness (5 – 6) mm , size : , 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 450mm, 500mm, 550mm.	68
				50	PCS	Silicon gel liner for BK with distell connector thickness (5 – 6) mm , size :200 mm, 220m , 235mm, 250mm, 265mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm.	69
				100	PCS	Cotton residual limb sock , size 20	70
				100	PCS	Cotton residual limb sock , size 30	71
				100	PCS	Cotton residual limb sock , size 40	72
				100	PCS	Cotton residual limb sock , size 50	73
				100	PCS	Cotton residual limb sock , size 60	74
				150	PCS	Residual limb wall sock , size 20	75
				150	PCS	Residual limb wall sock , size 25	76
				150	PCS	Residual limb wall sock , size 35	77
				150	PCS	Residual limb wall sock , size 40	78
				500	PCS	Plaster of paris size 10 cm	79
				1000	PCS	Plaster of paris size 15 cm	80
				300	PCS	Plaster of paris size 20 cm	81
				30	PCS	Elastic bandage skin color siz e10	82
				30	PCS	Elastic bandage skin color siz e12	83
				100	PCS	Pedilen impression foam , foot area 305 * 140mm	84
				300	PCS	Elastic Knee belt, different sizes (small, medium, large)	85
				30	tin	Orthocryl Lamination Resin 80 : 20, 4.6 kg	86
				2	tin	Orthocryl sealing Resin	87
				2	tin	Hardener for pedilen	88
				2	tin	Pedilen foam	89
				30	pcs	Hardener powder 0.15 for limatiation resin 80:20	90
				20	roll	Perlon stockinette 6, white	91
				20	roll	Perlon stockinette 8, white	92



				20	roll		Perlon stockinette 10, white	93
				20	roll	--	Perlon stockinette 12, white	94
				20	roll		Perlon stockinette 15, white	95
				5	roll		Perlon stockinette 20, white	96
				3	roll		Perlon stockinette 25, white	97
				1	roll		Perlon stockinette 30, white	98
				2	roll		Fiberglass stockinette 6	99
				2	roll		Fiberglass stockinette 8	100
				2	roll		Fiberglass stockinette 10	101
				2	roll		Fiberglass stockinette 15	102
				2	roll		Fiberglass stockinette 20	103
				2	roll		Fiberglass stockinette 25	104
				50	roll		Carbon ud stockinette, 20*5, size 10 cm	105
				50	roll		Carbon ud stockinette, 20*5, size 10 cm	106
				150	set		PVA bag size 4" (set of 10)	107
				150	set		PVA bag size 10" (set of 10)	108
				150	set		PVA bag size 12" (set of 10)	109
				150	set		PVA bag size 14" (set of 10)	110
				100	set		PVA bag size 16" (set of 10)	111
				50	set		PVA bag size 18" (set of 10)	112
				50	sheet		Carbon - fiber cloth , black , 1*2 m	113
				50	Sack		Plaster of paris (25 kg)	114
				50	tin		Color for lamination resin), skin color 1 kg	115
				1	set		Long Leg brace (swiss lock), complete components, S.S, R 20	116
				1	set		Long Leg brace (swiss lock), complete components, S.S, L 20	117
				1	set		Long Leg brace (ring lock), complete components, S.S, R 20	118
				1	set		Long Leg brace (ring lock), complete components, S.S, L 20	119
				2	set	فلاي سكين	Short Leg brace free motions , complete components, S.S, R 20	120



				2	set		Short Leg brace free motions , complete components, S.S, L 20	121
				2	set		short Leg brace with spring , complete components, S.S, R 20	122
				2	set		short Leg brace with spring , complete components, S.S,L 20	123
				50	sheet		Polyethylene skin color 3 mm	124
				20	sheet		Polyethylene skin color 4 mm	125
				10	sheet		Polyethylene skin color 5 mm	126
				10	sheet		Polyethylene soft (flexible) 3 mm	127
				50	sheet		Polyethylene white 3 mm	128
				30	sheet		Polyethylene white 4 mm	129
				15	sheet		Polyethylene white 5 mm	130
				5	sheet		Polyethylene white 7 mm	131
				15	sheet		Plastazote 2mm, skin color	132
				15	sheet		Plastazote 3mm, skin color	133
				15	sheet		Plastazote 4mm, skin color	134
				10	sheet		Natural lather, thikness 3mm	135
				10	sheet		Natural lather, thikness 1.5mm	136
				50	tin		Adhesive spray for cloth	137
				100	pcs		Thermolyn rigid for fabrication test socket (400*400) mm, thickness 18 mm	138
				100	pcs		Dennis browne brace	139
				40	pcs		Open shoes for dennis browne, size 13-20	140
				50	pcs		Open shoes for dennis browne, size 21-30	141
				10	roll		Cotton stockinette 6	142
				10	roll		Cotton stockinette 8	143
				10	roll		Cotton stockinette 10	144
				10	roll		Cotton stockinette 12	145
				10	roll		Cotton stockinette 15	146
				10	roll	دو لستة فلسطين وزارة المالية والتخمين	Cotton stockinette 20	147
				3	sheet	وزاره المالية والتخطيم	Dur aluminum sheet metal 2	148



				3	sheet		Dur aluminum sheet metal 3	149
				5	roll		Elastic webbing 50mm	150
				5	roll		Elastic webbing 25mm	151
				5	roll		Elastogrip closure (elastic hook and loop closure)white 30 mm , width 25 m	152
				5	roll		Loop strip self adhesive , 25 mm, roll 25 m	153
				5	roll		Loop strip self adhesive , 25 mm, roll 50 m	154
				5	roll		hook strip self adhesive , 25 mm, roll 25 m	155
				5	roll		hook strip self adhesive , 25 mm, roll 50 m	156
				5	roll		Hook and loop closure strip 25mm , roll25m	157
				5	roll		Hook and loop closure strip 25mm , roll50m	158
				10	roll		Thermal paper for coloring polypropylene 100m, different colors.	159
				50	pcs		Measuring (scale) cubs volume 400 cm3	160
				5	pcs		Lock control unit	161
				10	sheet		BE – Lite Tepfoam 2 mm	162
				10	sheet		BE – Lite Tepfoam 3 mm	163
				10	sheet		BE – Lite Tepfoam 4 mm	164
				10	sheet		BE – Lite Tepfoam 5 mm	165
				10	sheet		BE – Lite Tepfoam 6 mm	166
				10	sheet		BE – Lite Tepfoam 7 mm	167
				5	pcs		Angled tube clamp adapter 10 tilt	168
				10	sheet		orfit (splinting), thickness 3 mm	169
				10	sheet		orfit (splinting), thickness 4 mm	170
				10	sheet		orfit (splinting), thickness 5 mm	171
				20	pair		rubber arch support size 36	172
				20	pair		rubber arch support size 38	173
				20	pair		rubber arch support size 40	174
				20	pair		rubber arch support size 42	175
				20	pair		rubber arch support size 44	176



				20	pair		rubber arch support size 46	177
				260	pair		Foot arch support ready made (size 20 – 32) pair qunt 20 for each pair	178
				15	pair		AFO flexible antidrop full foot right (small, medium, large), 5 for each size.	179
				15	pair		AFO flexible antidrop full foot lift (small, medium, large), 5 for each size.	180
				9	pcs		Abduction splint (Jordan brace) (small, medium, large) three for each size.	181
				15	pcs		Hipe support R, (small, medium, large), 5 for each size.	182
				15	pcs		Ankle sport right (small, medium, large), 5 for each size.	183
				20	pcs		Wrist support (WHO), right.	184
				20	pcs		Wrist support (WHO), left.	185
				10	Pcs		Elbow support, right.	186
				10	pcs		Elbow support, left.	187
				11	Pcs		Shoulder support, right.	188
				12	pcs		Shoulder support, left.	189
				15	Pcs		Hip support L, (small, medium, large) five for each size.	190
				15	pcs		Ankle support L, (small, medium, large) five for each size.	191
				150	pcs		pvc	192
				50	pair		Tamarak joint,(small, medium,large)	193
				100	pair		Silicon heel pads	194
				20	pair		Silicon foot insoule (full foot)	195
				10	sheet		Plastazote heat adhesive for thermoplastic 3 mm, nonperforated.	196
				10	sheet		Plastazote heat adhesive for thermoplastic 4 mm, nonperforated.	197
				10	sheet		Plastazote heat adhesive for thermoplastic 6 mm, nonperforated.	198
				30	pcs		Copian drawing pencile.	199
				30	tin		Glue 1 kg.	200
				5	pcs		Prosthetic knee joint 3R80	201
				10	pcs		Carbon fiber foot, size: 27 right.	202
				10	pcs		Carbon fiber foot, size: 27 left.	203



				1	pcs		Thermoforming device complete with protherme kit (including: decanting kit, support column, control pedal).	204
				1	pcs		Mobile socket router	205
				1	pcs		3d mobile camera (structure sensor)	206
				1	pcs		CAD Cam system	207
				1	pcs		Vaccum speed press.	208
				1000	Pcs		Hook – loop clouser with plastic loop and clip 50 mm, caucasion color.	209
				1000	pcs		Hook – loop clouser with plastic loop and clip 25 mm, caucasion color.	210
		السعر الإجمالي للوازم						

اسم المناقص:

توقيع المناقص:

التاريخ:



النموذج 5: جدول الأسعار والتنفيذ - الخدمات المتعلقة باللوازم

رقم الصفحة	من	الرقم البديل:	رقم المناقصة:	التاريخ:			
1	2	3	4	5	6	7	8
رقم الخدمة	وصف الخدمة	بلد المنشأ	تاريخ التسليم في المكان النهائي	الكميات	الوحدة	سعر الوحدة	السعر الإجمالي للخدمة
السعر الإجمالي للخدمات المتعلقة باللوازم							

اسم المناقص:

توقيع المناقص:

التاريخ:



النموذج 6: تفويض المصنع

التاريخ:

اسم ورقم المناقصة:

إلى:

نحو المصنع الرسعي والتي توجد مصانعها في
، نفوض بتقديم عطاء لتوريد اللوازم المذكورة أعلاه والمصنعة من قبلنا، والتفاوض لاحقاً وتوفيق
العقد معكم


ونحن هنا نتعهد بالضمان الكامل للوازم المعروضة من قبل المناقص المذكور أعلاه وفقاً للفقرة 25 من الشروط العامة للعقد.

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:

ملحوظة: هذا النموذج لتفويض المناقص، ويجب أن يكون على ورق يحمل ترويسة المصنع، ويجب أن يوقع من قبل شخص مفوض
وبحوزته تفويض رسمي يلزم المصنع، ويجب أن يرفق في العطاء.



النموذج 7: نموذج كفالة دخول المناقصة (كفالة بنكية)

المستفيد:

التاريخ:

اسم ورقم المناقصة:

كفالة دخول مناقصة رقم:

اسم وعنوان البنك:

حيث انه تم إبلاغنا بأن سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ لتنفيذ

وحيث انه وفقاً لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بـ كفالة دخول المناقصة.

طلب من المناقص، نحن ملتزمون التزاماً لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ فور تسلمنا منكم أول طلب خطى يفيد بأن المناقص قد أخل بأي من التزاماته بموجب شروط المناقصة لأن المناقص:

- i. قد سحب أوعدل عطاءه خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء.
- ii. قد فشل أو رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خلال فترة صلاحية العطاء - كما هو مبين في خطاب العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صلاحية العطاء - في:

 - i. توقيع العقد، إن كان مطلوباً، أو
 - ii. تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

- تنتهي صلاحية هذه الكفالة:

- (i) فور تقديم المناقص لـ كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد، إذا كان المناقص هو الذي أحيل عليه العقد، أو
- (b) فور حدوث أول الأمرين:

 - (1) تسلمنا النسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم يحل عليه، أو
 - (2) بعد ثمانية وعشرين يوماً من انتهاء صلاحية عطاء المناقص.

- إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.

تُخضع هذه الكفالة إلى القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.



[توقيع (توقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين)]

النموذج 8: إقرار ضمان العطاء

التاريخ:

اسم المناقصة: شراء وتوريد وتركيب المواد الخام الأولية وأجهزة لمصنع الأطراف الصناعية لصالح مديرية الخدمات الطبية العسكرية

رقم المناقصة: (MMSD-GSD/MOF/2023/24)

رقم العطاء البديل:

إلى:

نحن الموقعون أدناه، نعلن بأننا:

- نعلم بأن العطاء يجب أن يكون معززاً بإقرار ضمان عطاء، حسب شروطكم.

- تقبل بأن أهلتنا تقديم العطاءات في أية مناقصة تطرحها أية جهة مشترية ستعلق تلقائياً لمدة 12 شهر بدءاً من تاريخ إبلاغنا بذلك، إذا ما قمنا بالإخلال بالتزاماتنا تجاه شروط المناقصة، بسبب أننا:

(أ) سحبنا العطاء خلال فترة صلاحية العطاء المحددة من قبلنا وفقاً لجدول بيانات المناقصة؛ أو

(ب) رفضنا قيام الجهة المشترية بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عطائنا؛ أو

(ت) بعد إبلاغنا بقبول العطاء من قبل الجهة المشترية خلال فترة صلاحية العطاء،

أ. فشلنا في أو رفضنا توقيع العقد، أو

ب. فشلنا في أو رفضنا أن توفر كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.

- نعلم أن إقرار ضمان العطاء هذا ستنتهي صلاحيته إذا لم نكن المناقص الفائز، فور حدوث أحد الأمرين:

a. تسلمنا لنسخة من تبليغكم لنا باسم المناقص الفائز، أو

b. بعد 28 يوماً من انتهاء صلاحية العطاء المقدم من قبلنا.

التوقيع:

الاسم:

الوظيفة:

مفوض لتوقيع العطاء لصالح وبالنيابة عن

تاريخ:



[ملاحظة: إذا كان المناقص ائتلافاً، فإن إقرار ضمان العطاء يجب أن يكون باسم الائتلاف الذي يقدم العطاء، وإذا لم يكن الائتلاف مسجلاً قانونياً في وقت تقديم العطاء، يكون إقرار ضمان العطاء مسجلاً باسماء كافة الشركاء كما تم تسميتهم في اتفاقية الائتلاف.]

القسم الخامس – الدول ذات الأهلية

لتوفير اللوازم، وتنفيذ الأشغال والخدمات في إطار المشتريات العامة

1. لمعلومات المناقصين ووفقاً لل الفقرات 4.7، و 5.1، من التعليمات لمناقصين، يتم في الوقت الحاضر استبعاد الشركات ، واللوازم، والخدمات من الدول التالية من المشاركة في هذه المناقصة:

لا شيء



القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال


تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد والاحتيال أن تلتزم الجهات المشترية، والمنافقون، والموردون، والمقاولون، ووكالاتهم (سواء تم الإفصاح عنهم أم لم يتم)، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير الأخلاق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود الممولة من المال العام والمدارة من قبل الحكومة،² ووفق هذه السياسة:

أ. تعرف الممارسات المبينة أدناه على النحو التالي:

- 1 "ممارسة الفساد": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- لأي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر³.
- 2 "ممارسة الاحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحرير الذي من شأنه التضليل، أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام⁴.
- 3 "ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير وأو تشجيع القيام بتصرفات غير لائقة إزاء طرف آخر⁵.
- 4 "ممارسة الإكراه/ الإجبار": إصعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير وأو تشجيع القيام بأعمال غير لائقة إزاء طرف ما⁶.
- 5 "ممارسة العرقلة":

1. الالتفاف المتعمد، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.
2. القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.

ب. سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيّن أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه من الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، و/أو موظفهم، قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالانخراط في الفساد أو الاحتيال، أو التواطؤ أو الإكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضع النقاش؛



²في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة بعد عمل غير لائق.

³لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "طرف آخر" يشير إلى موظف قطاع عام يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي هذا السياق، فإن مصطلح "موظف قطاع عام" يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات الأخرى، ومن يخذلون أو يغوضون بمراجعة قرارات الشراء.

⁴لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى موظف قطاع عام؛ كما أن مصطلح "المنفعة" و "الالتزام" هما متصلان بعملية الشراء، أو تنفيذ العقد؛ وأن "عمل أو الامتناع عن القيام بهذا عمل" يهتف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

⁵لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الأطراف" يشير إلى المشاركين في عملية الشراء، (موظفي القطاع العام)، ومن يحاولون إيهما بأنفسهم ، أو من خلال شخص، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو الاختيار، تزيف (تغليف) جانب المنافسة، أو تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مصطنعة وغير تلقائية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات المقدمة من كل منهم أو غير ذلك من الظروف الأخرى.

⁶لأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

ت. سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعنى، في أي وقت كان، وذلك عملاً بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك الإعلان العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذي أهلية، إما إلى أجل غير مسمى، أو لفترة مُعَيَّنة من الزمن، للحصول على أي عقد مُموَّل من المال العام.

ث. يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكلاً لهم وموظفهم ومستشارهم ومزودتهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو الحكومة أو الحكومة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية بفحص جميع الحسابات، والسجلات، والوثائق الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجلات من قبل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة.



الجزء الثاني: متطلبات التوريد



القسم السابع: جدول المطلبات

المحتويات

57.....	ملاحظات حول إعداد جدول المطلبات
58.....	قائمة اللوازم وجدول التسلیم
73.....	قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ
74.....	المواصفات الفنية
101.....	المخططات
102.....	الفحوصات والتفتيش



ملاحظات حول إعداد جدول المطلبات

تقوم الجهة المشترية بضمرين جدول المطلبات في وثائق المناقصة، ويجب أن تغطي كحد أدنى وصفاً للوازم والخدمات المتعلقة بها والتي سيتم تزويدها بالإضافة إلى جدول التسليم.

إن هدف جدول المطلبات هو توفير معلومات كافية تمكن المناقصين من إعداد عطاءاتهم بشكل دقيق وفعال، وخاصة جدول الأسعار، الذي يوجد له نموذج خاص في القسم الرابع.


بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المطلبات بالإضافة إلى جدول الأسعار هما الأساس في حالة تغيير الكميات عند إحالة المناقصة وفقاً للفقرة 1.39 من التعليمات للمناقصين.



قائمة اللوازم وجدول التسليم

رقم البند	وصف اللوازم	الكمية	الوحدة	مكان التسليم النهائي	تاريخ التسليم		
					أول موعد للتسليم ⁷	آخر موعد للتسليم ⁸	موعد التسليم المقترن من قبل المناقص
1	SACH foot with toes , L24	10	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد
2	SACH foot with toes , R24	10	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد
3	SACH foot with toes , L25	10	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد
4	SACH foot with toes , R25	10	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد
5	SACH foot with toes , L26	15	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد
6	SACH foot with toes , R26	15	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد
7	SACH foot with toes , L27	15	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد
8	SACH foot with toes , R27	15	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد
9	SACH foot with toes , L28	5	PCS	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	90 يوم من تاريخ أمر التوريد


دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط



⁷أدخل أول تاريخ تكون فيه الجهة المشترية جاهزة لتسليم اللوازم دون أن يؤدي ذلك إلى تكالفة تخزين إضافية يمكن تفاديها
⁸أدخل آخر تاريخ يكون التسليم به بعد له تأثير سلبي على الجهة المشترية


	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	5	SACH foot with toes , R28	10
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	2	SACH foot with toes , L29	11
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	2	SACH foot with toes , R29	12
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Single axis foot with toes, R24	13
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Single axis foot with toes, L 24	14
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Single axis foot with toes, R25	15
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Single axis foot with toes, L25	16
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Single axis foot with toes, R26	17
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Single axis foot with toes, L26	18
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Single axis foot with toes, R27	19
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Single axis foot with toes, L27	20
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	3	Single axis foot with toes, R28	21
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	3	Single axis foot with toes, L28	22
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Dynamic foot R25	23
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Dynamic foot L25	24

جامعة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط



05-03-2023

	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Dynamic foot R26	25
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Dynamic foot L26	26
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Dynamic foot R27	27
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Dynamic foot L27	28
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	100	Sach Foot Adapter complete with screw, (stainless stail)	29
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	60	Single Axies foot Adapter, size 22-25 cm (stainless stail)	30
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	60	Single Axies foot Adapter, size 26-30 cm (stainless stail)	31
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	30	Connection plate	32
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	30	Connection cap	33
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	100	Tube clamp adapter, (stainless stail)	34
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	100	Tube adapter (stainless stail)	35
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Tube clamp adapter, Movable , (stainless stail)	36
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Tube clamp adapter, with pyramid head, (stainless steel)	37
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Double adapter, stanless stail, Height, 70mm	38
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Double adapter, stanless stail, Height, 80 mm	39



٠٣٠٥٢٠٢٣


	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Double adapter, Double Pyramid head, stainless stail, Height 32mm	40
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Socket adapter with pyramid reciver, stainless stail	41
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Socket adapter with pyramid reciver, rotatable, stainless stail	42
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Lamination anchor with pyramid adapter , (four short legs)	43
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Lamination anchor with pyramid receiver, rotatable, stainless steel	44
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Lamination anchor with pyramid adapter, rotatable	45
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	1	Modular single Axies hip joint with internal extention assist, stainless steel	46
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Modular single axes Knee joint with lock and extention assist stainless steel	47
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	1	Modular single axies Knee joint with lock and extention assist and protective sleeve, S.S stainless steel	48
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	1	Modular Polysentric Knee joint (HABERMANN with integrated extention assist) S.S	49
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	20	Modular Polysentric Knee joint with Hydraulic swing phase control, S.S	50
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	3	Modular Polysentric Knee joint for knee disarticulation with Hydraulic swing phase control, S.S	51
د. ناصر عباس جعفر وزير المالية والتخطيط	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	FEET	5	Rotation adapter	52



	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	FEET	100	Shuttle Lock with pyramid adapter for BK, S.S	53
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	25	Shuttle Lock with adjustment screw for AK, S.S	54
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	1	Shuttle Lanyard system lock complete set	55
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Foam cover, R36 cm	56
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Foam cover, L36cm	57
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	15	Foam cover, R40 cm	58
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	SET	15	Foam cover, L40 cm	59
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	SET	15	Foam cover , R44 cm	60
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	SET	15	Foam cover , L44 cm	61
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	SET	100	Foam cover BK (block)	62
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	SET	100	Nylon cosmetic stockings , skin color AK	63
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	SET	100	Nylon cosmetic stockings , skin color BK	64
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	ROLL	20	Valve set suspension system complete with tube	65
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	ROLL	100	Silicon liner for AK with distell connector thickness 3 mm , size :320 mm, 340m, 360mm,	66


دولة فلسطين

وزارة المالية والخطيط



						380mm, 400mm, 420mm, 450mm, 500mm, 550mm.	
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	ROLL	100	Silicon gel liner for BK with distell connector thickness 3 mm , size :200 mm, 220m , 235mm, 250mm, 265mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm,360mm, 380mm, 400mm.	67
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	ROLL	50	Silicon liner for AK with distell connector thickness (5 – 6) mm , size ; 320mm,340mm, 360mm,380mm, 400mm, 420mm, 450mm, 500mm, 550mm.	68
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	ROLL	50	Silicon gel liner for BK with distell connector thickness (5 – 6) mm , size :200 mm, 220m , 235mm, 250mm, 265mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm,360mm, 380mm, 400mm.	69
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	ROLL	100	Cotton residual limb sock , size 20	70
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	ROLL	100	Cotton residual limb sock , size 30	71
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	ROLL	100	Cotton residual limb sock , size 40	72
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	100	Cotton residual limb sock , size 50	73
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	100	Cotton residual limb sock , size 60	74
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	10	Residual limb wall sock , size 20	75
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	150	Residual limb wall sock , size 25	76
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	150	Residual limb wall sock , size 35	77


وزارة المالية والتطهير
السلطة الفلسطينية



05.03.2023


	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	150	Residual limb wall sock , size 40	78
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	500	Plaster of paris size 10 cm	79
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	1000	Plaster of paris size 15 cm	80
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	300	Plaster of paris size 20 cm	81
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	30	Elastic bandage skin color size 10	82
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	30	Elastic bandage skin color size 12	83
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	100	Pedilen impression foam , foot area 305 * 140mm	84
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	300	Elastic Knee belt, different sizes (small, medium, large)	85
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	30	Orthocryl Lamination Resin 80 : 20, 4.6 kg	86
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	2	Orthocryl sealing Resin	87
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	2	Hardener for pedilen	88
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	2	Pedilen foam	89
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	30	Hardener powder 0.15 for lamination resin 80:20	90
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	20	Perlon stockinette 6, white	91
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	20	Perlon stockinette 8, white	92

دولة فلسطين
وزارة المالية والخطيط



05-03-2023


	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	20	Perlon stockinette 10, white	93
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	PCS	20	Perlon stockinette 12, white	94
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	20	Perlon stockinette 15, white	95
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	Perlon stockinette 20, white	96
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	3	Perlon stockinette 25, white	97
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	1	Perlon stockinette 30, white	98
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	2	Fiberglass stockinette 6	99
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	2	Fiberglass stockinette 8	100
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	2	Fiberglass stockinette 10	101
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	2	Fiberglass stockinette 15	102
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	2	Fiberglass stockinette 20	103
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	2	Fiberglass stockinette 25	104
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	50	Carbon ud stockinette, 20*5; size 10 cm	105
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	50	Carbon ud stockinette, 20*5, size 10 cm	106
المرصد	وزارة المالية والتخطيط	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	150	PVA bag size 4''(set of 10)	107



	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	150	PVA bag size 10"(set of 10)	108
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	150	PVA bag size 12"(set of 10)	109
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	150	PVA bag size 14"(set of 10)	110
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	100	PVA bag size 16"(set of 10)	111
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	50	PVA bag size 18"(set of 10)	112
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	50	Carbon - fiber cloth , black , 1*2 m	113
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sack	50	Plaster of paris (25 kg)	114
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	tin	50	Color for lamination resin), skin color 1 kg	115
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	1	Long Leg brace (swiss lock) , complete components, S.S, R 20	116
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	1	Long Leg brace (swiss lock) , complete components, S.S, L20	117
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	1	Long Leg brace (ring lock) , complete components, S.S, R 20	118
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	1	Long Leg brace (ring lock) , complete components, S.S, L 20	119
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	2	Short Leg brace free motions , complete components, S.S, R 20	120
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	2	Short Leg brace free motions , complete components, S.S, L 20	121
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	2	short Leg brace with spring , complete components, S.S, R 20	122



	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	set	2	short leg brace with spring , complete components, S.S,L 20	123
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	50	Polyethylene skin color 3 mm	124
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	20	Polyethylene skin color 4 mm	125
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	Polyethylene skin color 5 mm	126
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	Polyethylene soft (flexible) 3 mm	127
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	50	Polyethylene white 3 mm	128
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	30	Polyethylene white 4 mm	129
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	15	Polyethylene white 5 mm	130
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	5	Polyethylene white 7 mm	131
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	15	Plastazote 2mm, skin color	132
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	15	Plastazote 3mm, skin color	133
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	15	Plastazote 4mm, skin color	134
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	Natural lather, thikness 3mm	135
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	Natural lather, thikness 1.5mm	136
جامعة فلسطين وزارة المالية والتخطيط		90 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	tin	50	Adhesive spray for cloth	137



	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	100	Thermolyn rigid for fabrication test socket (400*400) mm, thickness 18 mm	138
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	100	Dennis browne brace	139
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	40	Open shoes for dennis browne, size 13-20	140
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	50	Open shoes for dennis browne, size 21-30	141
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	10	Cotton stockinette 6	142
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	10	Cotton stockinette 8	143
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	10	Cotton stockinette 10	144
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	10	Cotton stockinette 12	145
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	10	Cotton stockinette 15	146
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	10	Cotton stockinette 20	147
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	Sheet	3	Dur aluminum sheet metal 2	148
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	3	Dur aluminum sheet metal 3	149
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	Elastic webbing 50mm	150
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	Elastic webbing 25mm	151
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	Elastogrip closure (elastic hook and loop closure)white 30 mm , width 25 m	152

ف.ا.س.ف



05-03-2023


	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	Loop strip self adhesive , 25 mm, roll 25 m	153
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	Loop strip self adhesive , 25 mm, roll 50 m	154
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	hook strip self adhesive , 25 mm, roll 25 m	155
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	hook strip self adhesive , 25 mm, roll 50 m	156
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	Hook and loop closure strip 25mm , roll25m	157
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	5	Hook and loop closure strip 25mm , roll50m	158
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	roll	10	Thermal paper for coloring polypropylene 100m, different colors.	159
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	50	Measuring (scale) cubs volume 400 cm3	160
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	5	Lock control unit	161
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	BE – Lite Tepfoam 2 mm	162
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	BE – Lite Tepfoam 3 mm	163
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	BE – Lite Tepfoam 4 mm	164
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	BE – Lite Tepfoam 5 mm	165
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	BE – Lite Tepfoam 6 mm	166
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	BE – Lite Tepfoam 7 mm	167

الجامعة العربية للوازم العامة
وزارة المالية والتخطيط



	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	5	Angled tube clamp adapter 10 tilt	168
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	orfit (splinting), thickness 3 mm	169
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	orfit (splinting), thickness 4 mm	170
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	orfit (splinting), thickness 5 mm	171
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	20	rubber arch support size 36	172
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	20	rubber arch support size 38	173
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	20	rubber arch support size 40	174
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	20	rubber arch support size 42	175
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	20	rubber arch support size 44	176
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	20	rubber arch support size 46	177
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	260	Foot arch support ready made (size 20 – 32) pair quint 20 for each pair	178
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	15	AFO flexible antidrop full foot right (small, medium, large), 5 for each size.	179
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	15	AFO flexible antidrop full foot lift (small, medium, large), 5 for each size.	180
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	9	Abduction splint (Jordan brace) (small, medium, large) three for each size.	181
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	15	Hipe support R, (small, medium, large), 5 for each size.	182


الدولة الفلسطينية
وزارة المالية والخطيط



05.03.2023

	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	15	Ankle sport right (small, medium, large), 5 for each size.	183
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	20	Wrist support (WHO), right.	184
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	20	Wrist support (WHO), left.	185
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	10	Elbow support, right.	186
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	10	Elbow support, left.	187
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	11	Shoulder support, right.	188
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	12	Shoulder support, left.	189
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	15	Hip support L, (small, medium, large) five for each size.	190
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	15	Ankle support L, (small, medium, large) five for each size.	191
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	150	pvc	192
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	50	Tamarak joint,(small, medium,large)	193
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	100	Silicon heel pads	194
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pair	20	Silicon foot insoule (full foot)	195
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 3 mm, nonperforated.	196
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 4 mm, nonperforated.	197


دولية فلسطين
وزارة المالية والتخطيط



05-03-2023

	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	sheet	10	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 6 mm, nonperforated.	198
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	30	Copian drawing pencil.	199
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	tin	30	Glue 1 kg.	200
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	5	Prosthetic knee joint 3R80	201
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	10	Carbon fiber foot, size: 27 right.	202
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	10	Carbon fiber foot, size: 27 left.	203
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	1	Thermoforming device complete with protherme kit (including: decanting kit, support column, control pedal).	204
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	1	Mobile socket router	205
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	1	3d mobile camera (structure sensor)	206
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	1	CAD Cam system	207
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	1	Vaccum speed press.	208
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	1000	Hook – loop closure with plastic loop and clip 50mm, cauasion color.	209
	90 يوم من تاريخ أمر التوريد	60 يوم من تاريخ أمر التوريد	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	pcs	1000	Hook – loop closure with plastic loop and clip 25mm, cauasion color.	210

دولة فلسطين
وزارة المالية والخطيط



05.03.2023

الادارة العامة للوازير العام
دائرة العطاءات المركزية

قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ

رقم الخدمة	وصف الخدمة	الكمية ⁹	الوحدة	المكان الذي ستقدم به الخدمات	تاريخ (تاريX) الانتهاء من تنفيذ الخدمات
1	كفالات صيانة بنسبة 65% من قيمة الأجهزة المحالة و الأجهزة المساعدة في الأطراف.	1	-	مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم	حسب المذكور بالشروط الخاصة

⁹ إن كان ينطبق.

المواصفات الفنية

إن الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للوازم التي تطلبها الجهة المشترية، وعلى الجهة المشترية أن تعدد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية آخذة بعين الاعتبار ما يلي:

- تتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة تستطيع الجهة المشترية من خلالها أن تحدد فيما إذا كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالي تستطيع تقييم العطاء، ولذا فإن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية إعداد العطاءات المستوفية للمواصفات من قبل المناقصين، بالإضافة إلى تسهيل فحصها وتقييمها ومقارتها من قبل لجنة تقييم العطاءات.
- تتطلب المواصفات أن تكون جميع اللوازم والمأود المستخدمة في اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات كافة في التصميم والمأود ما لم يذكر خلاف في العقد.
- يجب أن تستفيد المواصفات الفنية من أفضل التطبيقات السابقة، وقد توفر العينات لمواصفات استخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في نفس البلد أو القطاع، أرضية صلبة في وضع المواصفات الفنية.
- إن وضع معايير ثابتة للمواصفات الفنية قد يكون مفيدة، وهذا يعتمد على مدى تعقيد اللوازم وتكرار هذا النوع من عمليات التوريد، ويجب أن تكون المواصفات الفنية شاملة لتجنب تقييد التصنيع، أو المواد، أو المعدات المستخدمة عادة في تصنيع لوازم شبيهة.
- يجب أن لا تكون المعايير المحددة للمعدات والمواد والتصنيع في وثائق العطاء مقيدة، ويجب تحديد المواصفات الدولية المعتمدة كلما كان ذلك ممكناً، كما يجب تجنب الإشارة إلى الأسماء التجارية، أو أرقام الأدلة المقصورة، أو أية تفاصيل أخرى تحدد المواد والبنود المطلوبة بتلك المنتجة من مصنع معين، وذلك قدر الإمكان، وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب أن يتبع وصف هذه البنود جملة (أو ما يكافئها).
- يجب أن تبين المواصفات الفنية جميع المطلبات فيما يتعلق بالنقطات الآتية، على سبيل المثال لا للحصر:
 - a. معايير المواد والتصنيع المطلوب لإنتاج وتصنيع هذه المواد.
 - b. تفاصيل الاختبارات المطلوبة (النوع والرقم).
 - c. أي عمل إضافي وأو خدمات متصلة به مطلوبة لتحقيق التسلیم/الإنجاز على أكمل وجه.
 - d. تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من المورد وطبيعة مشاركة الجهة المشترية فيها.
- قائمة بتفاصيل الضمانات المصنوعية (Warranty) التي تغطيها كفالة اللوازم والغرامات (Liquidated Damages) التي ستطبق في حالة عدم تحقيق الضمانات.
- يجب أن تبين المواصفات جميع المطلبات والخصائص الفنية والأدائية، بما في ذلك القيم العليا والدنيا المقبولة، كما هو مناسب، وتضيف الجهة المشترية عند الضرورة نموذجاً خاصاً (يرفق بنموذج تقديم العطاء) ليبين فيه المناقص معلومات تفصيلية حول هذه الخصائص الأدائية مقابل هذه القيم المقبولة.
- عندما تطلب الجهة المشترية من المناقص أن يبين في عطائه جميع هذه المواصفات الفنية أو جزءاً منها، أو جداول فنية أو معلومات فنية أخرى، فعلها أن تحدد بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات المطلوبة والطريقة التي يجب أن تقدمها في عطاء المناقص.



ملخص المواصفات الفنية

اللوازم والخدمات المتعلقة بها تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية الآتية:


رقم البند	أسماء اللوازم والخدمات المتعلقة بها	المعايير و الموصفات الفنية المطلوبة	المعايير و الموصفات الفنية المقيدة من المناقص	مطابقة / غير مطابقة
1	SACH foot with toes , L24	ALL THE SACH FOOT SHARING WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS (sach foot with toes 24-29) *Max. Body weight ≥ 100 kg. *activity level (walky): 1 to 2. *Heel height 18 +/- 5 mm. *with enclosed heel wedge. *foot made of polyurethane. *core made of alder wood with bushing * Heel is flat-convex. *flat forefoot for simple alignment. Warranty : one year	ALL THE SACH FOOT SHARING WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS (sach foot with toes 24-29) *Max. Body weight ≥ 100 kg. *activity level (walky): 1 to 2. *Heel height 18 +/- 5 mm. *with enclosed heel wedge. *foot made of polyurethane. *core made of alder wood with bushing * Heel is flat-convex. *flat forefoot for simple alignment. Warranty : one year	
2	SACH foot with toes , R24			
3	SACH foot with toes , L 25			
4	SACH foot with toes , R25			
5	SACH foot with toes , L 26			
6	SACH foot with toes , R 26			
7	SACH foot with toes , L 27			
8	SACH foot with toes , R 27			
9	SACH foot with toes , L28			
10	SACH foot with toes , R28			
11	SACH foot with toes , L29			
12	SACH foot with toes , R29			
13	Single axis foot with toes, R24	ALL THE SINGLE AXIS FOOT WITH TOES SHARING WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS (single axis foot with toes 24-28) *Max. Body weight ≥ 100 kg. *activity level (walky): 1. *Heel height 25 +/- 5 mm. *foot made of polyurethane. *core made of alder wood *heel is flat-convex. *forefoot is flat-convex. Warranty: one year	ALL THE SINGLE AXIS FOOT WITH TOES SHARING WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS (single axis foot with toes 24-28) *Max. Body weight ≥ 100 kg. *activity level (walky): 1. *Heel height 25 +/- 5 mm. *foot made of polyurethane. *core made of alder wood *heel is flat-convex. *forefoot is flat-convex. Warranty: one year	
14	Single axis foot with toes, L 24			
15	Single axis foot with toes, R25			
16	Single axis foot with toes, L25			
17	Single axis foot with toes, R26			
18	Single axis foot with toes, L26			
19	Single axis foot with toes, R27			
20	Single axis foot with toes, L27			
21	Single axis foot with toes, R28			
22	Single axis foot with toes, L28			
23	Dynamic foot R25	ALL Dynamic FOOT SHARING WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS (daynamic foot 25-27) *Heel height 10 +/- 5 mm. *with toes. *foot made of polyurethane. *carbon-Kelvar fore foot spring. *activity level k1, k2 *Max. Body weight 150 kg. *color beige.	ALL Dynamic FOOT SHARING WITH THE FOLLOWING SPECIFICATIONS (daynamic foot 25-27) *Heel height 10 +/- 5 mm. *with toes. *foot made of polyurethane. *carbon-Kelvar fore foot spring. *activity level k1, k2 *Max. Body weight 150 kg. *color beige.	
24	Dynamic foot L25			
25	Dynamic foot R26			
26	Dynamic foot L26			
27	Dynamic foot R27			
28	Dynamic foot L27			

الى سلطين
وزارة المالية والتخطيط

05 - 03 - 2023

الادارة العامة لللوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية

		<ul style="list-style-type: none"> *product weight 380-750gr. *flat forefoot. <p>Warranty : one year</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> * Complete with bolted connection. <ul style="list-style-type: none"> * stainless steel * Weight 125 g, * Max. body weight 125 kg * steel screw <p>Warranty: one year</p>	Sach Foot Adapter complete with screw, (stainless stail)	29
		<ul style="list-style-type: none"> * With rupper bearing shell. * With lower join pushing. * Plantar flexion bumper. * with Screw and rubber,, * Weight 325 g * Max. body weight 100 kg * Stainless steel or tittanium <p>Warranty: one year</p>	Single Axies foot Adapter, size 22-25 cm (stainless stail)	30
		<ul style="list-style-type: none"> *complete with bolted connection. *stainless steel *Weight 125 g, *Max. body weight 125 kg *steel screw <p>Warranty: one year</p>	Single Axies foot Adapter, size 26-30 cm (stainless stail)	31
		<ul style="list-style-type: none"> *with rupper bearing shell. *with lower join pushing. *plantar flexion bumper. *with Screw and rubber,, *Weight 325 g *Max. body weight 100 kg *Stainless steel or tittanium <p>Warranty: one year</p>	Connection plate	32
		<ul style="list-style-type: none"> *with rupper bearing shell. *with lower join pushing. *plantar flexion bumper. *with Screw and rubber,, *Weight 325 g *Max. body weight 100 kg *Stainless steel or tittanium <p>Warranty: one year</p>	Connection cap	33
		<ul style="list-style-type: none"> ■ System height 33 mm. * connects the prosthetic components * Diameter 30 mm <p>Warranty: one year</p> <ul style="list-style-type: none"> * Weight 130g. * Max. body weight 100 kg * Stainless steel, 	Tube clamp adapter, (stainless stail)	34
		<ul style="list-style-type: none"> *with light alloy tube Diameter 30mmØ 30 x 2 mm. * Blue anodised. * Stainless steel,, 	Tube adapter (stainless stail)	35




		*Weight 315 g, Max. body weight 100 kg * with 4adjustment set screws 22A2/M8x14,zinc-plated ,height413mm Warranty: one year		
		*allows sliding adjustments of the socket and tube adapter. *Diameter 30 mm *System height 57mm, *Weight 150 g, *Max. Body weight 75 kg. 10A42/A: with 4 adjustment set screws 22A2/M8x14, zinc-plated 10A42/T: with 4 adjustment set screws 22A2/M8x12, zinc-plated; Activity level (walky):3. with tensioning screw 22A2/M6x30 (for aluminum adapter) Warranty: one year	Tube clamp adapter, sliding adapter Movable, (stainless stail)	36
		4 adjustment set screws 22A2/M8x12 zinc-plated for extension of a socket adapter with adjustment core For distal and proximal change of angle. *allows sliding adjustments of the socket and tube adapter. *Diameter 30 mm *System height 57mm, *Weight 150 g, * Max. Body weight 75 kg.	Tube clamp adapter, with pyramid head, (stainless steel)	37
		Above and below with 4 adjustment set screws 22A2/M8x12 zinc-plated. Connection between two adjustment cores. For distal and proximal change of angle. Material Titanium or stainless stail, , Max. body weight 150 kg Warranty: one year	Double adapter, stainless stail, Height, 70mm	38
		Above and below with 4 adjustment set screws 22A2/M8x12 zinc-plated. Connection between two adjustment cores. For distal and proximal change of angle. Material Titanium or stainless steel, , Max. body weight 150kg Warranty: one year	Double adapter, stainless stail, Height, 80 mm	39
		above and below with 4 adjustment set screws 22A2/M8x12 zinc-plated connection between two adjustment cores For distal and proximal change of angle. Material Titanium or stainless steel, , Max. body weight 150kg	Double adapter, Double Pyramid head, stanless stail, Height 32mm	40
		with adjustment core and lamination anchor for direct lamination into trans-femoral sockets with lamination dummy 22A8 System height - 5mm, , Material Stainless steel, Weight 130g Max. body weight 150kg Warranty: one year	Socket adapter with pyramid reciver, stanless stail	41

دولية فلسطين
وزارة المالية والتخطيط


05-03-2023

الادارة العامة للوازيم العامة
دائرة العطاءات المركزية

		<p>with adjustment core support with adjustment set screws 22A2/M8x12, zinc-plated With lamination anchor. For direct lamination into trans-femoral sockets. continuous rotation adjustment possible including socket cap screw 22A2/M5x30 System height - 3mm, , Weight 180g, Stainless steel Warranty: one year</p>	<p>Socket adapter with pyramid receiver, rotatable, stainless steel</p>	42
		<p>with adjustment core for trans-tibial sockets with wide groove For direct lamination. with lamination dummy 22A8 with center bore Ø 8.5mm Weight 95 g, System height - 7 mm, Stainless steel Warranty: one year</p>	<p>Lamination anchor with pyramid adapter, (four short legs)</p>	43
		<p>rotation adjustment with adjustment core support for wet laminations to AK-sockets Suitable for direct connections to check sockets. continuous rotation adjustment possible Including socket cap screw 22A2/M5x20. Material Stainless steel, Weight 155g, System height 44mm. Warranty: one year</p>	<p>Lamination anchor with pyramid receiver, rotatable, stainless steel</p>	44
		<p>With adjustment core and lamination anchor. For direct lamination into trans-femoral sockets. With center bore Ø 8.5mm. Continuous rotation adjustment possible. Including socket cap screw 22A2/M5x30. Weight 165g, System height 2mm, Stainless steel Warranty: one year</p>	<p>Lamination anchor with pyramid adapter, rotatable</p>	45
		<p>Titan material, Distal connection Tube Ø 30 mm, Extension assist with laterally attached latex bands help with stride control Built-in extension stop bumper is adjustable Extension assist limits range of motion during walking for additional security Recommended for MOBIS mobility grade 2 (restricted outdoor walkers) Flexion angle 130°, Weight 875g maximum body weight of (100 kg) Warranty: one year</p>	<p>Modular single Axies hip joint with internal extention assist, stainless steel</p>	46
		<p>Monocentric. Proximal connection Pyramid adapter,, Maximum Knee Flexion Angle 155° Weight 695g, System Height 23mm</p>	<p>Modular single axes Knee joint with lock and extention assist stainless steel</p>	47



		<p>Material Aluminum light or, Max. Body weight 150 kg. Distal Connection tube clamp 30mm diameter Product Weight 290g. Build Height 74mm Distal Build Height 55mm Proximal Build Height 19mm with lock and spring extension assist Head height (knee center - upper edge): 37 mm. Activity level (walky): 1. Warranty: one year</p>		
		<p>Activity Level k2 Maximum Body Weight $\geq 100\text{kg}$ Stance Flexion mechanical Maximum Knee Flexion Angle 155° Distal Connection tube clamp 30mm diameter Maximum Knee Flexion Angle 155° Product Weight 850g Water Exposure splash proof Build Height 195mm Distal Build Height 180mm Stainless steel Proximal Build Height 15mm Warranty: one year</p>	Modular single axes Knee joint with lock and extention assist and protective sleeve, S.S stainless steel	48
		<p>Polycentric. With integrated extension assist. Max. body weight 100kg activity level (walky): 1 to 2 Knee flexion angle: approx. 120°. Head height (knee center - upper edge): 37mm. Stainless steel Warranty: one year</p>	Modular Polysentric Knee joint (HABERMANN with integrated extention assist) S.S	49
		<p>aluminum material Max. body weight 125kg Activity Level K3 Proximal Connection pyramid adapter (sliding) Distal Connection pyramid adapter Knee flexion angle $\geq 110^\circ$, Weight 770g Water Exposure splash water Resistant Relief for the back and residual limb Warranty: one year</p>	Modular Polysentric Knee joint with Hydraulic swing phase control, S.S	50
		<p>Activity Level K3 Max. body weight 100kg aluminum material Stance Flexion progressive due to hydraulic cylinder Proximal Connection lamination Anchor Distal Connection pyramid Adapter Maximum knee flexion angle: approx. 145°. Product Weight 840g Water Exposure splash water Resistant Warranty: one year</p>	Modular Polysentric Knee joint for knee disarticulation with Hydraulic swing phase control, S.S	51
		<p>Weight 170g, Stainless steel System height 22mm Rotation 360°, Max. body weight 150kg 4 zinc screw.</p>	Rotation adapter.	52



		Warranty: one year		
		Distal connection : Pyramid adapter, System height 25mm, Max. body weight 125kg Suitable for thermoplastic and laminated sockets. easy cleaning and exchange of complete lock unit Warranty: one year	Shuttle Lock with pyramid adapter for BK, S.S	53
		Distal connection Adjustment screw, System height 79mm, Max. Body weight 125 kg.. Warranty: one year	Shuttle Lock with adjustment screw for AK, S.S	54
		The Lanyard system are used for fixation in the transfemoral socket. Warranty: one year	Shuttle Lanyard system lock complete set	55
		Material : PUR foam, Knee flexion 30 °, right, Warranty: one year	Foam cover, R36 cm	56
		Material : PUR foam, Knee flexion 30 °, left, Warranty: one year	Foam cover, L36cm	57
		Material : PUR foam, Knee flexion 30 °, right, Warranty: one year	Foam cover, R40 cm	58
		Material : PUR foam, Knee flexion 30 °, left, Warranty: one year	Foam cover, L40 cm	59
		Material : PUR foam, Knee flexion 30 °, right, Warranty: one year	Foam-cover , R44 cm	60
		Material : PUR foam, Knee flexion 30 °, left, Warranty: one year	Foam cover , L44 cm	61
		Length : Approx. 48 cm, Warranty: one year For tube diameter 30mm,Warranty: one year	Foam cover BK (block)	62
		with a silicone anti-slip strip, Warranty: one year Colour: skin colour, pair	Nylon cosmetic stockings , skin color AK	63
		Material: polyamide,Warranty: one year pair	Nylon cosmetic stockings , skin color BK	64
		Flat rubber valve set with connection tube, For hole Ø 24 mm,Warranty: one year	Valve set suspension system complete with tube	65
		for Transfemoral amputation, Distal cushion 14.5 mm. Warranty: one year	Silicon liner for AK with distell connector thickness 3 mm , size :320 mm, 340m., 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 450mm, 500mm, 550mm.	66
		for Transtibial amputation, Distal cushion 16 mm., Warranty: one year	Silicon gel liner for BK with distell connector thickness 3 mm , size :200 mm, 220m , 235mm, 250mm, 265mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm.	67



		for Transfemoral amputation, Distal cushion 14.5 mm., Warranty: one year	Silicon liner for AK with distell connector thickness (5 – 6) mm , size ; 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 450mm, 500mm, 550mm.	68
		for Transtibial amputation, Distal cushion 10 mm., Warranty: one year	Silicon gel liner for BK with distell connector thickness (5 – 6) mm , size :200 mm, 220m , 235mm, 250mm, 265mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm.	69
		used for transtibial prostheses, Size 20 cm, Warranty: one year	Cotton residual limb sock , size 20	70
		used for transtibial prostheses, Size 30 cm, Warranty: one year	Cotton residual limb sock , size 30	71
		used for transtibial prostheses, Size 40 cm, Warranty: one year	Cotton residual limb sock , size 40	72
		used for transtibial prostheses, Size 50 cm, Warranty: one year	Cotton residual limb sock , size 50	73
		used for transtibial prostheses, Size 60 cm, Warranty: one year	Cotton residual limb sock , size 60	74
		used for transtibial prostheses, Size 20 cm, Warranty: one year	Residual limb wall sock , size 20	75
		used for transtibial prostheses, Size 25 cm, Warranty: one year	Residual limb wall sock , size 25	76
		used for transtibial prostheses, Size 35 cm, Warranty: one year	Residual limb wall sock , size 35	77
		used for transtibial prostheses, Size 40 cm, Warranty: one year	Residual limb wall sock , size 40	78
		For taking a plaster cast, Length 2 mtr, Width 10 cm, Warranty: one year	Plaster of paris size 10 cm	79
		For taking a plaster cast, Length 2 mtr, Width 15 cm, Warranty: one year	Plaster of paris size 15 cm	80
		For taking a plaster cast, Length 2 mtr, Width 20 cm, Warranty: one year	Plaster of paris size 20 cm	81
		For compression after amputation, Width 10 cm, Warranty: one year Washable, Washable 7 mtr, Width 10 cm, Warranty: one year	Elastic bandage skin color size 10	82
		For compression after amputation, Width 10 cm, Warranty: one year Washable, Washable 7 mtr, Width 12 cm, Warranty: one year	Elastic bandage skin color size 12	83
		for taking foot impressions in orthopedic technology,, Warranty: one year Length 305mm, Width 140mm Thickness 5cm,	Pedilen impression foam , foot area 305 * 140mm	84
دوليّة فلسطين وزارة المالية والتخطيط		Suspension Sleeve Caucasian skin color, Length 25cm, Size 4 , 5 , 6 , Warranty: one year	Elastic Knee belt, different sizes (small, medium, large)	85



القسم السابع: جدول المتطلبات

82

		for fabricating socket, Net contents 4.6 kg, Warranty: one year	Orthocryl Lamination Resin 80 : 20, 4.6 kg	86
		for fabricating socket, Net contents 4.6 kg, Warranty: one year	Orthocryl sealing Resin	87
		for all Pedilen rigid foams and Pedilen duplicating foams, Net contents 4.6 kg, Warranty: one year	Hardener for pedilen	88
		rigid foam For shape and length difference compensation subject to loads in prosthetics and orthotics Net contents 4.6kg For fabricating compensations for shortenings and shoe lasts fast and safe processing with hand mixing procedure Precise duplication Penetration hardness Screw and nail-resistant stable temperature No shrinkage Easy to refinish in the cured condition, e.g. sanding, lamination Sensitive to moisture, Warranty: one year	Pedilen foam	89
		For Orthocryl resins and Orthocryl sealing resin, Net contents 0.15 kg, Warranty: one year	Hardener powder 0.15 for limatiation resin 80:20	90
		For fabricating laminates, Width 6 cm, white, Length 27.7m, Weight 0.5 kg, Warranty: one year	Perlon stockinette 6, white	91
		For fabricating laminates, white, Length 20.8m, Width 8cm, Weight 0.5 kg, Warranty: one year	Perlon stockinette 8, white	92
		For fabricating laminates, white, length 37m, Width 10 cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Perlon stockinette 10, white	93
		For fabricating laminates, white, Length 33.3m, Width 12 cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Perlon stockinette 12, white	94
		For fabricating laminates white, Length 27m, Width 15 cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Perlon stockinette 15, white	95
		For fabricating laminates, white, Length 20m, Width 20cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Perlon stockinette 20, white	96
		For fabricating laminates,, white, Length 13.5m Width 25 cm, weight 1kg	Perlon stockinette 25, white	97



		For fabricating laminates, white, Length 11.1m, Width 30cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Perlon stockinette 30, white	98
		For fabricating thin-walled laminates, Length 28.5m, Width 6 cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Fiberglass stockinette 6	99
		For fabricating thin-walled laminates, Length 17.2m, Width 8cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Fiberglass stockinette 8	100
		For fabricating thin-walled laminates, Length 15.6m, Width 10 cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Fiberglass stockinette 10	101
		For fabricating thin-walled laminates, Length 9.3m, Width 15 cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Fiberglass stockinette 15	102
		For fabricating thin-walled laminates, Length 7.2m, Width 20cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Fiberglass stockinette 20	103
		For fabricating thin-walled laminates, Length 5.2 m, Width 25 cm, Weight 1 kg, Warranty: one year	Fiberglass stockinette 25	104
		length 5m width 100mm suitable for axial-reinforcements , Warranty: one year	Carbon ud stockinette, 20*5, size 10 cm	105
		length 5m width 150mm suitable for axial- reinforcements ,Warranty: one year	Carbon ud stockinette, 20*5, size 10 cm	106
		For working with lamination resins, Length 70 cm, Width 19 cm polyvinyl alcohol Colour: transparent. tear-proof, high quality welding seam, Warranty: one year	PVA bag size 4"(set of 10)	107
		For working with lamination resins, Length 70 cm, Width 27 cm polyvinyl alcohol Colour: transparent. tear-proof, high quality welding seam, Warranty: one year	PVA bag size 10"(set of 10)	108
		For working with lamination resins, Length 100 cm, Width 30 cm, polyvinyl alcohol Colour: transparent. tear-proof, high quality welding seam, Warranty: one year	PVA bag size 12"(set of 10)	109
		For working with lamination resins, Length 100 cm, Width 36 cm, polyvinyl alcohol Colour: transparent. tear-proof,	PVA bag size 14"(set of 10)	110

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط

05-03-2023

الادارة العامة لخوازيم العامة
دائرة العطاءات المركزية

		high quality welding seam, Warranty: one year		
		For working with lamination resins, Length 120 cm, Width 50 cm, polyvinyl alcohol Colour: transparent, tear-proof, high quality welding seam, Warranty: one year	PVA bag size 16"(set of 10)	111
		For working with lamination resins, Length 120 cm, Width 50 cm, polyvinyl alcohol Colour: transparent, tear-proof, high quality welding seam, Warranty: one year	PVA bag size 18"(set of 10)	112
		For partial high-strength laminate reinforcements, Length 2 meters, Width 1200 mm., Warranty: one year	Carbon - fiber cloth , black , 1*2 m	113
		Alabaster modeling plaster For fabricating positive molds for orthopedic technology, Net contents 25 kg., Warranty: one year	Plaster of paris (25 kg)	114
		Pigment paste For lamination resins and putties, Net contents 1kg, Color : skin color, Warranty: one year	Color for lamination resin), skin color 1 kg	115
		Knee joint with covered Swiss lock, Upper/lower bar length 400 / 560 mm, Bar width 20mm Joint bar thickness 5mm, Bar material Stainless steel , Warranty: one year	Long Leg brace (swiss lock), complete components, S.S, R 20	116
		Knee joint with covered Swiss lock, Upper/lower bar length 400 / 560 mm, Bar width 20mm Joint bar thickness 5mm, Bar material Stainless steel, Warranty: one year	Long Leg brace (swiss lock), complete components, S.S, L20	117
		Knee joint with 4-in-1 ring lock, Bar material Stainless steel Upper/lower bar length 400/ 560 mm, Bar width 20mm, Joint bar thickness 5 mm, Warranty: one year	Long Leg brace (ring lock), complete components, S.S, R 20	118
		Knee joint with 4-in-1 ring lock, Bar material Stainless steel Upper/lower bar length 400/ 560 mm, Bar width 20mm, Joint bar thickness 5 mm, Warranty: one year	Long Leg brace (ring lock), complete components, S.S, L 20	119
		free motion knee joint, Upper/lower bar length 400/ 570 mm, Bar width 16mm, Joint bar thickness 5mm, Bar material steel, Warranty: one year	Short Leg brace free motions , complete components, S.S, R 20	120
		free motion knee joint, Upper/lower bar length 400/ 570 mm, Bar width 16mm, Joint bar thickness 5mm, Bar material steel, Warranty: one year	Short Leg brace free motions , complete components, S.S, L 20	121

دولة فلسطين
وزير التربية والتعليم

05-03-2023

الادارة العامة للوازم المدرسي

دائرة المعطاءات المركزية


		ankle joint bar, Bar width 16mm, Joint head Ø 28mm, Material Aluminum Shoe stirrup Head Ø 28mm steel joint and spring, Warranty: one year	short Leg brace with spring , complete components, S.S, R 20	122
		ankle joint bar, Bar width 16mm, Joint head Ø 28mm, Material Aluminum Shoe stirrup Head Ø 28mm steel joint and spring, Warranty: one year	short Leg brace with spring , complete components, S.S,L 20	123
		Thermolyn PE 200, Color Beige Length 2000mm, Width 1000mm, Thickness 3mm, Color Beige , Warranty: one year	Polyethylene skin color 3 mm	124
		Thermolyn PE 200, Color Beige Length 2000mm, Width 1000mm, Thickness 4mm, Color Beige, Warranty: one year	Polyethylene skin color 4 mm	125
		Thermolyn PE 200, Color Beige Length 2000mm, Width 1000mm, Thickness 5mm, Color Beige, Warranty: one year	Polyethylene skin color 5 mm	126
		Thermolyn PE 200, Length 2000mm, Width 1000mm, Thickness 3mm, Color Natural color , Warranty: one year	Polyethylene soft (flexible) 3 mm	127
		Thermolyn PE 200, Length 2000mm, Width 1000mm, Thickness 3mm, Color Natural color , Warranty: one year	Polyethylene white 3 mm	128
		Thermolyn PE 200, Length 2000mm, Width 1000mm, Thickness 4mm, Color Natural color , Warranty: one year	Polyethylene white 4 mm	129
		Thermolyn PE 200, Length 2000mm, Width 1000mm, Thickness 5mm, Color Natural color , Warranty: one year	Polyethylene white 5 mm	130
		Thermolyn PE 200, Length 2000mm, Width 1000mm, Thickness 8mm, Color Natural color , Warranty: one year	Polyethylene white 8 mm	131
		Plastazote for padding of orthoses,, Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 2mm Skin Color , Warranty: one year	Plastazote 2mm, skin color	132
	دُولَةْ فَلَسْطِين وزَارَةِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّحْصِيلِ	Plastazote for padding of orthoses,, Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 3mm Skin Color , Warranty: one year	Plastazote 3mm, skin color	133

دوَلَةْ فَلَسْطِين
وزَارَةِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّحْصِيلِ


05-03-2023

الادارة العامة للوازيم العامة
دائرة العطاءات المركزية

		Plastazote for padding of orthoses , Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 4mm Skin Color , Warranty: one year	Plastazote 4mm, skin color	134
		Orthopedic leather For sockets and sleeves in prosthetics and orthotics, Thickness 3.0-3.5mm Skin color. ,Warranty: one year	Natural lather, thikness 3-3.5mm	135
		Orthopedic leather For sockets and sleeves in prosthetics and orthotics, Thickness 1.8-2.0mm Skin color. , Warranty: one year	Natural lather, thikness 1.8-2mm	136
		Spray adhesive for permanent joints, Net contents 500 ml , Warranty: one year	Adhesive spray for cloth	137
		Thermolyn rigid for check sockets, Length 400mm, Length 400mm, Thickness 15mm, Warranty: one year	Thermolyn rigid for fabrication test socket (400*400) mm, thickness 18 mm	138
		made of highly durable components, the splint equipped with wing nuts to allow abduction each foot ,Warranty: one year	Dennis browne brace	139
		lightweight, high quality aluminum alloy, adjustment of foot adduction and abduction according to medical requirements Natural leather, soft insole. with middle buckle ,Warranty: one year	Open shoes for dennis browne, size 13-20	140
		lightweight, high quality aluminum alloy, adjustment of foot adduction and abduction according to medical requirements Natural leather, soft insole. with middle buckle ,Warranty: one year	Open shoes for dennis browne, size 21-30	141
		Length 23.8m, Width 6 cm, Weight 0.5kg Colour: white/bleached. elastic	Cotton stockinette 6	142
		Length 17.2m, Width 8cm, Weight 0.5kg Colour: white/bleached. elastic , Warranty: one year	Cotton stockinette 8	143
		Length 27.7m, Width 10 cm, weight 1kg Colour: white/bleached. elastic ,Warranty: one year	Cotton stockinette 10	144
		Length 25.6m, Width 12 cm, weight 1kg Colour: white/bleached. elastic ,Warranty: one year	Cotton stockinette 12	145
		Length 19.2 m, Width 15 cm, weight 1kg Colour: white/bleached. elastic ,Warranty: one year	Cotton stockinette 15	146



		Length 14.9 m, Width 20cm, weight 1kg Colour: white/bleached. elastic ,Warranty: one year	Cotton stockinette 20	147
		sheet metal, Length 1000mm, Width 500mm, Thickness 2mm foldable ,Warranty: one year	Dur aluminum sheet metal 2	148
		sheet metal, Length 1000mm, Width 500mm, Thickness 3mm foldable , Warranty: one year	Dur aluminum sheet metal 3	149
		Width 48mm, Color Beige, Length 25 mtr , Warranty: one year	Elastic webbing , 48 mm	150
		Width 20mm, Color Beige, Length 25 mtr , Warranty: one year	Elastic webbing 20mm	151
		Width 30mm, Length 25 mtr Color White, Warranty: one year	Elastogrip closure (elastic hook and loop closure)white 30 mm , width 25 m	152
		white coulor	Loop strip self adhesive , 25 mm, roll 25 m	153
		white coulor	Loop strip self adhesive , 25 mm, roll 50 m	154
		white coulor	hook strip self adhesive , 25 mm, roll 25 m	155
		white coulor	hook strip self adhesive , 25 mm, roll 50 m	156
		Width 25mm, Color White, Length 25 mtr , Warranty: one year	Hook and loop closure strip 25mm , roll25m	157
		Width 50mm, Color White, Length 25 mtr , Warranty: one year	Hook and loop closure strip 25mm , roll50m	158
		For custom coloring of synthetic ThermoLyn PE 200, different colors ThermoLyn PP-C and ThermoLyn PP-H, Length 100 mtrs, Width 75 cm,Warranty: one year	Thermal paper for coloring polypropylene 100m, different colors.	159
		Volume 400g, for limitation resin , Warranty: one year	Measuring (scale) cubs volume 400 cm3	160
		For knee joint with lock with spring , Warranty: one year	Lock control unit	161
		Pedilin for fabricating soft sockets and as a padding material for prosthetic sockets, Length 1000mm, Width 1000mm,	BE – Lite Tepfoam 2 mm	162



		Thickness 2mm, Warranty: one year Pedilin for fabricating soft sockets and as a padding material for prosthetic sockets, Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 3mm, Warranty: one year	BE -- Lite Tepfoam 3 mm	163
		Pedilin for fabricating soft sockets and as a padding material for prosthetic sockets, Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 4mm, Warranty: one year	BE -- Lite Tepfoam 4 mm	164
		Pedilin for fabricating soft sockets and as a padding material for prosthetic sockets, Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 5mm, Warranty: one year	BE -- Lite Tepfoam 5 mm	165
		Pedilin for fabricating soft sockets and as a padding material for prosthetic sockets, Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 6mm, Warranty: one year	BE -- Lite Tepfoam 6 mm	166
		Pedilin for fabricating soft sockets and as a padding material for prosthetic sockets, Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 7mm, Warranty: one year	BE -- Lite Tepfoam 7 mm	167
		Tube clamp adapter, angled, used in prostheses in combination with a hip joint, Diameter 30mm, titanium material, Angular offset 10 °, Warranty: one year	Angled tube clamp adapter 10 tilt	168
		Thickness 3mm. skin color perforation , Warranty: one year	orfit (splinting), thickness 3 mm	169
		Thickness 4mm. skin color perforation , Warranty: one year	orfit (splinting), thickness 4 mm	170
		Thickness 5mm. skin color perforation , Warranty: one year	orfit (splinting), thickness 5 mm	171
		heel to metatarsal , size 36, pair , Warranty: one year	rubber arch support size 36	172
		heel to metatarsal ,size 38, pair , Warranty: one year	rubber arch support size 38	173
		heel to metatarsal ,size 40, pair , Warranty: one year	rubber arch support size 40	174
		heel to metatarsal ,size 42, pair , Warranty: one year	rubber arch support size 42	175
		heel to metatarsal ,size 44, pair , Warranty: one year	rubber arch support size 44	176
		heel to metatarsal ,size 46, pair , Warranty: one year	rubber arch support size 46	177
		fall foot tall rupper material, pair , Warranty: one year	Foot arch support ready made (size 20 – 32) pair qunt 20 for each pair	178



		ankle foot orthosis, for Drop foot in case of (Peroneal paralysis, Stroke, traumatic brain injury, multiple sclerosis, neuromuscular atrophy Right fall foot tall pp.plastic, pair , Warranty: one year	AFO flexible antidroop full foot right (small, medium, large), 5 for each size.	179
		ankle foot orthosis, for Drop foot in case of (Peroneal paralysis, Stroke, traumatic brain injury, multiple sclerosis, neuromuscular atrophy Left fall foot tall pp.plastic, pair , Warranty: one year	AFO flexible antidroop full foot lift (small, medium, large), 5 for each size.	180
		Hip Flexion and Abduction Orthosis (Hip dysplasia without instability (children aged up to 12 months(hip types Ila, Iib and IIC, stable according to Graf Size : S,M,L , Warranty: one year	Abduction splint (Jordan brace) (small, medium, large) three for each size.	181
		elastic with scotch ., Right Size : S,M,L , Warranty: one year	Hipe support R, (small, medium, large), 5 for each size.	182
		elastic support ., Size : S,M,L, Right , Warranty: one year	Ankle sport right (small, medium, large), 5 for each size.	183
		elastic with metal support , Right , Warranty: one year	Wrist support (WHO), right.	184
		elastic with metal support , Left , Warranty: one year	Wrist support (WHO), left.	185
		elastic support , Right	Elbow support, right.	186
		elastic support, Left	Elbow support, left.	187
		Elastic support. Right , Warranty: one year	Shoulder support, right.	188
		elastic support, Left , Warranty: one year	Shoulder support, left.	189
		Elastic with scotche. , Size : S,M,L, Left , Warranty: one year	Hip support L, (small, medium, large) five for each size.	190
		elastic support , Size : S,M,L, Left , Warranty: one year	Ankle support L, (small, medium, large) five for each size.	191
		Elastic width 15cm. , Warranty: one year	pvc	192
		with screws , flexiable , Size : S,M,L , Warranty: one year	Tamarak joint,(small, medium,large)	193
		thickness 5mm with round heel cuver , Warranty: one year	Silicon heel pads	194
		thickness 5mm with round heel cuver , Warranty: one year	Silicon foot insoule (full foot)	195
		Plastazote for padding of orthoses. , Warranty: one year Length 1000mm, Width 1000mm,	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 3 mm, nonperforated.	196

دُولَةُ فَلَسْطِين
وزَارَةُ الْمَالِيَّةِ وَالتَّخطِيطِ

05-03-2023

ادارة العامة للموازن العامة
دائرة العطاءات المركزية

		Thickness 3mm, Skin Color , Warranty: one year		
		Plastazote for padding of orthoses, , Warranty: one year Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 4mm, Skin Color , Warranty: one year	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 4 mm, nonperforated.	197
		Plastazote for padding of orthoses, , Warranty: one year Length 1000mm, Width 1000mm, Thickness 6mm, Skin Color , Warranty: one year	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 6 mm, nonperforated.	198
		Copying pens For marking on plaster casts and models, Color Blue, , Warranty: one year	Copian drawing pencil:	199
		yellow color Knee joint, monocentric,	Glue 1 kg.	200
		with rotation hydraulics, Waterproof design for wet areas and is approved for a body weight of up to 150 kg. knee flexion angle 150,° System height 163MM, weight 1240 g , Warranty: one year	Prosthetic knee joint 3R80	201
		Prosthetic carbon foot, includes the footshell with cosmesis connection cap, with spring elements for excellent heel shock absorption, lightweight construction, size 27, RIGHT , Warranty: one year	Carbon fiber foot, size: 27 right.	202
		Prosthetic carbon foot, includes the footshell with cosmesis connection cap, with spring elements for excellent heel shock absorption, lightweight construction, size 27, LEFT , Warranty: one year	Carbon fiber foot, size: 27 left.	203
		please see specification	Thermoforming device complete with protherme kit (including: decanting kit, support column, control pedal).	204
		please see specification	Mobile socket router	205
		please see specification	3d mobile camera (structure sensor)	206
		please see specification	CAD Cam system	207
		please see specification	Vaccum speed press.	208
		,Length 420mm, Width 50mm, Color Beige ,Warranty: one year	Hook – loop clouser with plastic loop and clip 50 mm, caucasion color.	209
		,Length 420mm, Width 25mm, Color Beige ,Warranty: one year	Hook – loop clouser with plastic loop and clip 25 mm, caucasion color.	210




The following specifications of the items # (204, 205, 206, 207, 208):


ITEM # : 204	QTY: 1	
	COMPLIANCE	DEVIATIONS
Thermoforming device		
Good brand name: Well Known USA, EUR or Japan Brands - With good reputation complete with prothermo kit (including: decantung kit, support column, control pedal)		
Vacuum forming adapter Connection on the right and left side,,		
Bench model, central tensioning system, vertical frame guide, automatic vacuum, grate can be pulled out and swivels upwards, integrated 10m³/h vacuum pump		
Dimensions WxDxH 750*590*1050 mm		
Material Steel,		
workspace: W*D 600*450mm		
connecting cable : 3m with 5*16A CEE plug and 5*16 A CEE socket		
operating : pressure 4-8 bar		
heater : 5.400 W		
Connection Ø 13 mm,		
including : decantung kit, support column, control pedal		
warranty : 3 years and 10 years availability for spare parts		
السعر يشمل جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمدنية الازمة لعمل الجهاز على اكمل وجه (كهرباء، مساحات، هواء ، شفط،.....)		
DOCUMENTATION :		
Operating Manual (in original) soft and hard copies		
Service Manual (in original).soft and hard copies include Maintenance, Troubleshooting, Electronic boards schematics, parts list.		
TRAINING :		
On-site training of 4 x operators to departmental faculty and staff for optimum usage till satisfaction.		
INSPECTION :		
Inspection Authority: Biomedical Engineering Unit		
Shall inspect and test and where necessary reject the equipments after its arrival at the Hospital		
Installation :		
Installation, Testing, Commissioning & Handing-over including site preparation if needed		
warranty : 3 years and 10 years availability for spare parts		
Warranty: 3 years, on site comprehensive warranty (labour & spares covering all parts of the units and items supplied), from the date of issue of installation certificate by Biomedical Engineering Unit		
In case of agency removed from the agent or transferred to other company, the old agent should be responsible of all warranty implications, such as service , spare parts ,,, etc		
TERMS AND CONDITIONS		
The Supplied equipment should be complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Country of origin should be clear in the offer		
Country of source should be clear in the offer		
Date of manufacturing should be clear in the offer		
Original catalogue and detailed scientific literature of the quoted model to be enclosed.		
Number of units installed in Palestine if any (a list of the same model with serial number and location).		
The offer will not be taken in consideration in case of incomplete compliance sheet or any conflict between the catalogue/data sheet submitted and the compliance sheet		
Regulatory approval/certification: Free sales certificate (FSC) or certificate for exportation of		
The Vendor should submit Agency Agreement, or Sole distribution agreement or Authorization letter for sale and maintenance from Manufacturer, and it should have trained Engineer on this Machine)		
appropriate, per the product's risk classification (e.g. Food and Drug Administration [FDA] and/or		
Conformité Européenne [CE]). National local regulatory approval (of recipient country, as applicable)		
should be submitted		



ITEM # : 205	QTY: 1
COMPLIANCE	DEVIATIONS
Mobile socet router	
Good brand name: Well Known USA, EUR or Japan Brands - With good reputation	
Socket router with Steel machine body,	
5/8" milling shaft thread, qnt(2)	
adapter from 5/8" to M16 thread, qnt(2)	
suction hood,	
shaft guard short and long,	
exhaust nozzle for external suction system,	
tool set for changing the socket router cutters, tool set for changing the socket router cutters,	
tool holder,	
Dimensions WxDxH 1,220 x 800 x 1,560 mm,	
Exhaust nozzle Ø 125 mm, Exhaust nozzle Ø 125 mm,	
Sound intensity level 68 dB(A),	
Electrical connection in V/Hz/kW 1 x 230 PE / 50-60 / 2.2,	
Motor RPM Variable rotation speed,	
Max. 3,500 RPM,	
Weight 120 kg	
Automatic cleaning	
Bag-less collection container	
Separately switchable suction system	
Low noise level of just 68 dB(A)	
Automatic filter monitoring with indicator light	
Electrical equipmentMain safety switch, control elements consisting of 4-level selection switch, on-off switch, vibrator signal lamp, manual vibration trigger, emergency power shut-off foot switch	
Short and long milling shaft guards	
Connection adapter for 5/8" and M16 tools	
Stable steel construction for very smooth operation	
• Dimensions (WxDxH): 1,220mm x 800mm x 1,560mm	
• Electrical connection in V/Hz/kW: 3 x 400 N/PE/50-60/2.2	
• Tool holder	
Working height: 1,000mm	
• Sound intensity level: 68 dB(A)	
• Shaft length: 395mm	
• Suction arm with fireproof suction tubing	
Socket router Accessories: must be inculded	
1-silicone sanding cone set (4 items)	
The silicone sanding cone set at a glance:	
• 749F16=5/8 silicone sanding cone set 5/8" thread	
• 749F16=M16 silicone sanding cone set M16 thread	
2 -Sanding cone:	
Equipment With rubber roll, with one sanding sleeve (Grit 80)	
*Thread 5/8" M16 1/2"-13	
*Sanding sleeve for sanding cone	
*Grit (Coarse) 80	
3- Sanding cone	
Thread M16 / Outside diameter Ø 65 mm	
Sanding sleeve for sanding cone Outside diameter Ø 65 mm	
4- Sanding drum	
Thread M16 / With rubber roll, with one sanding sleeve (Grit 80)	
Sanding sleeve for sanding drum:	
Thread M16 / With rubber roll, with one sanding sleeve (Grit 80)	
5. shaft guard, long	




6. shaft guard, short		
7.5/8" thread protector nut		
8. 5/8" threaded stud		
9. open-end spanner,		
10. 1x mounting set for bolting the machine to the floor		
11. suction hood, large		
warranty : 3 years and 10 years availability for spare parts		
السعر يشمل جميع الأعمال الكهربائية والميكانيكية والمدنية اللازمة لعمل الجهاز على أكمل وجه		
DOCUMENTATION :		
Operating Manual (in original) soft and hard copies		
Service Manual (in original).soft and hard copies include Maintenance, Troubleshooting, Electronic boards schematics, parts list.		
TRAINING :		
On-site training of 4 x operators to departmental faculty and staff for optimum usage till satisfaction.		
INSPECTION :		
Inspection Authority: Biomedical Engineering Unit		
Shall inspect and test and where necessary reject the equipments after its arrival at the Hospital		
Installation :		
Installation, Testing, Commissioning & Handing-over including site preperation if needed		
Warranty :		
Warranty: 3 years, on site comprehensive warranty (labour & spares covering all parts of the units and items supplied), from the date of issue of installation certificate by Biomedical Engineering Unit		
In case of agency removed from the agent or trasnferred to other company, the old agent should be responsible of all warranty Implications, such as service , spare parts ,,, etc		
TERMS AND CONDITIONS :		
The Supplied equipment should be complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Country of origin should be clear in the offer		
Country of source should be clear in the offer		
Date of manufacturing should be clear in the offer		
Original catalogue and detailed scientific literature of the quoted model to be enclosed.		
Number of units installed in Palestine if any (a list of the same model with serial number and location).		
The offer will not be taken in consideration in case of incomplete compliance sheet or any conflict between the catalogue/data sheet submitted and the compliance sheet		
Regulatory approval/certification: Free sales certificate (FSC) or certificate for exportation of The Vendor should submit Agency Agreement, or Sole distribution agreement or Authorization letter for sale and maintenance from Manufacturer, and it should have trained Engineer on this Machine) appropriate, per the product's risk classification (e.g. Food and Drug Administration [FDA] and/or Conformité Européenne [CE]). National local regulatory approval (of recipient country, as applicable) should be submitted		



ITEM # : 206	QTY: 1
COMPLIANCE	DEVIATIONS
3D scanner camera (structure sensor)	
Good brand name: Well Known USA, EUR or Japan Brands - With good reputation apply with IPAD and application for measuring 3D all body parts (head, chest, arms ,egs and foot),	
Technology : White light (LED)	
Weight : 850 g	
Accuracy : up to 0.5 mm	
Stand-off distance : +/- 40 cm	
M4D Scan Fully integrated, light and portable Scan any body part in 3D Fast data acquisition Automatic	
post-treatment of the image M4D specialized software No lasers	
warranty : 3 years and 10 years availability for spare parts	
DOCUMENTATION :	
Operating Manual (in original) soft and hard copies	
Service Manual (in original).soft and hard copies include Maintenance, Troubleshooting, Electronic boards schematics, parts list.	
TRAINING :	
On-site training of 4 x operators to departmental faculty and staff for optimum usage till satisfaction.	
INSPECTION :	
Inspection Authority: Biomedical Engineering Unit	
Shall inspect and test and where necessary reject the equipments after its arrival at the Hospital	
Installation :	
Installation, Testing, Commissioning & Handing-over including site preparation if needed	
Warranty :	
Warranty: 3 years, on site comprehensive warranty (labour & spares covering all parts of the units and items supplied), from the date of issue of installation certificate by Biomedical Engineering Unit	
In case of agency removed from the agent or transferred to other company, the old agent should be responsible of all warranty implications, such as service , spare parts ,,, etc	
TERMS AND CONDITIONS :	
The Supplied equipment should be complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified	
Country of origin should be clear in the offer	
Country of source should be clear in the offer	
Date of manufacturing should be clear in the offer	
Original catalogue and detailed scientific literature of the quoted model to be enclosed.	
Number of units installed in Palestine if any (a list of the same model with serial number and location).	
The offer will not be taken in consideration in case of incomplete compliance sheet or any conflict between the catalogue/data sheet submitted and the compliance sheet	
Regulatory approval/certification: Free sales certificate (FSC) or certificate for exportation of The Vendor should submit Agency Agreement, or Sole distribution agreement or Authorization letter for sale and maintenance from Manufacturer, and it should have trained Engineer on this Machine) appropriate, per the product's risk classification (e.g. Food and Drug Administration [FDA] and/or Conformité Européenne [CE]). National local regulatory approval (of recipient country, as applicable) should be submitted	



ITEM # : 207	QTY: 1	
CAD Cam system	COMPLIANCE	DEVIATIONS
Good brand name: Well Known USA, EUR or Japan Brands - With good reputation		
- Arm ip 67 (dustproof and waterproof)		
* compact closed cell that can be placed anywhere without specific flooring		
* remote access solution for online help and diagnostic assistance		
* simplified user interface in the robot's native language		
*custom machining template allowing the use of the robot without additional development.		
CAD/CAM SYSTEM: CONTAIN ALL ACCESSORIES TO WORK COMPLETELY (CAMERA & SCANNER) + ANALYSIS AND DESIGN WITH PROCESSING AND ENHANCEMENT SOFTWARE , PC+ OUT PUT TO (MILLING CAN BE USED WITH ANYSCANNER OR 3D CAD SOFTWARE THAT ALLOWS TO EXPORT FILES IN STANDARD FORMATS stl or else)		
Open system ability to integrate multivendor or any component system.		
Any software updates should be free of change up to 5 years.		
with all milling pairs		
scanner :		
easy clean , lightweight 700g		
fast and easy operation and installation can be connected to pc via a USB and allowing to portability from pc to pc		
can be combined with any machine (open file)		
Accuracy : up to 0.5 mm		
stand off Distance : ± 40 cm		
connection : USB/ WIFI		
Application: plantar surface, knee, torso, seats, prosthetics, hand, footwear, cranial.		
Milling Machine :		
* 7 axis robot		
* high milling accuracy		
carving capacity table (rotate: diameter 80cm * 170 cm height) (vertical : height 200cm* depth 45cm width 90) (horizontal : 100cm * 100cm height 45 cm)		
Automatically measures the tool length.		
low noise level		
ideal for machining : braces, AFOs, KAFOs, Prothesis, Rigid mold for seats, standing shell, helmets, Mold for shoes Seat in soft foam, insoles, Mattresses, Abduction plots, Shoe last.		
Carving time : Brace : ~ 15 minutes- standing shell ~ 35 minutes		
complete with all standard accessories		
Inculde all software needed to work completely.		
Open system ability to integrate multivendor or any component system.		
السعر يشمل جميع الاعمال الكهربائية والميكانيكية والمدنية الالزام لعمل الجهاز على اكمل وجه (كهرباء، مساحات، هواء ، شفط،.....)		
على الشركة عمل الصيانة الدورية للجهاز على الاقل زيارتين في السنة .		
warranty : 5 years and 10 years availability for spare parts		
inside training by Authorise trainner		
DOCUMENTATION :		
Operating Manual (in original) soft and hard copies		



Service Manual (in original).soft and hard copies include Maintenance, Troubleshooting, Electronic boards schematics, parts list.		
TRAINING :		
On-site training of 4 x operators to departmental faculty and staff for optimum usage still satisfaction by specialist trainer		
INSPECTION :		
Inspection Authority: Biomedical Engineering Unit		
Shall inspect and test and where necessary reject the equipments after its arrival at the Hospital		
Installation :		
Installation, Testing, Commissioning & Handing-over including site preparation if needed		
Warranty :		
Warranty: 5 years, on site comprehensive warranty (labour & spares covering all parts of the units and items supplied), from the date of issue of installation certificate by Biomedical Engineering Unit		
In case of agency removed from the agent or transferred to other company, the old agent should be responsible of all warranty Implications, such as service , spare parts ,,, etc		
TERMS AND CONDITIONS :		
The Supplied equipment should be complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Country of origin should be clear in the offer		
Country of source should be clear in the offer		
Date of manufacturing should be clear in the offer		
Original catalogue and detailed scientific literature of the quoted model to be enclosed.		
Number of units installed in Palestine if any (a list of the same model with serial number and location).		
The offer will not be taken in consideration in case of incomplete compliance sheet or any conflict between the catalogue/data sheet submitted and the compliance sheet		
Regulatory approval/certification: Free sales certificate (FSC) or certificate for exportation of The Vendor should submit Agency Agreement, or Sole distribution agreement or Authorization letter for sale and maintenance from Manufacturer, and it should have trained Engineer on this Machine) appropriate, per the product's risk classification (e.g. Food and Drug Administration [FDA] and/or Conformité Européenne [CE]). National local regulatory approval (of recipient country, as applicable) should be submitted		



ITEM # : 208	QTY: 1	
Vaccum Forming Device	COMPLIANCE	DEVIATIONS
Good brand name: Well Known USA, EUR or Japan Brands - With good reputation Bench model, Uni-LOCK central system, vertical frame guid, automatic vacuum , electronically time -controlled nice-row quartz panel heating, halogen spotlight illuminates workstation, grate can be pulled out and swivels upwards, integrated 10m ³ /h vacuum pump (oil-free) with fully integrated COOL-TEC cooling system. * two-stage piston pump dry-running (oil and maintenance-free), * 6m ³ /h, * 200mbar, * automatic vacuum control, * Dimensions WxDxH 360 x 650 x 250 mm * 1 x 230 N/PE / 50-60 / 0.4, , Weight 30 kg.		
warranty : 3 years and 10 years availability for spare parts السعر يشمل جميع الاعمال الكهربائية والمعناتيكية والمعدنية اللازمة لعمل الجهاز على اكمل وجه		
DOCUMENTATION :		
Operating Manual (in original) soft and hard copies Service Manual (in original).soft and hard copies include Maintenance, Troubleshooting, Electronic boards schematics, parts list.		
TRAINING :		
On-site training of 4 x operators to departmental faculty and staff for optimum usage still satisfaction by specilist trainer		
INSPECTION :		
Inspection Authority: Biomedical Engineering Unit Shall inspect and test and where necessary reject the equipments after its arrival at the Hospital		
Installation :		
Installation, Testing, Commissioning & Handing-over including site preperation if needed		
warranty :		
Warranty: 3 years, on site comprehensive warranty (labour & spares covering all parts of the units and items supplied), from the date of issue of installation certificate by Biomedical Engineering Unit		
In case of agency removed from the agent or trasnferred to other company, the old agent should be responsible of all warranty Implications, such as service , spare parts ,,, etc		
TERMS AND CONDITIONS :		
The Supplied equipment should be complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified		
Country of origin should be clear in the offer		
Country of source should be clear in the offer		
Date of manufacturing should be clear in the offer		
Original catalogue and detailed scientific literature of the quoted model to be enclosed.		
Number of units installed in Palestine if any (a list of the same model with serial number and location).		
The offer will not be taken in consideration in case of incomplete compliance sheet or any conflict between the catalogue/data sheet submitted and the compliance sheet		
Regulatory approval/certification: Free sales certificate (FSC) or certificate for exportation of The Vendor should submit Agency Agreement, or Sole distribution agreement or Authorization letter for sale and maintenance from Manufacturer, and it should have trained Engineer on this Machine) appropriate, per the product's risk classification (e.g. Food and Drug Administration [FDA] and/or Conformité Européenne [CE]). National local regulatory approval (of recipient country, as applicable) should be submitted		



الشروط الخاصة

Special Terms and conditions for the Material list:

- 1- Prices should include delivery to the Hospital in Harmalah, Bethlehem.
- 2- Delivery period must not exceed three month since signing of tender agreement.
- 3- Items should be of good brand names.
- 4- The warranty should be at least one year for all Items except the following items should be three years and should be good brand name (Europe, USA, Japan):
 - a. Item NO. 204, thermoforming device complete
 - b. Item NO. 205: mobile socket router,
 - c. Item NO 206: 3D mobile camera ,
 - d. Item NO. 207: CAD Cam system.
 - e. Item NO. 208: vaccum speed press.
- 5- Samples of certain items might be requested.
- 6- Suppliers have to provide, with original documents, information of the items to be supplied, like source of the item, company, manufacturer and country.
- 7- The MMS have the right to oblige the supplier to replace the destroied items.

• على المناقصين تعيينة نماذج BID FORM الموجودة في الصفحات (125-129) وسيتم نشرها على موقع
مديرية اللوازم العامة/وزارة المالية (www.gs.pmoif.ps)



المخططات

وثائق العطاء هذه لا تتضمن مخططات



الفحوصات والتفتيش

سيتم إجراء الفحوصات والاختبارات التالية: **(لا ينطبق)**

قائمة الفحوصات والتفتيش		
الرقم	وصف ملخص لكل بند	اسم ووصف الفحص و/أو التفتيش




الجزء الثالث : العقد



القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

جدول المحتويات

104.....	1. التعريفات
104.....	2. وثائق العقد
105.....	3. ممارسات الفساد والاحتيال
105.....	4. التفسير
106.....	5. اللغة
106.....	6. ائلاف الشركات
106.....	7. مذكرة التبليغ
106.....	8. القانون الحاكم
106.....	9. حل النزاعات
107.....	10. نطاق التوريد
107.....	11. التسليم والوثائق
107.....	12. مسؤوليات المورد
107.....	13. قيمة العقد
107.....	14. شروط الدفع
107.....	15. الضرائب والرسوم
108.....	16. كفالة حسن التنفيذ
108.....	17. حقوق النشر
108.....	18. سرقة المعلومات
109.....	19. عقود الباطن



109.....	20. المواصفات والمقاييس
109.....	21. التغليف والوثائق
110.....	22. التأمين
110.....	23. الفحص والتفتيش
111.....	24. غرامات التأخير
111.....	25. الضمانة المصنوعية
111.....	26. التحصين من انتهاء براءات الاختراع
112.....	27. التغيير في القوانين والأنظمة
112.....	28. القوة القاهرة
113.....	29. أوامر التغيير وتعديل العقد
113.....	30. تمديد المدة
114.....	31. فسخ العقد
114.....	32. نقل الحقوق



1. التعريفات

1.1 يكون الكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القراءة على غير ذلك:

العقد: يعني اتفاقية العقد المبرمة بين الجهة المشترية والمورد، بالإضافة إلى وثائق العقد المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما فيها جميع المرفقات واللاحق وأية وثائق أخرى مشار إليها في الاتفاقية.

وثائق العقد: تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديلات.

قيمة العقد: تعني المبلغ الذي يدفع للمورد كما هو محدد في اتفاقية العقد والخاص بزيادة أو التخفيض أو التعديل وفقاً لشروط العقد.

اليوم: يعني اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك.

الإنجاز: يعني تنفيذ المورد للخدمات المتعلقة باللوازم بما يتوافق مع الشروط والبنود المدرجة في العقد.

اللوازم: تعني الأموال المنقولة أياً كان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، والأموال المنقولة تعني السلع والمواد الخام والآلات والمعدات وأو المواد الأخرى التي يجب على المورد تقديمها للجهة المشترية بموجب العقد.

الحكومة: تعني حكومة دولة فلسطين.

الجهة المشترية: تعني الجهة التي تقوم بشراء اللوازم بموجب العقد والمحددة في الشروط الخاصة للعقد.

الخدمات المتعلقة باللوازم: تعني الخدمات المرافقة لتوريد اللوازم، مثل التأمين والتركيب والتدريب والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المورد بموجب العقد.

متعاقد الباطن: تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من الاثنين، يقوم بالتعاقد مع المورد لتأمين جزء من اللوازم المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات المتعلقة.

المورد: يعني الشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة المشترية بتوريد اللوازم.

موقع المشروع: يعني المكان المذكور في الشروط الخاصة للعقد، إن كان ينطبق.

2. وثائق العقد

1.2 تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة، وتكون جميع الوثائق المكونة للعقد (وجميع أجزائها) مترابطة ومتكاملة ويفسر بعضها البعض وفق ترتيب الأسبقية المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.



3. ممارسات الفساد والاحتيال

1.3 تشترط الحكومة الامثل لسياستها فيما يتعلق بمارسات الفساد والاحتيال على النحو المبين في ملحق الشروط العامة للعقد.

4. التفسير

1.4 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.

2.4 شروط التجارة الدولية: INCOTERMS

أ. مالم يتعارض مع أي حكم من أحكام العقد، يكون معنى أي مصطلح تجارة، وحقوق والتزامات الأطراف بموجبه، على النحو الذي يحدده إنكوترمز.

ب. تحتكم المصطلحات CFR، CIP، DDP، EXW، FCA، CPT، والمصطلحات الأخرى المشاهدة، عندما تستخدم، إلى القواعد المقررة في الطبيعة الحالية من شروط التجارة الدولية المحددة في الشروط الخاصة للعقد والصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس - فرنسا.

3.4 كامل الاتفاقية:

يتكون العقد من كامل الاتفاقية بين الجهة المشترية والمورد، وبلغى جميع المراسلات والمقابلات والاتفاقيات التي تمت بين الطرفين قبل تاريخ العقد.

4.4 التعديل:

لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على العقد نافذا إلا إذا كان خطيا، ويحمل تاريخاً ويشير إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعاً من ممثل مفوض حسب الأصول من كلا الطرفين.

5.4 عدم التنازل:

أ. مع مراعاة الفقرة 5.4 (ب) من الشروط العامة للعقد، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تساهل أو تأخير أو ترث أو إهمال في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو منح الوقت، من قبل أي من الطرفين على أي من حقوق الطرف الآخر الواردة في العقد، وكذلك لا يمثل أي تنازل من كلا الطرفين عن أي خرق في العقد تنازلاً عن خرق لاحق أو خرق لاحقة للعقد.

ب. أي تنازل من قبل أي من الطرفين عن حقوق أو صلاحيات أو تعويضات بموجب العقد يجب أن يكون خطيا، ومؤرخا، وموقاً من قبل ممثل مفوض من الطرف المتنازل، كما يجب أن يحدد هذا التنازل الخطى الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.

6.4 تجزئة العقد

إذا ثبتت أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق، فإن هذا المنع أو البطلان أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من الأحكام والشروط الأخرى في العقد.



5. اللغة

1.5 يجب أن يكتب العقد وجميع المراسلات والوثائق المترتبة به والمترادفة بين الجهة المشترية والمورد باللغة المحددة في الشروط الخاصة للعقد، ويمكن أن تكون الوثائق المساعدة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من العقد بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق الأصل باللغة المحددة، وتعتمد الترجمة لغايات تفسير العقد.

2.5 على المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة للوثائق التي يقدمها.

6. ائتلاف الشركات

1.6 إذا كان المورد ائتلاف شركات أو اتحاد، يكون جميع أعضاء الائتلاف أو الاتحاد مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين، وعليهم أن يعينوا أحدهم كمفاوض له صلاحية إلزام الائتلاف أو الاتحاد، ولا يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي من ائتلاف الشراكة أو الاتحاد دون موافقة الجهة المشترية المسبقة على ذلك.

7. مذكرات التبليغ

1.7 يجب أن يكون أي تبليغ موجه من أحد الأطراف إلى الآخر في تنفيذ العقد خطياً ومرسلاً إلى العنوان المحدد في الشروط الخاصة للعقد، وـ"خطياً" تعني مكتوبًا مع إثبات بالاستلام.

2.7 تعتبر المذكورة نافذة من تاريخ استلامها أو من تاريخ سريانها، أيهما يأتي لاحقاً.

8. القانون الحاكم

1.8 يحتمل العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في دولة فلسطين إلا إذا نص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

9. حل النزاعات

1.9 على الجهة المشترية والمورد أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما يتعلق بالعقد ودياً عن طريق المفاوضات غير الرسمية وال مباشرة.

2.9 في حالة فشل الطرفان في التوصل إلى حل مرضي للنزاع بالتراضي بعد مرور 28 يوماً، يتم اللجوء إلى حل النزاعات حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم لدولة فلسطين، إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

3.9 بعض النظر عن الإشارة إلى التحكيم:

- (أ) يستمر الطرفان في تنفيذ واجبهم التعاقدية ما لم يتفقا على غير ذلك، و
- (ب) تدفع الجهة المشترية أية أموال مستحقة للمورد بموجب العقد.



10. نطاق التوريد

1.10 يجب أن تكون اللوازم مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات.

11. التسليم والوثائق

1.11 بمقتضى الفقرة 1.29 من الشروط العامة للعقد، يكون تسليم اللوازم وإنجاز تنفيذ الخدمات المتعلقة بها مطابقاً لجدول التسليم والتنفيذ المذكورة في جدول المتطلبات، ويجب أن يؤمن المورد تفاصيل الشحن وأية وثائق أخرى وفق ما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.

12. مسؤوليات المورد

1.12 يجب على المورد أن يقوم بتوريد كافة اللوازم الواردة في نطاق التوريد بما يتواافق مع الفقرة 10 من الشروط العامة للعقد، ووفق جداول التسليم والتنفيذ المحددة في الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد.

13. قيمة العقد

1.13 يجب ألا تختلف المبالغ التي يتلقاها المورد في العقد من الجهة المشترية مقابل اللوازم عن تلك المحددة من قبله في عطائه إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على مراجعة الأسعار.

14. شروط الدفع

1.14 يتم دفع قيمة العقد بما في ذلك الدفعات المقدمة (إذا كان ذلك ينطبق) كما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.

2.14 يجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية للجهة المشترية، مرفقة بالفاواتير التي تصف اللوازم التي تم توريدتها والخدمات المتعلقة بها التي تم تنفيذها، وبالوثائق الضرورية وفق الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد، وعند إتمام جميع الالتزامات المبرمة في العقد.


3.14 يجب أن تصرف الجهة المشترية الدفعات حسب متطلبات النظام المالي الفلسطيني وبعد تقديم كافة معززات الصرف حسب الأصول.

4.14 يتم صرف الدفعات المستحقة للمورد بموجب هذا العقد بالعملة أو العملات التي استخدمت في تقديم العطاء.

5.14 في حالة تأخرت الجهة المشترية عن الدفع للمورد ضمن الفترة المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد، تقوم الجهة المشترية بدفع فائدة للمورد عن قيمة الدفع أو الدفعات المتأخرة بموجب النسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد وعن الفترة الممتدة حتى إتمام الدفع.

15. الضرائب والرسوم

1.15 تشمل الأسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة فلسطين ما لم ينص الشروط العامة للعطاء على خلاف ذلك.



16. كفالة حسن التنفيذ

- إذا كانت كفالة حسن التنفيذ مطلوبة في الشروط الخاصة للعقد، فإن على المورد أن يسلم هذه الكفالة للجهة المشترية لمدة المحددة وبالقيمة المحددة في الشروط الخاصة للعقد خلال الفترة المنصوص عليها في كتاب التبليغ بإحالة العقد (خطاب الإحالات).
- يتم تسليم كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها لصالح الجهة المشترية كتعويض عن أي خسارة تنتج عن إخفاق المورد في الانتهاء من تنفيذ التزاماته بموجب العقد.
- يجب أن تكون كفالة حسن التنفيذ، إذا كانت مطلوبة، وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد، أو بأي شكل آخر تعتمده الجهة المشترية.
- تعيد الجهة المشترية إلى المورد كفالة حسن التنفيذ بعد مرور 28 يوماً على انتهاء المورد من تنفيذ جميع التزاماته بموجب العقد بما في ذلك أي التزامات تخص الضمانة المصنوعية للوازم أو كفالة الصيانة، إلا إذا نصت الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك.

17. حقوق النشر

- حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد الأخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها المورد إلى الجهة المشترية تبقى مسجلة باسم المورد، أما إذا تم تقديمها إلى الجهة المشترية من قبل طرف ثالث بما في ذلك موردو المواد إما مباشرة أو من خلال المورد تبقى حقوق النشر في هذه الحالة مسجلة باسم هذا الطرف الثالث.

18. سرية المعلومات

- لتلزم كل من الجهة المشترية والمورد بالسرية التامة، وبعدم الإفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد لأي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو بعد إنجازه أو فسخه، دون الحصول على الموافقة الخطية من الطرف الثاني، ويستثنى من هذا أية معلومات أو بيانات أو وثائق يحصل عليها المورد من الجهة المشترية ويحتاجها لتنفيذ جزءاً من العقد من خلال متعاقد بالباطن، وفي هذه الحالة يجب على المورد أن يحصل على التزام بالسرية من المتعاقد بالباطن مشابه لذلك الذي التزم به بموجب الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد.
- لا يحق للجهة المشترية أو المورد استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصلان عليها من الطرف الثاني لأي غرض لا يتعلق بالعقد المبرم بينهما.
- التزام الطرفين بالفقرة الفرعية 1.18 و 2.18 من الشروط العامة للعقد لا يسري على المعلومات التالية:
- إذا احتاجت الجهة المشترية أو المورد إطلاع أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه المعلومات؛
 - إذا دخلت هذه المعلومات في المجال العام لسبب خارج عن إرادة الطرف المعنى؛
- ت. إذا تمكن الطرف المعنى أن يثبت امتلاكه للمعلومات وقت كشفها وأنه لم يحصل عليها قبل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من الطرف الآخر؛ أو
- ث. إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بالتعهد بالسرية.



4.18 نصوص الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد المذكورة أعلاه لا تعدل بأي شكل من الأشكال أى تعهد بالسرية معطى من قبل أي من الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتوريدات أو أي جزء منها.

5.18 تبقى نصوص الفقرة 18 من الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد إنجاز العقد أو فسخه لاي سبب كان.

19. عقود الباطن

1.19 على المورد أن يعلم الجهة المشترية خطياً بجميع عقود الباطن المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محدداً مسبقاً في العطاء، ولا يعفي هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة لاحقة المورد من التزاماته أو واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.

2.19 يتلزم متعاقدو الباطن بنصوص الفقرة 3 من الشروط العامة للعقد.

20. المواصفات والمقاييس

1.20 المواصفات الفنية والمخططات

1. يجب أن تتطابق اللوازم الموردة بموجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في القسم السابع -جدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقاييس، فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ اللوازم أو لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أخرى ذات علاقة.

2. يحق للمورد أن يخلِّي مسؤوليته عن أي تصميم، أو بيانات، أو مخططات، أو مواصفات أو وثائق أو تعديلات مقدمة أو مصممة من قبل الجهة المشترية أو بنيابة عنها، على أن يسلم مذكرة بإخلاء المسئولية للجهة المشترية.

3. أينما تمت الإشارة في العقد إلى المقاييس والكودات التي يجب تنفيذ هذا العقد بناء عليها، فإن الإصدار أو النسخة المعدلة المعتمدة لهذه المقاييس والكودات هي تلك المحددة في جدول المتطلبات، ويجب أن يسبق تطبيق أي تعديل على هذه المقاييس والكودات موافقة الجهة المشترية، ويجب أن يتم التعامل معها بما يتناسب مع الفقرة 29 من الشروط العامة للعقد.

21. التغليف والوثائق

1.21 يجب على المورد أن يؤمن شحن اللوازم إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم إتلافها أو إلحاق أي ضرر بها، ويجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل كاف لتحمل التعامل الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية، والأملاح والأمطار والتخزين في أماكن مفتوحة، كما يجب أن يراعي حجم وزن صناديق التغليف بُعد الوجهة النهائية للوازم وغياب مرافق التعامل مع الحمولات الثقيلة في جميع مراحل النقل.

2.21 يجب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العلامات المناسبة والتوثيق داخل وخارج رزم الشحن مع المتطلبات الخاصة المنصوص عليها في العقد، أو أية متطلبات أخرى محددة في الشروط الخاصة للعقد، أو أي تعليمات أخرى صادرة عن الجهة المشترية.



22. التأمين

- 1.22 يجب التأمين على الموارم بموجب العقد ضد الضياع أو التلف الناتج عن التصنيع والتقل والتخزين والتسليم إلا إذا نص على غير ذلك في الشروط الخاصة للعقد.

23. الفحص والتفتيش

- 1.23 يجب على المورد أن يقوم وعلى نفقةه الخاصة بالفحوصات و/أو التفتيش اللازم على الموارم والخدمات المتعلقة بها والمحددة في الشروط الخاصة للعقد.

- 2.23 يمكن أن يتم الفحص والتفتيش في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقد معه المورد، أو عند التسليم و/أو عند صولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في فلسطين وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد، وفي حالة أجري الفحص في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقد معه المورد، فبمراجعة الفقرة الفرعية 3.23 من الشروط العامة للعقد على المورد توفير جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لفريق الفحص بما في ذلك المخططات وبيانات الإنتاج دون أن يشكل ذلك تكفة إضافية على الجهة المشترية.

- 3.23 يحق للجهة المشترية أو ممثل عنها حضور الفحص أو التفتيش بموجب الفقرة الفرعية 3.23 من الشروط العامة للعقد، شريطة أن تتحمل الجهة المشترية جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن حضوره، شاملًا على سبيل المثال لا الحصر تكاليف السفر والإقامة.

- 4.23 على المورد أن يعطي إخطاراً مسبقاً للجهة المشترية قبل إجرائه للفحص والاختبار، يعلميه فيه بالتاريخ والمكان الذي سيجري فيما، وعليه أن يحصل على أي تصريح أو موافقة لازمة من أي طرف ثالث ذي علاقة أو مصنوع لحضور الجهة المشترية أو ممثلها مثل هذا الفحص و/أو التفتيش.

- 5.23 يحق للجهة المشترية أن تطلب من المورد القيام بأي فحص و/أو تفتيش غير مدرج في العقد إذا وجدته ضروريًا للتأكد من أن خصائص وأداء هذه الموارم مطابق للمواصفات والكودات والمقاييس الفنية المبينة في العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المرتبطة على المورد لإجراء هذا الفحص و/أو التفتيش إلى قيمة العقد، وان يؤخذ بعين الاعتبار أي تأخير في تواريخ تسليم الموارم وتواتر إنجاز الخدمات ذات العلاقة والالتزامات الأخرى المتأثرة والذي يسببه هذا التفتيش و/أو الفحص في سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين للالتزاماتهم بموجب العقد.

- 6.23 على المورد أن يقدم تقريراً للجهة المشترية بنتائج جميع عمليات الفحص والتفتيش التي يتم إجراؤها.

- 7.23 يحق للجهة المشترية رفض الموارم أو أي جزء منها يثبت الفحص و/أو التفتيش عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المورد أن يقوم بإصلاح أو تبديل هذه الموارم المرفوضة أو إجراء التعديلات الازمة عليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقةه الخاصة، ويعيد إجراء الفحص و/أو التفتيش على نفقةه بعد إعطاء إشعار مسبق للجهة المشترية بحسب الفقرة الفرعية 4.23 من الشروط العامة للعقد.

- 8.23 إن إجراء أي فحص و/أو تفتيش وحضور الجهة المشترية أو ممثل عنها وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة الفرعية 6.23 من الشروط العامة للعقد، لا يعفي المورد من أي من الكفالات أو الالتزامات الأخرى المبينة في العقد.



24. غرامات التأخير

- 1.24 باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة 28 من الشروط العامة للعقد، فإنه في حالة أخفق المورد في تسليم جميع اللوازم المطلوبة، أو أي جزء منها، في موعد (مواعيد) التسليم المحددة في العقد، يحق للجهة المشترية دون إجحاف ببنود العقد الأخرى، خصم مبلغ من قيمة العقد كغرامات تأخير، مساوٍ للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من سعر اللوازم المتأخر تسليمها أو الخدمات غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي، وفي حالة الوصول إلى الحد الأعلى المحدد في الشروط الخاصة للعقد يحق للجهة المشترية فسخ العقد بموجب الفقرة 31 من الشروط العامة للعقد.

25. الضمانة المصنوعية

- 1.25 يضمن المورد بان تكون جميع اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة التحسينات في التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.
- 2.25 بمراعاة الفقرة 1.20 (ب) من الشروط العامة للعقد، فعلى المورد أن يضمن خلو اللوازم من أية عيوب ناتجة عن أي إغفال منه أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصنوعية، والتي قد تظهر تحت ظروف الاستخدام الطبيعية الموجودة في دولة فلسطين.
- 3.25 مالم تنص الشروط الخاصة للعقد على غير ذلك، يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان اللوازم أو أي جزء منها (12) شهراً من تاريخ التسليم والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في الشروط الخاصة للعقد.
- 4.25 على الجهة المشترية إبلاغ المورد حول أية عيوب تظهر في اللوازم وطبيعة هذه العيوب مرفقة بكل الدلائل الموجودة فور اكتشافها، وعلى الجهة المشترية إتاحة الفرصة المناسبة للمورد ليقوم بفحص هذه العيوب.
- 5.25 يقوم المورد بإصلاح أو تبديل هذه اللوازم أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على الجهة المشترية عند استلامه مثل هذا البلاغ، وذلك خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.
- 6.25 إذا أخفق المورد خلال الفترة المذكورة في الشروط الخاصة للعقد في إصلاح أو تبديل اللوازم يحق للجهة المشترية خلال فترة معقولة أن تأخذ أي إجراء إصلاحي تراه ضرورياً على نفقة ومسؤولية المورد ودون الإجحاف بأي من حقوق المورد الأخرى في العقد.

26. التحسين من انتهاء براءات الاختراع

- 1.26 على المورد، وبمراعاة التزام الجهة المشترية بالفقرة الفرعية 2.26 من الشروط العامة للعقد، أن يحصل وبرئ الجهة المشترية والموظفين والمسئولين الذين يعملون فيها من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات الإدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف، أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد تتعرض لها الجهة المشترية نتيجة انتهاءك أو اتهام بانتهائك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد بسبب ما يلي:
- أ. تركيب اللوازم من قبل المورد أو استخدامها في الدولة حيث يوجد الموقع؛ و
 - ب. بيع منتجات هذه اللوازم في أي دولة كانت.

دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط



05-03-2023



الادارة العامة للوازم العامة

دائرة العطاءات المركزية

هذا التحصين لا يغطي أي استخدام آخر لهذه اللوازم أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، ولا يغطي هذا التحصين أي انتهاء ينتج عن استخدام هذه اللوازم أو أي جزء منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم يوردها المورد بموجب العقد.

إذا اتخذت أية إجراءات أو قدمت أية دعاوى ضد الجهة المشترية بسبب أحد الأمور المشار إليها في الفقرة الفرعية 1.26 من الشروط العامة للعقد، فعلها بإبلاغ المورد بها على الفور، وعلى المورد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة وباسم الجهة المشترية بأية إجراءات أو دعاوى أو أية مفاوضات للتوصيل إلى تسوية مثل هذه الإجراءات أو الدعاوى.

إذا لم يبلغ المورد الجهة المشترية بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ التبليغ، فإن للجهة المشترية الحق أن تتخذ الإجراءات ذاتها بنفسها.

تعمل الجهة المشترية وبناء على طلب من المورد على توفير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه الإجراءات أو الدعاوى، على أن يتم تعويضها من قبل المورد عن أية تكاليف تنتج عن هذه المساعدة.

على الجهة المشترية أن تعوض وتبرئ المورد والموظفين والمسؤولين ومتعاقدى الباطن الذين يعملون في خدمته من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات الإدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المورد نتيجة انتهاءك أو اهتمام بنتهك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم، أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من قبل الجهة المشترية أو بالنيابة عنها.

27. التغيير في القوانين والأنظمة

إذا تغير أي من القوانين أو الأنظمة أو المراسيم أو الأنظمة الداخلية، أو تم تفعيل أو إلغاء أو تغيير أي من القوانين السارية في فلسطين خلال فترة ال (28) يوماً التي تسبق تاريخ تسليم العطاء (حيث يؤدي ذلك التغيير على تطبيق أو تفسير العقد من قبل الجهات المختصة) وبالتالي يؤثر على تاريخ التسليم وأو سعر العقد، فإن تاريخ التسليم وأو سعر العطاء سيعدل بالقدر الذي تأثر فيه أداء المورد والتزاماته فيما يخص العقد نتيجة هذا التغيير أو التفعيل أو الإلغاء، وعلى الرغم مما سبق لن يتم دفع أو احتساب هذه التكاليف الإضافية أو الخصم اذا تم أخذها مسبقا بالحسبان في اطار مراجعة الأسعار بموجب الفقرة 15 من الشروط العامة للعقد.

28. القوة القاهرة

لا يخضع المورد لمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو غرامات التأخير أو فسخ العقد نتيجة التقصير إذا كان تأخير الأداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن ظرف القوة القاهرة.

لأغراض هذه الفقرة فإن "القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، ولا يمكن تجنبها أو توقعها، وغير ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرفه، وقد تشمل هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر: قرارات تأخذها الجهة المشترية. ضمن صلاحياتها، الغرب والثورات، والحرائق، والفيضانات، والأوبئة، والخطر الصحي وحظر الشحن، والإجراءات التعسفية المفروضة من قبل الجانب الآخر على الاستيراد والتخلص على أن يتم تعزيز ذلك بالوثائق المرسلة.



3.28 على المورد أن يعلم الجهة المشترية خطياً فور حدوث ظرف القوة القاهرة وأسبابه، على أن يتبع أداء التزاماته في حدود ما يسمح به ظرف القوة القاهرة، أو أن يبحث عن بدائل أخرى لأداء هذه الالتزامات، إلا إذا طلبت منه الجهة المشترية خطياً غير ذلك.

29. أوامر التغيير وتعديل العقد

1.29 للجهة المشترية تعديل الكمية المطلوبة من كل بند سواء بالزيادة أو النقصان وفق النسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد وبذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمورد الحق في المطالبة باى تعويض عن ذلك.

2.29 للجهة المشترية في أي وقت، وفق الفقرة 7 من الشروط العامة للعقد، أن تطلب من المورد تغييراً ضمن النطاق العام للعقد، في واحد أو أكثر مما يلي:

أ. المخططات، والتصاميم، والمواصفات إذا كانت اللوازم التي سيتم توفيرها بموجب العقد مصنوعة خصيصاً للجهة المشترية؛

ب. طريقة التغليف والشحن؛

ث. مكان التسلیم؛

ثـ. الخدمات المتعلقة باللوازم والتي يجب أن يوفرها المورد.

3.29 إذا أدت أي من التغييرات الواردة في الفقرة الفرعية 2.29 أعلاه إلى فروق في التكلفة سواء بالزيادة أو بالنقصان، أو في الوقت المطلوب لتنفيذ المورد لأي من أحكام العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساوٍ على قيمة العقد، وجدال التسلیم والتنفيذ، ويجب على المورد أن يطالب بالتعديل بموجب هذه الفقرة خلال 28 يوماً من تاريخ تسلمه أمر التغيير من الجهة المشترية.

4.29 على الطرفين أن يتفقا مسبقاً على سعر أي من الخدمات المتعلقة بالعقد والتي قد يحتاجها المورد ولكن لم يتم ذكرها في العقد، على أن لا يتجاوز سعرها معدل الأسعار التي يطلبها المورد لقاء نفس الخدمات من أطراف أخرى.

5.29 لن تقبل أية تعديلات أو تغييرات على شروط العقد إلا إذا كانت خطية وموقعة من الطرفين.

30. تمديد المدة

1.30 إذا واجه المورد أو أي من متعاقدي الباطن لديه خلال فترة تنفيذ العقد ظروفًا تؤخر تسلیم اللوازم أو إنجاز الخدمات المتعلقة بها في الوقت المحدد بحسب الفقرة 11 من الشروط العامة للعقد، فيجب على المورد أن يعلم الجهة المشترية بها خطياً على الفور، مبيناً سببها ومدة استمرارها المحتملة، وعلى الجهة المشترية أن تقوم بتقييم الحالة فور استلامها للتبيّع، ولها أن تمدد مدة التوريد المقطعة للمورد لإنتمام مهمته، وفي هذه الحالة يقوم الطرفان بالتصادقة على التمديد من خلال التعديل على العقد.

2.30 باستثناء حالة ظرف القوة القاهرة الواردة في الفقرة 28 من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخير في الأداء والتسلیم وأداء الالتزامات تضع المورد تحت طائلة فرض غرامات التأخير بحسب الفقرة 24 من الشروط العامة للعقد، إلا إذا تم الاتفاق على تمديد مدة التوريد بحسب الفقرة الفرعية 1.30 من الشروط العامة للعقد.

دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط



05-03-2023

الادارة العامة لللوازم العامة
دائرة العطاءات المركزية

31. فسخ العقد

1.31 فسخ العقد بسبب التقصير

أ. للجهة المشترية ومن خلال إشعار خطى بالتصدير أن تفسخ العقد أو جزء منه مع المورد، دون الإخلال بأية حقوق أخرى للجهة المشترية نتاج عن خرق المورد لشروط العقد:

1. إذا أخفق المورد في تسليم أي من أو كل اللوازم خلال الفترة المحددة في العقد، أو خلال فترة التمديد التي تعطها الجهة المشترية وفق الفقرة 30 من الشروط العامة للعقد،
2. إذا أخفق المورد في أداء أي من المهام الأخرى الموكلة إليه بموجب العقد،
3. إذا تورط المورد، وحسب رأي الجهة المشترية خلال تنافسه على العقد أو في فترة تنفيذه، في أي من ممارسات الاحتيال أو الفساد المعرفة في الفقرة 3 من الشروط العامة للعقد.

ب. إذا قامت الجهة المشترية بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة 1.31 (أ) من الشروط العامة للعقد، فإن لها أن تستكمل عملية توريد اللوازم التي لم تسلم بالطريقة التي تراها مناسبة، وعلى المورد تحمل أية زيادة في تكلفة توريد اللوازم المنفق عليها، ولكن على المورد الاستمرار في تنفيذ الجزء الذي لم يتم فسخه من العقد.

2.31 فسخ العقد بسبب الإفلاس

للجهة المشترية ومن خلال إشعار خطى أن تفسخ العقد مع المورد في أي وقت إذا ما أفلس المورد أو أُعسر، وفي هذه الحالة يتم فسخ العقد دون دفع أية تعويضات للمورد، ولا يؤثر هذا الفسخ على أي حق في عمل أو إصلاح ضرر حدث أو يمكن أن يحدث لاحقاً للجهة المشترية.

3.31 فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة

أ. للجهة المشترية الحق بفسخ العقد أو أي جزء منه في أي وقت لدواعي المصلحة العامة من خلال إشعار خطى للمورد، ويجب أن يوضح الإشعار أن الفسخ يتم لدواعي المصلحة العامة، ويحدد البنود التي تم إلغاؤها والتاريخ الذي يصبح فيه فسخ العقد نافذاً.

ب. يجب أن تقبل الجهة المشترية اللوازم التي ستكون جاهزة للشحن خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد من تاريخ الإشعار بفسخ العقد، وفق شروط وأسعار العقد، أما بالنسبة لبقية اللوازم فإن للجهة المشترية الاختيار بين:

1. أن يتم توريد أي جزء منها وتسليمه وفق شروط وأسعار العقد، و/أو
2. إلغاء ما تبقى منها ودفع مبلغ متفق عليه للمورد لقاء اللوازم التي تم إنجازها جزئياً والم المواد والقطع التي تم شراؤها من قبل المورد، وعلى الجهة المشترية في هذه الحالة أن تقوم بتسديد الدفعات المستحقة للمورد مقابل اللوازم المستلمة والمقبولة حسب شروط وأسعار العقد بالإضافة إلى المبلغ المتفق عليه بموجب هذه الفقرة.

32. نقل الحقوق

لا يحق للجهة المشترية أو المورد التنازل عن التزامهما المبرمة في هذا العقد كلياً أو جزئياً إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.



ملحق الشروط العامة للعقد: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد والاحتيال

1.6 تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد والاحتيال أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون، والموردون، والمقاولون، ووكالاتهم (سواء تم الإفصاح عنهم أم لم يتم)، والمقاولون من الباطن، والمستشارون من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير الأخلاق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات والعقود المولدة من المال العام والمداررة من قبل الحكومة.¹⁰ ووفق هذه السياسة:

أ. تعرف الممارسات المبينة أدناه على النحو التالي:

1. "ممارسة الفساد": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- لأي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير لائقة على تصرفات طرف آخر.¹¹
2. "ممارسة الاحتيال": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل، أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام.¹²
3. "ممارسة التواطؤ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير لائق، بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير لائقة إزاء طرف آخر.¹³
4. "ممارسة الإكراه/الإجبار": إضعاف أو إلحاقضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاقضرر - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير لائقة إزاء طرف ما.¹⁴
5. "ممارسة العرقلة":

أ. الإتلاف المعمد، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتيال، أو إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالسائل ذات الصلة بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق، أو

ب. القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة الحسابية والتدقيق المنصوص عليها في الفقرة 1.6 (ث) أدناه.



ب. سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيّن أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكلائه، أو مستشاريه من الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، وأو موظفهم، قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالانخراط في الفساد أو الاحتيال، أو التواطؤ أو الإكراه، أو ممارسات العرقلة في التنافس حول المناقصة موضوع النقاش؛

¹⁰ في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحبة يعد عملاً غير لائق.

¹¹ للأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "طرف آخر" يشير إلى موظف قطاع عام يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي هذا السياق، فإن مصطلح "موظف قطاع عام" يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات الأخرى، ومن يخونون أو يقومون بمراجعة قرارات الشراء.

¹² للأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى موظف قطاع عام؛ كما أن مصطلح "الميزة" و "الالتزام" هما متصلان بعملية الشراء، أو تنفيذ العقد؛ وأن "عمل أو الامتناع عن القيام بهذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

¹³ للأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الأطراف" يشير إلى المشاركين في عملية الشراء، (موظفي القطاع العام)، ومن يحاولون إما بأنفسهم ، أو من خلال شخص، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو الاختيار، تشريف (تقدير) جانب المنافسة، أو تحديد أسعار العطاءات عند مستويات مصطنعة وغير تنايسية، أو من هم مطلعون على قيمة العطاءات المقدمية من كل منهم أو غير ذلك من الظروف الأخرى.

¹⁴ للأغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح "الطرف" يشير إلى أحد المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد.

ت. سيعتبر معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عملاً بإجراءات العقوبات المعمول بها من جانب الحكومة، بما في ذلك الإعلان العام أن مثل تلك الشركة أو الشخص هم غير ذي أهلية، إنما إلى أجل غير مسمى، أو لفترة مُعينة من الزمن، للحصول على أي عقد ممول من المال العام.

ث. يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكلاً لهم وموظفيهم ومستشارتهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو الحكومة أو المحكمة أو ديوان الرقابة المالية والإدارية بفحص جميع الحسابات، والسجلات، والوثائق الأخرى المتعلقة بتقديم العطاءات، وتدقيق هذه الجسابات والسجلات من قبل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة.




القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد

تعمل الشروط الخاصة للعقد التالية على إكمال و/أو تعديل الشروط العامة للعقد. في حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص المدرجة في الشروط الخاصة للعقد.

الجهة المشترية: مديرية الخدمات الطبية العسكرية.	الشروط العامة للعقد 1.1
موقع المشروع/ المكان النهائي: مستشفى فلسطين-حرملة-بيت لحم.	الشروط العامة للعقد 1.1
طبعة Incoterms التي تنطبق على العقد هي: 2010	الشروط العامة للعقد 4.2 (ب)
اللغة المعتمدة: العربية.	الشروط العامة للعقد 1.5
لإرسال الإشعارات، عنوان الجهة المشترية هو: إلى: مديرية الخدمات الطبية العسكرية / رام الله عنوان الشارع: رقم الطابق: الطابق 3 المدينة: رام الله الدولة: فلسطين الهاتف: 02 - 2422991 الفاكس: 02 - 2404575 البريد الإلكتروني: MH27M@YAHOO.COM رقم الموبايل: 0599803149	الشروط العامة للعقد 1.7
يحتمل العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في فلسطين.	الشروط العامة للعقد 1.8
إجراءات التحكيم التي تنطبق وفقاً للفقرة 2.9 من الشروط العامة للعقد تم بموجب: قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 وتعديلاته ونظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014 وتعديلاته.	الشروط العامة للعقد 2.9
تفاصيل الشحن والمستندات التي يجب أن يقدمها المورد: شهادة المنشأ: المستندات المرفقة أعلاه يجب أن تسلم إلى الجهة المشترية قبل وصول اللوازم، وإذا لم يتم استلامها يتحمل المورد أية تكاليف ناتجة عن ذلك.	الشروط العامة للعقد 1.11
أسعار اللوازم والخدمات المشمولة في العقد ستكون غير خاضعة للمراجعة.	الشروط العامة للعقد 1.13
سيتم صرف الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقد طبقاً للشروط والمعززات الواردة في العقد حسب متطلبات النظام المالي الفلسطيني وبعد تقديم كافة معززات الصرف حسب الأصول.	الشروط العامة للعقد 1.14

نسبة الفائدة التي تطبق هي: 6%.	فترة التأخير في الدفع التي تقوم الجهة المشترية بعدها بدفع فائدة للمورد تكون حسب متطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة وبعد استيفاء كافة معززات الصرف.	الشروط العامة للعقد 5.14
كفالات حسن التنفيذ الزامية. قيمة كفالة حسن التنفيذ ستكون 10% من قيمة الإحالة. كفالات ضمان الصناعية ستكون 15% من قيمة اللوازم المحالة. كفالات صيانة ستكون 5% من قيمة الأجهزة المحالة.		الشروط العامة للعقد 1.16
تكون كفالة حسن التنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق. تكون كفالة سوء الصناعية على شكل تعهد عدل. تكون كفالة الصيانة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق.		الشروط العامة للعقد 3.16
تسترد كفالة حسن التنفيذ بعد الإنتهاء من التوريد وبيكتاب خطى من المستودعات المركزية ، يمكن أن تخفض قيمة الكفالة بعد استلام اللوازم وقبولها من قبل الجهة المشترية إلى نسبة 5% من قيمة العقد لحين انتهاء فترة الصيانة أو الضمان.		الشروط العامة للعقد 4.16
التغليف ووضع العلامات المناسبة والتوثيق على المغلفات سيكون: حسب الأصول		الشروط العامة للعقد 2.21
التأمين على اللوازم سيكون بموجب الـ Incoterms 2010.		الشروط العامة للعقد 1.22
الفحص والاختبارات: (لا ينطبق)		الشروط العامة للعقد 1.23
سيقام الفحص والاختبارات في : (لا ينطبق)		الشروط العامة للعقد 2.23
غرامات التأخير ستكون: 0.001 عن كل يوم تأخير.		الشروط العامة للعقد 1.25
الحد الأعلى لمبلغ غرامات التأخير: 10% من قيمة الإحالة.		الشروط العامة للعقد 1.24
فترة صلاحية الضمانة الصناعية للوازم: (سنة ميلادية واحدة).		الشروط العامة للعقد 3.25
فترة الإصلاح أو التبديل ستكون 14 يوماً من اعلام المورد بالمشكلة.		الشروط العامة للعقد 5.25
نسبة الزيادة أو النقصان في الكمية المطلوبة من كل بند، دون تعديل سعر الوحدة، يكون: .625		الشروط العامة للعقد 1.29
الفترة من تاريخ الإشعار بفسخ العقد التي يجب أن تكون اللوازم جاهزة للشحن خلالها هي: 7 أيام.		الشروط العامة للعقد 3.31- ب



القسم العاشر: نماذج العقد

جدول النماذج

120.....	نموذج خطاب الإحالة (خطاب قبول العطاء)
121.....	نموذج اتفاقية العقد
122.....	نموذج كفالة حسن التنفيذ
123.....	كفالة بنكية للدفعية المقدمة
123.....	كفالة صيانة
123.....	BID FORM



نموذج خطاب الإحالـة (خطاب قبول العطاء)

التاريخ: -----
 إلى: -----
 اسم ورقم العقد: -----
 المسادة: -----

نود إعلامكم بأن عطاءكم المؤرخ في ----- كما هو مبين في الشروط الخاصة
 للعقد، وبمبلغ ----- وفق التعليمات للمناقصين، قد تم قبوله من قبلنا.
 وبناء على هذا فإنه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق نموذج كفالة حسن التنفيذ المدرج ضمن وثائق المناقصة /
 القسم العاشر "نماذج العقد" وتوقيع العقد بموجب الشروط الخاصة للعقد، وذلك خلال ----- يوماً من استلامكم
 لهذا الخطاب.

توقيع الشخص المفوض: -----
 الاسم: -----
 الوظيفة: -----
 اسم الجهة المشترية: -----



نموذج اتفاقية العقد

أبرم هذا العقد في هذا اليوم الموافق

بين

، ومقرها الرئيسي

و

شركة منشأة بحسب قوانين دولة فلسطين ومقرها

حيث أن الجهة المشترية قامت بطرح مناقصة لتوりيد، وقبلت العطاء الذي قدمه المورد لتوفير هذه اللوازم مقابل دولار.

فقد اتفقت الجهة المشترية والمورد على ما يلي:

1- يكون للكلامات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية ذات المعانى المحددة لها في شروط العقد المشار إليها فيما بعد.

2- تعتبر الوثائق التالية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتتم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:

أ. خطاب الإحاله.

ب. خطاب العطاء.

ت. الملحق رقم [ادخل رقم/أرقام الملحق] (أن وجدت).

ث. الشروط الخاصة للعقد.

ج. الشروط العامة للعقد.

ح. المتطلبات الفنية (بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية).

خ. جداول الأسعار الأصلية.

3- أية وثائق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على أنها جزء من وثائق العقد.

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد الأخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق بحسب ترتيب الأسبقية أعلاه.

إذا قيام الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقة للمورد وفقاً للشروط، يتعهد المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لأحكام العقد.

إذا قيام المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصلاح أية عيوب فيها، تتعهد الجهة المشترية بأن تدفع للمورد قيمة العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في الموعيد وبالطريقة المحددة في العقد.

تعهد الأطراف التي قامت بعقد هذه الاتفاقية بتنفيذها وفقاً لقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

عن المورد

عن الجهة المشترية

التوقيع: _____

الاسم: _____

الاسم: _____

الوظيفة: _____

الوظيفة: _____

شهد على ذلك: _____

شهد على ذلك: _____



نموذج كفالة حسن التنفيذ

المستفيد:

التاريخ:

اسم ورقم المناقصة:

كفالة حسن تنفيذ رقم:

اسم وعنوان البنك:

حيث أن قد تقدم بعطاء للمناقصة، وحيث أتنا
علمنا بأن العقد قد أحيل عليه، وأن كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.

وبناء على طلب من المورد، نحن نلتزم التزاماً لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز مجملها مبلغ، فور تسلمنا منكم أول طلب خطى يفيد بأن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة لتقديم أي تبرير من قبل الجهة المشترية.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة¹⁵ وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن تستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

تخضع هذه الكفالة لقوانين وتعليمات طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين

توقيع الممثل/ المفوض من البنك:



¹⁵ التواريف المحددة وفقاً الفقرة 4.16 من الشروط العامة للعقد، مع الأخذ بالاعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل المورد وفقاً الفقرة 2.16 من الشروط العامة للعقد المطلوب توفيرها بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تجديد مدة انتهاء العقد، يستثنى
إلى طلب تمديد سريان الكفالة من البنك. ويجب أن يكون هذا الطلب خطياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في هذه الكفالة. خلال هذه
الكفالة، قد ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرة
واحدة ولفترات لا تتعدي/أدخل المدة/ مثلاً/ستة أشهر، سنة واحدة، استجابة لطلب الجهة المشترية الخطى لمثل هذا التمديد، على أن يقتضي مثل
هذا الطلب إلى البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة".

كفالات بنكية للدفعات المقدمة

المستفيد:

التاريخ:

اسم ورقم المانعنة:

كفالات دفعات مقدمة رقم:

اسم وعنوان البنك:

حيث أن قد دخل في عقد رقم مع الجهة المشترية

وببناء على طلب المورد، نحن نلتزم التزاماً لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ ١٦ فور تسلمنا منكم أول طلب خطياً ينص على أن المورد قد أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة إلى تقديم أي تبرير من قبل الجهة المشترية، وأن يتم الإشارة إلى أن المورد:


أ. قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة لأغراض أخرى غير توريد اللوازم؛ أو
ب. قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدماً بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم الطلب في سداده.

يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعية بموجب هذه الكفالة ضرورة أن يكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة مسبقاً.

تسري صلاحية هذه الكفالة من تاريخ استلام المورد للدفعات المقدمة بموجب العقد.

سيتم تخفيض الحد الأقصى لمبلغ الكفالة البنكية هنا تدريجياً، بمقدار المبلغ المعاد دفعه، والذي قام المورد بتسديده على النحو المحدد في نسخ شهادات الدفع التي سيتم تقديمها إلينا، وسينتهي العمل بهذه الكفالة البنكية، وعلى أبعد تقدير عند استلامنا لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين (90) في المائة من قيمة العقد، ناقصاً المبالغ الاحتياطية، قد تمت المصادقة عليها لغرض الدفع، أو في تاريخ أحهما أسبق، وأي مطالبة بالدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يتم استلامها من قبلنا، في المكتب المشار إليه أعلاه في أو قبل ذلك التاريخ

تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفالات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.



^{١٦}ابحث البنك مبلغًا يمثل قيمة الدفعة المقدمة

^{١٧}أدخل التاريخ المثبت في جدول التسليم في العقد. على الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج الجهة المشترية إلى طلب تمديد لهذه الكفالة من البنك. يجب أن يكون هذا الطلب خطياً وقبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الكفالة خلال إعداد هذه الكفالة، قد ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل الأخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرة واحدة ولفترات لا تتعدى [ستة أشهر] [سنة واحدة]، بناء على طلب الجهة المشترية الخطى لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة".

نموذج كفالة الصيانة

(ترويسة البنك)

نوع الكفالة: كفالة صيانة

رقم الكفالة:

التاريخ:

السادة / المحترمين

تحية طيبة وبعد،

يُكفل بنك _____ ، فرع _____ ، السادة شركة _____

بمبلغ وقدره _____ (القيمة بالكلمات) يوم () ، لمدة ()


تبدأ من تاريخ / / ولغاية / / (تاريخ الاستحقاق بالكلمات).

وذلك لغرض ضمان الصيانة للمناقصة (اسم ورقم المناقصة).

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثلين القانونيين عند أول مطالبة خطية ترددنا من طرفكم تفيد بأن المكفول قد أخفق بتنفيذ التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكفول على أن تكون هذه المطالبة خلال فترة سريان الكفالة، وبخلاف ذلك سوف لن يتم النظر في مطالبتكم وتصبح الكفالة لاغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء الغرض منها. وتكون هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية.

"هذه الكفالة غير مشروطة ، وغير قابلة للنقض أو التحويل ، وغير قابلة للإلغاء خلال فترة سريانها ، وتدفع عند أول طلب خطى منكم رغم معارضة المكفول".

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام




[توقيع (توسيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين) من البنك.]

BID FORM


رقم البند	اسم البند	سعر البند (دولار)
1	SACH foot with toes , L24	
2	SACH foot with toes , R24	
3	SACH foot with toes , L 25	
4	SACH foot with toes , R25	
5	SACH foot with toes , L 26	
6	SACH foot with toes , R 26	
7	SACH foot with toes , L27	
8	SACH foot with toes , R27	
9	SACH foot with toes , L28	
10	SACH foot with toes , R28	
11	SACH foot with toes , L29	
12	SACH foot with toes , R29	
13	Single axis foot with toes, R24	
14	Single axis foot with toes, L 24	
15	Single axis foot with toes, R25	
16	Single axis foot with toes, L25	
17	Single axis foot with toes, R26	
18	Single axis foot with toes, L26	
19	Single axis foot with toes, R27	
20	Single axis foot with toes, L27	
21	Single axis foot with toes, R28	
22	Single axis foot with toes, L28	
23	Dynamic foot R25	
24	Dynamic foot L25	
25	Dynamic foot R26	
26	Dynamic foot L26	
27	Dynamic foot R27	
28	Dynamic foot L27	
29	Sach Foot Adapter complete with screw, (stainless stail)	
30	Single Axies foot Adapter, size 22-25 cm (stainless stail)	
31	Single Axies foot Adapter, size 26-30 cm (stainless stail)	
32	Connection plate	
33	Connection cap	
34	Tube clamp adapter, (stainless stail)	
35	Tube adapter (stainless stail)	
36	Tube clamp adapter, Movable , (stainless stail)	
37	Tube clamp adapter, with pyramid head, (stainless steel)	
38	Double adapter, stainless stail, Height, 70mm	
39	Double adapter, stainless stail, Height, 80 mm	
40	Double adapter, Double Pyramid head, stainless stail, Height 32mm	
41	Socket adapter with pyramid reciver, stainless stail	
42	Socket adapter with pyramid reciver, rotatable, stainless stail	




	Lamination anchor with pyramid adapter, (four short legs)	43
	Lamination anchor with pyramid receiver, rotatable, stainless steel	44
	Lamination anchor with pyramid adapter, rotatable	45
	Modular single Axies hip joint with internal extention assist, stainless steel	46
	Modular single axies Knee joint with lock and extention assist stainless steel	47
	Modular single axies Knee joint with lock and extention assist and protective sleeve, S.S stainless steel	48
	Modular Polysentric Knee joint (HABERMANN with integrated extention assist) S.S	49
	Modular Polysentric Knee joint with Hydraulic swing phase control, S.S	50
	Modular Polysentric Knee joint for knee disarticulation with Hydraulic swing phase control, S.S	51
	Rotation adapter	52
	Shuttle Lock with pyramid adapter for BK, S.S	53
	Shuttle Lock with adjustment screw for AK, S.S	54
	Shuttle Lanyard system lock complete set	55
	Foam cover, R36 cm	56
	Foam cover, L36cm	57
	Foam cover, R40 cm	58
	Foam cover, L40 cm	59
	Foam cover, R44 cm	60
	Foam cover , L44 cm	61
	Foam cover BK (block)	62
	Nylon cosmetic stockings , skin color AK	63
	Nylon cosmetic stockings , skin color BK	64
	Valve set suspension system complete with tube	65
	Silicon liner for AK with distell connector thickness 3 mm , size :320 mm, 340m , 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 450mm, 500mm, 550mm.	66
	Silicon gel liner for BK with distell connector thickness 3 mm , size :200 mm, 220m , 235mm, 250mm, 265mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm.	67
	Silicon liner for AK with distell connector thickness (5 – 6) mm , size : , 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 420mm, 450mm, 500mm, 550mm.	68
	Silicon gel liner for BK with distell connector thickness (5 – 6) mm , size :200 mm, 220m , 235mm, 250mm, 265mm, 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400mm.	69
	Cotton residual limb sock , size 20	70
	Cotton residual limb sock , size 30	71
	Cotton residual limb sock , size 40	72
	Cotton residual limb sock , size 50	73
	Cotton residual limb sock , size 60	74
	Residual limb wall sock , size 20	75
	Residual limb wall sock , size 25	76
	Residual limb wall sock , size 35	77
	Residual limb wall sock , size 40	78
	Plaster of paris size 10 cm	
	Plaster of paris size 15 cm	
	Plaster of paris size 20 cm	
	Elastic bandage skin color size 10	



Elastic bandage skin color size e12	83
Pedilen impression foam , foot area 305 * 140mm	84
Elastic Knee belt, different sizes (small, medium, large)	85
Orthocryl Lamination Resin 80 : 20, 4.6 kg	86
Orthocryl sealing Resin	87
Hardener for pedilen	88
Pedilen foam	89
Hardener powder 0.15 for lamination resin 80:20	90
Perlon stockinette 6, white	91
Perlon stockinette 8, white	92
Perlon stockinette 10, white	93
Perlon stockinette 12, white	94
Perlon stockinette 15, white	95
Perlon stockinette 20, white	96
Perlon stockinette 25, white	97
Perlon stockinette 30, white	98
Fiberglass stockinette 6	99
Fiberglass stockinette 8	100
Fiberglass stockinette 10	101
Fiberglass stockinette 15	102
Fiberglass stockinette 20	103
Fiberglass stockinette 25	104
Carbon ud stockinette, 20*5, size 10 cm	105
Carbon ud stockinette, 20*5, size 10 cm	106
PVA bag size 4"(set of 10)	107
PVA bag size 10"(set of 10)	108
PVA bag size 12"(set of 10)	109
PVA bag size 14"(set of 10)	110
PVA bag size 16"(set of 10)	111
PVA bag size 18"(set of 10)	112
Carbon - fiber cloth , black , 1*2 m	113
Plaster of paris (25 kg)	114
Color for lamination resin), skin color 1 kg	115
Long Leg brace (swiss lock) , complete components, S.S, R 20	116
Long Leg brace (swiss lock) , complete components, S.S, L20	117
Long Leg brace (ring lock) , complete components, S.S, R 20	118
Long Leg brace (ring lock) , complete components, S.S, L 20	119
Short Leg brace free motions , complete components, S.S, R 20	120
Short Leg brace free motions , complete components, S.S, L 20	121
short Leg brace with spring , complete components, S.S, R 20	122
short Leg brace with spring , complete components, S.S,L 20	123
Polyethylene skin color 3 mm	124
Polyethylene skin color 4 mm	
Polyethylene skin color 5 mm	
Polyethylene soft (flexible) 3 mm	127
Polyethylene white 3 mm	05-03-2023



	Polyethylene white 4 mm	129
	Polyethylene white 5 mm	130
	Polyethylene white 7 mm	131
	Plastazote 2mm, skin color	132
	Plastazote 3mm, skin color	133
	Plastazote 4mm, skin color	134
	Natural lather, thickness 3mm	135
	Natural lather, thickness 1.5mm	136
	Adhesive spray for cloth	137
	Thermolyn rigid for fabrication test socket (400*400) mm, thickness 18 mm	138
	Dennis browne brace	139
	Open shoes for dennis browne, size 13-20	140
	Open shoes for dennis browne, size 21-30	141
	Cotton stockinette 6	142
	Cotton stockinette 8	143
	Cotton stockinette 10	144
	Cotton stockinette 12	145
	Cotton stockinette 15	146
	Cotton stockinette 20	147
	Dur aluminum sheet metal 2	148
	Dur aluminum sheet metal 3	149
	Elastic webbing 50mm	150
	Elastic webbing 25mm	151
	Elastogrip closure (elastic hook and loop closure)white 30 mm , width 25 m	152
	Loop strip self adhesive , 25 mm, roll 25 m	153
	Loop strip self adhesive , 25 mm, roll 50 m	154
	hook strip self adhesive , 25 mm, roll 25 m	155
	hook strip self adhesive , 25 mm, roll 50 m	156
	Hook and loop closure strip 25mm , roll 25m	157
	Hook and loop closure strip 25mm , roll 50m	158
	Thermal paper for coloring polypropylene 100m, different colors.	159
	Measuring (scale) cubs volume 400 cm3	160
	Lock control unit	161
	BE – Lite Tepfoam 2 mm	162
	BE – Lite Tepfoam 3 mm	163
	BE – Lite Tepfoam 4 mm	164
	BE – Lite Tepfoam 5 mm	165
	BE – Lite Tepfoam 6 mm	166
	BE – Lite Tepfoam 7 mm	167
	Angled tube clamp adapter 10 tilt	168
	orfit (splinting), thickness 3 mm	169
	orfit (splinting), thickness 4 mm	170
	orfit (splinting), thickness 5 mm	
	rubber arch support size 36	
	rubber arch support size 38	
	rubber arch support size 40	



	rubber arch support size 42	175
	rubber arch support size 44	176
	rubber arch support size 46	177
	Foot arch support ready made (size 20 – 32) pair qunt 20 for each pair	178
	AFO flexible antistroop full foot right (small, medium, large), 5 for each size.	179
	AFO flexible antistroop full foot lift (small, medium, large), 5 for each size.	180
	Abduction splint (Jordan brace) (small, medium, large) three for each size.	181
	Hipe support R, (small, medium, large), 5 for each size.	182
	Ankle sport right (small, medium, large), 5 for each size.	183
	Wrist support (WHO), right.	184
	Wrist support (WHO), left.	185
	Elbow support, right.	186
	Elbow support, left.	187
	Shoulder support, right.	188
	Shoulder support, left.	189
	Hip support L, (small, medium, large) five for each size.	190
	Ankle support L, (small, medium, large) five for each size.	191
	pvc	192
	Tamarak joint,(small, medium,large)	193
	Silicon heel pads	194
	Silicon foot insoule (full foot)	195
	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 3 mm, nonperforated.	196
	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 4 mm, nonperforated.	197
	Plastazote heat adhesive for thermoplastic 6 mm, nonperforated.	198
	Copian drawing pencile.	199
	Glue 1 kg.	200
	Prosthetic knee joint 3R80	201
	Carbon fiber foot, size: 27 right.	202
	Carbon fiber foot, size: 27 left.	203
	Thermoforming device complete with protherme kit (including: decanting kit, support column, control pedal).	204
	Mobile socket router	205
	3d mobile camera (structure sensor)	206
	CAD Cam system	207
	Vaccum speed press.	208
	Hook – loop clouser with plastic loop and clip 50 mm, caucasion color.	209
	Hook – loop clouser with plastic loop and clip 25 mm, caucasion color.	210

