



التاريخ: / / 2023

تنويه صادر عن اللوازم العامة بخصوص
مناقصة رقم (MMSD-GSD/MOF/2023/57)

شراء وتوريد وتركيب أجهزة طبية لصالح وحدات الرعاية الصحية الأولية ومصنع الأطراف الصناعية
لصالح مديرية الخدمات الطبية العسكرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى العلم أنه وبناءً على طلب الجهة المستفيدة فإن الأعمال المدنية والكهربائية اللازمة لكل عيادة كما هو موضح أدناه:

1. عيادة جنين:

- تكون تمديدات الكهرباء هوائياً (مد كابل 3 * 50 + 16*1 ملم) من الغرفة الرئيسية قاطع 100 A إلى المنهل الأرضي ويتم ادخاله من الحائط الخاص بغرفة جهاز الأشعة وعمل جميع الأعمال المدنية والكهربائية اللازمة كما ما هو موضح في وثيقة المناقصة.
- عمل جبصين على كامل الغرفة .
- ليس بحاجة إلى تغيير For Sealing فقط تغيير Spots.
- Ground PVC
- Led glass 40 *60 or 60*60

2. عيادة الخليل:

- اغلاق جميع الشبابتك + المنور طوب مليون.
- ترصيص أربع جهات .
- نقل باب الغرفة الحالي shifting door .
- تمديد الكهرباء من اللوحة الرئيسية تقريباً طول 50 م وعمل جميع الأعمال الكهربائية والانشائية اللازمة.
- Ground PVC
- عمل FOR Sealing + Spots
- Led glass 40 *60 or 60*60

*Please price Separately Dicom Viewer (3 work stations at least)

وعليه اقتضى التنويه.

ويعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة وسيتم اعتماده عند تقييم المناقصة.



المكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة
رئيس لجنة العطاءات المركزية