



التاريخ: 2023/7/5

تنويه صادر عن مديرية اللوازم العامة بخصوص مناقصة رقم (MOH-GSD/IOM/2023/117)
شراء وتوريد وتركيب أجهزة طبية لصالح وزارة الصحة

- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم أنه بناء على استفسار بعض الشركات تقرر مايلي:
- تعديل مواصفة Tidal Volume خاصة بالبند رقم 7 (Neonate ICU Mechanical Ventilator) لتصبح up to 350 ml بدلاً من up to 2-1500mL.
 - تأجيل موعد استلام وفتح المناقصة المذكورة ليصبح يوم الإثنين الموافق 2023/7/10 الساعة 11:30 صباحاً بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/7/5.

وعليه اقتضى التنويه.
ويعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزء من وثائق المناقصات أعلاه.

دولة فلسطين
وزارة المالية
مكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة
رئيس إعطاءات المركزية
الإدارة العامة للوازم العامة

20
7
5/2023

Signature