



التاريخ: ٩/١٢/٢٠٢٣

تنويه صادر عن اللوازم العامة بخصوص مناقصة رقم (MOH-GSD/MOF/2023/160)

شراء وتوريد وتركيب أجهزة طبية لصالح قسم العناية المكثفة لجراحة قلب الأطفال
في مجمع فلسطين الطبي لصالح وزارة الصحة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وردًا على استفسارات بعض الشركات نود توضيح ما يلي:

١. بخصوص البند رقم (14) L Shape Operation Trolley فإنه يمكن الاستدلال على الشكل من خلال المواصفات كما

يليه:

- أن يكون للرفوف / الصواني جوانب مرتفعة بما يقارب 15 سم من ثلاثة جهات.
- أن تكون الجوانب الثلاثة مغلقة لمنع سقوط الأدوات الصغيرة.
- مرفق الصورة للاستئناس مع ضرورة الالتزام ببقية المواصفات المطروحة في المناقصة.



٢. ضرورة الالتزام بالمواصفات والشروط الواردة في وثيقة المناقصة لكافية البند المطروحة.

وعليه اقتضى التنويه.

يعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة وسيتم اعتماده عند تقييم المناقصة.

الملحق ببيان مدير عام اللوازم العامة
رئيس لجنة العطاءات المركزية

Abu Muthsen