



التاريخ: 2023.10.03

تنويه صادر عن اللوازم العامة لمناقصة رقم : MOH-GSD/MOF/2023/171

شراء وتوريد وتركيب جهاز القسطرة لصالح مجمع فلسطين الطبي لصالح وزارة الصحة

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وبعد معاينة الموقع من قبل الشركات وبناء على طلب وزارة الصحة تقرر

ان تكون اعمال تجهيز الموقع كالتالي:

- 1) الابقاء على ال Upper Protection shield فقط.
- 2) تغيير ال PVC وتركيب جديد بالمواصفات التالية:- PVC سماكة 2 مل SOLID نوع ايطالي او الماني او ما يعادله anti-bacterial and anti-static يشمل شبكة تاريض و ما يلزم من مواد لاصقة و زوايا.
- 3) تغيير ال false-ceiling و تركيب جديد بالمواصفات التالية:- الماني او ايطالي او ما يعادله مقاوم للبكتيريا.
- 4) بما يخص البندين السابقين يجب عرض عينات على وزارة الصحة و أخذ الموافقة قبل التركيب.
- 5) تركيب وحدات تكييف عدد 2 بحجم واحد طن في غرفة ال Machinery room و وحدة تكييف عدد 1 بحجم 2.5 طن في غرفة ال Treatment.
- 6) تنفيذ ما يلزم من صيانة للابوب و اعمال دهان و ترميم جمالي للقسم.
- 7) بخصوص الخزانات المدرجة في مواصفات العطاء فان المطلوب عدد 4 بدل عدد 7 على ان تكون من نوع mass مشابهة في الشكل لما هو موجود للحفاظ على الجمالية.
- 8) بما يخص فك الجهاز الموجود حالياً ستتكفل الشركة التي يرسى عليها العطاء وبالتعاون مع مهندسي وزارة الصحة بفك الجهاز و تسليمه.

ويعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة وسيتم اخذه بعين الاعتبار اثناء التقييم للمناقصة.

ناصر الخطيب

المكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة

رئيس لجنة العطاءات المركزية

