



التاريخ 2023.10.16

الرقم:

تنويه صادر عن اللوازم العامة بخصوص المناقصة رقم
(MOJ-GSD/MOF/2023/168)
توريد وتركيب أجهزة ومواد لمختبر الطب الشرعي

اشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى العلم ان ال Detector المطلوب لجهاز ال GC في البند رقم 177 هو Flame Ionization Detector حيث انه هو ال Detector المناسب لتحليل الكحول.

وعليه اقتضى التنويه.
ويعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزء من وثائق المناقصات اعلاه.

