



قرار إحالة قطعي (1)

رقم 2023 / 226

صادر عن لجنة العطاءات المركزية

مناقصة رقم : MOH-GSD/MOF/2023/ 151 استئجار أجهزة مخبرية

لصالح وزارة الصحة

اجتمعت لجنة العطاءات المركزية يوم الاربعاء الموافق 2023/12/13 للبت في إحالة المناقصة أعلاه، حيث كانت اللجنة مكونة من التالية أسماؤهم:-


	ناصر الخطيب	رئيس لجنة العطاءات المركزية
	رائد التميمي	مندوب وزارة المالية
	فادي مصلح	مندوب وزارة الاقتصاد الوطني
	جمال قادوس	مندوب وزارة الاشغال العامة والاسكان
	مها القاضي	مندوب مؤسسة المواصفات والمقاييس
	بسام دويكات	مندوب الامانة العامة لمجلس الوزراء
	علا الاسدي	مندوب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
	المسار	وزارة الصحة

قامت اللجنة بالاطلاع على تقرير لجنة التقييم وعلى خلاصة الاحالة المبدئية وعلى كتاب شركة النجاح للخدمات الطبية والمخبرية ونظرا لعدم وجود اعتراضات من قبل المناقصين ، قررت لجنة العطاءات المركزية :

- 1- الغاء البنود (1 ، 3 ، 4 ، 6) بسبب ارتفاع الاسعار المقدمة عن التكلفة التقديرية و شراؤها حسب السقوف المالية.
- 2- تأجيل البت في احالة البندين (5 ، 7) لحين التجربة.
- 3- بخصوص النظام الثامن فقد تم تأجيل البت في احالته وذلك بناء على كتاب شركة النجاح للخدمات الطبية والمخبرية علما بأنه تم الغاؤه في الاحالة المبدئية.
- 4- قدمت شركة بيولاين خصم على (Item 2) Blood Bank Instruments وقد تم عكسه في الجداول المرفقة.
- 5- احالة المناقصة حسب الجداول المرفقة.

مصادقة وزير المالية

دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة



State Of Palestine
Ministry Of Finance
General Supplies Department

رقم قرار الإحالة: 2023/226

احالة قطعية (1) لمنافسة رقم: 151 / MOH-GSD/MOF/2023/

احالة قطعية (1) لمنافسة رقم: 151 / MOH-GSD/MOF/2023/ استئجار أجهزة مخبرية لصالح وزارة الصحة

البنود المحالة على شركة بيولاين:

(Item 2) Blood Bank Instruments

	Item	Unit	QTY	Unit Price	Unit Price after discount	T.price	MANUFACTURER/ COUNTRY
1	Single blood Bag 450 ml	SINGLE	10000	8.5	8.5	85000	DEMOPHORIS OR POLYMED
2	Double blood Bag	SINGLE	20000	16.5	16.5	330000	DEMOPHORIS OR POLYMED
3	Triple blood Bag	SINGLE	30000	23	21.5	645000	DEMOPHORIS OR POLYMED
4	Leucostope Set Filter	SINGLE	10000	35	35	350000	DEMOPHORIS
5	TRANSFER PACK 150ML	SINGLE	5000	7	6	30000	DEMOPHORIS
6	TRANSFER PACK 300ML	SINGLE	8000	7.5	6.5	52000	DEMOPHORIS
7	RECEPIENT SET	SINGLE	70000	1.6	1.5	105000	DEMOPHORIS OR POLYMED
8	Triple Blood Bag + 100ML SAG-M SOLUTION	SINGLE	5000	25	23.5	117500	DEMOPHORIS OR POLYMED
9	QUADRABLE BLOOD BAG	SINGLE	5000	30	27.5	137500	DEMOPHORIS OR POLYMED
10	Tube segment opener	Th	50	2500	2400	120000	SARSTEDT/ GERMANY
اجمالي الاحالة على شركة بيولاين بالشيفل شامل ضريبة القيمة المضافة							1972000

الاجيزة المرفقة بالنظام الثاني:

Item No (2) Blood bank instruments

No.	Equipment Name	Manufacturer	Country
1	Refrigerated Centrifuge • For separation of blood bags into blood components like packed cells, fresh frozen plasma, plateletes rich plasma • Microprocesor controlled system to make operation automatic • Capacity: around 8 blood bag • Drive motor: High - torque brushless high - frequency motor	IMPERIAL	INDIA

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

جمال قانوس/ وزارة الأشغال العامة والإسكان

فادي مصلح /وزارة الاقتصاد

رائد التميمي/وزارة المالية

مصادقة وزير المالية

رئيس لجنة العطاءات المركزية

عضو

عضو

مها القاضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس

دولة فلسطين
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة



State Of Palestine
Ministry Of Finance
General Supplies Department

احالة قطعية (1) لمنافسة رقم : 151 / MOH-GSD/MOF/2023/

رقم قرار الإحالة: 2023/226

2	<ul style="list-style-type: none"> • Temperature range: -10 to +40 • Programmable memory and operations • Motor Imbalance detection • Equiped with automatic lid lock Thermal Sealer System • To seal the blood bags pilot taping • Should be simple to handle • Gently seal the taping with no hemolysis • Bench top use • Capable of making wide seal thickness 	IMPERIAL	INDIA
3	<ul style="list-style-type: none"> • Blood Bag Shaker • Continuous agitation of blood bags • Display of blood volume to be collected • Adjustable shaking speed • Weight of the bag • Heavy duty maintenance free motor. • Digital screen • Alarm or buzzer is included 	IMPERIAL	INDIA
4	<ul style="list-style-type: none"> • Plasma extractor • Mechanical plasma extractor • Dimension: 20 W*25D *25H approx • Open system: accept all kind of bags • Stainless steel frame and construction • Transparent plate for visual control red cells/ plasma • Powerful spring 	IMPERIAL	INDIA

علا الاسدي/وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بسام دويكات/ الامانة العامة لمجلس الوزراء

جمال قانوس/ وزارة الاشغال العامة والإسكان

فادي مصلح /وزارة الاقتصاد

رائد القيسي/وزارة المالية

مصادقة وزير المالية:

رئيس لجنة العطاءات المركزية

عضو

عضو

مها التياضي /مؤسسة المواصفات والمقاييس