



التاريخ : 2024/08/ 20

الرقم: .....

تنويه صادر عن مديرية اللوازم العامة بخصوص المناقصة رقم (2024/73)

شراء وتوريد مستلزمات طبية خاصة بجراحة المنظار والجهاز الهضمي لعام 2024 لصالح وزارة الصحة

إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وبناء على الاستفسار الوارد إلينا بخصوص المناقصة أعلاه، يرجى اعتماد ما يلي:-

1- بخصوص Lot 1 (6+5) : المواصفة المعدلة : Reloadable TL linear stapler 30mm or alike + Linear stapler reload 30mm or alike

2- بخصوص Lot 2 (8+7) : المواصفة المعدلة : Linear cutter 55mm for use with selectable high option and reloadable or alike + Reload adjustable for thin normal and thick tissue with selectable for linear cutter 55mm or alike

3- بخصوص Lot 3 (10+9) : المواصفة المعدلة : Linear cutter for use with selectable high option and reloadable size

4- البنود رقم Lot (1) + Lot (2) + Lot (3) + Lot (4) : تكون الكمية ثلاث ارباع الكمية حجم 3.8mm والرابع الاخر من الكمية من حجم 4.8mm

5- تعديل المواصفة للبنود رقم (16) الى Ligasure sealar driver 37 cm length 179 degree shaft rotation dolphin nose jaw hand switching or foot 5mm or alike

6- بخصوص البنود رقم (18) التقييد بالمواصفة المطلوبة.

7- بخصوص البنود رقم 80 تعديل المواصفة الى Symbotex composite mesh or alike different size

8- بخصوص البنود من 65 الى 69 يرجى الالتزام بنفس المواصفة بطول Working length 240cm

9- البنود رقم 28 المواصفة المعدلة Endoscopic liver retractor 5mm reusable

10- البنود رقم 58 المواصفة المعدلة Overhood or distal endoscopic cap for foreign body removal

11- بخصوص البنود رقم (30) : المطلوب هو Verus needle # 10cm

12- بخصوص البنود رقم (39) : كمية Box هي ( 5 ) المعدلة

13- بخصوص البنود رقم (45) : نوع الجهاز Storz

14- بخصوص البنود رقم ( 51 و 75 ) : صنفين مختلفين وليس مكرروكل بند له توصيفه الواضح.

15- تعديل Lot 5 ليصبح من ( 33 الى 44 ).

يعتبر هذا التنويه جزء لا يتجزأ من وثائق المناقصة.

مع الإحترام،،،

  
ناصر الخطيب  
مكلف بمهام مدير عام اللوازم العامة  
رئيس لجنة الخطاءات المركزية